



REPUBLIKA E SHQIPERISË
MINISTRIA E FINANCAVE
DHE EKONOMISE



DREJTORIA E PËRGJITHSHME E
AKREDITIMIT

ÇERTIFIKATË AKREDITIMI

“ECM STUDIO” SH.P.K

Rruga: "Hasan Riza Pasha", Ndërtesa e Dhomës së Tregtisë, Kati III, Shkodër.

Numri i Regjistrimit

LT 095

Laborator Testues

Është akredituar për kryerjen e testeve në përputhje me S SH ISO/IEC 17025:2017

"Kërkesa të Përgjithëshme për Kompetencën e Laboratorëve Testues dhe Kalibrues".

Data e akordimit të akreditimit: 09.11.2023

Çertifikata është e vlefshme deri më datë: 08.11.2027

DREJTOR I PËRGJITHSHËM

Pranvera FAGU



LT 095 09.11.23

Lëshuar më 09.11.2023

Organizmi i vlerësimit të konformitetit është subjekt i vizitave mbikëqyrëse vjetore dhe rivlerësohet çdo katër vjet. Për të vërtetuar vlefshmërinë e certifikatës shkoni në faqen e Internetit www.dpa.gov.al ose kontaktoni me DPA tel: 0422269097. Drejtorja e Përgjithshme e Akreditimit është nënshkruese e EA MLA dhe ILAC MRA për testimin. Certifikata duhet të jetë e shoqëruar me fushën e akreditimit.



LT 095
Dt- 09.11.2023

Rishikimi 1 Data e lëshimit **19.05.2025**
E vlefshme deri në datën **08.11.2027**

“ECM STUDIO” shpk
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

N°	Materi ali/Pro dukti/ Matrica ,tëtestu ar	Emërtimi iprovës/ vetiaemat ur	Fusha e matjes dhe/ose e provës	Teknika e provës	Standardi/Me todae proves	Shënime, Ndryshime dhe rishikime	Opinione dhe interpreti me	Standardi/Metod a për marrjen e mostrës(5)	Kodi i vendndodhjes Ku kryhet testi (V)
1	Zhurme a në mjedis	Përcaktimi, matja dhe vlerësimi i nivelet të Zhurmes	20- 1 4 0	Matje elektroakustik e e zhurmes	ISO 1996- 2:2017	/	/	/	2

Adresa: Rr: E Durrësit, Nr.27, kati I III-te, Tiranë.
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 095
Dt- 09.11.2023

Rishikimi 1 Data e lëshimit **19.05.2025**
E vlefshme deri në datën **08.11.2027**

“ECM STUDIO” shpk
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

			d B (A)						
2	Zhurma ne mjedis etë mbyllur a	Përcaktimi dhe vlerësimi i ekspozimit ndaj zhurmës	20– 140dB(A)	Metodë inxhinjerie	SSH EN ISO 9612:200 9	/	/		2
3	Ajrii Mjedisit	Përcaktimi ipërqendrimi të grimca ve	0–1000µg/m³	Metode sensoriale	EN 16450:2017	/	/		2

Adresa: Rr: E Durrësit, Nr.27, kati I III-te, Tiranë.
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 095
Dt- 09.11.2023

Rishikimi 1 Data e lëshimit **19.05.2025**
E vlefshme deri në datën **08.11.2027**

“ECM STUDIO” shpk
Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

		(TSP,PM10, PM7,PM4,P M2. 5,PM1)	0.1µm-10 µm						
4	Ajri ne mjedise të	Përcaktimi i		Metode			/		

Adresa: Rr: E Durrësit, Nr.27, kati I III-te, Tiranë.
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 095
Dt- 09.11.2023

Rishikimi 1 Data e lëshimit **19.05.2025**
E vlefshme deri në datën **08.11.2027**

“ECM STUDIO” shpk
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

	mbyllura	përqendrimet të grimcave(TSP, P, M10, PM7,PM4,P M2. 5,PM1)	0–1000µg/m³ 0.1µm-10 µm	sensoriale	EN 16450:2017	/	/	2
5	Ajrine Mjedise të Mbyllura dhe te hapura	Përcaktimi përqendrimet të CO H2S CH4 NO2	CO(0 mg/m³) H2S(0– mg/m³) CH4(0-5%) NO2(0– 20mg/m³)	Elektrokimia sensoriale	EN 45544-1:2015 EN 45544-2:2015	/	/	2

Adresa: Rr: E Durrësit, Nr.27, kati I III-te, Tiranë.
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 095
Dt- 09.11.2023

Rishikimi 1 Data e lëshimit **19.05.2025**
E vlefshme deri në datën **08.11.2027**

“ECM STUDIO” shpk
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

		SO2 VOC	SO2(0– 20mg/m³) VOC mg/m³)					
6	Ajrii Mjedisit	Përcaktimi përqendrimit të CO ₂	0–12000 ppm	Elektrokimia sensoriale	ISO14064-2:2006	/	/	2
7	Ajri ne mjedise të	Përcaktimpërqendrimit	0–12000 ppm	Elektrokimia sensoriale	ISO16000-26:2012	/	/	2

Adresa: Rr: E Durrësit, Nr.27, kati I III-te, Tiranë.

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 095
Dt- 09.11.2023

Rishikimi 1 Data e lëshimit **19.05.2025**
E vlefshme deri në datën **08.11.2027**

“ECM STUDIO” shpk
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

	mbyllura	Të CO ₂						/	
8	Ajri i mjedisit Dhe në mjedis të mbyllura	Lag.relative e ajrit	0-100%	Elektrokimia sensoriale	EN ISO 7726:2002	/	/	/	2
9	Dr it a n ë m j e d i s	Ndriçim	0-100000Lux	Elektrokimiasensoriale	EN12464-2:2014	/	/	/	2

Adresa: Rr: E Durrësit, Nr.27, kati I III-te, Tiranë.

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 095
Dt- 09.11.2023

Rishikimi 1 Data e lëshimit **19.05.2025**
E vlefshme deri në datën **08.11.2027**

“ECM STUDIO” shpk
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

10	Drita në mjedi setëmb yllura	Ndriçim	0-100000Lux	Elektrokimia sensoriale	EN12464- 1:2021	/	/	/	2
11	Ajri i mjedisit Dhe në mjed ise tëm byllu ra	Temp.e ajrit	-40+150°C	Electronicprobe , digital	EN ISO7726:2023	/	/	/	2
12	(Ujë shkarkimi ,ujë i pijshëm, ujë nëntokës or,ujë sipë rfaqësor, ujë i pishinave	pH	4-10	Potenciometri	ISO10523: 2008	/	/	/	2

Adresa: Rr: E Durrësit, Nr.27, kati I III-te, Tiranë.

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 095
Dt- 09.11.2023

Rishikimi 1 Data e lëshimit **19.05.2025**
E vlefshme deri në datën **08.11.2027**

“ECM STUDIO” shpk
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

	)								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Adresa: Rr: E Durrësit, Nr.27, kati I III-te, Tiranë.
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 095
Dt- 09.11.2023

Rishikimi 1 Data e lëshimit **19.05.2025**
E vlefshme deri në datën **08.11.2027**

“ECM STUDIO” shpk
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

13	Ujë shkarkimi, ujë i pijshëm, ujë nëntokësor, ujë ësipërfaqësor, Ujë i pishinave.)	Përcaktimi i Përmbajtjes së Ca^{2+}	2-200 mg/l	Titrimetri (EDTA)	APHA/AWWA 3500-Ca B:2023	/	/	2
14	Ujë shkarkimi, ujë i pijshëm, ujë nëntokësor, ujë ësipërfaqësor, ujë i pishinave.	Përcaktimi i Përmbajtjes së Mg^{2+}	0.5-50mg/l	Titrimetri (EDTA)	APHA/AWWA 3500-Mg B:2023	/	/	0

Adresa: Rr: E Durrësit, Nr.27, kati I III-te, Tiranë.
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 095
Dt- 09.11.2023

Rishikimi 1 Data e lëshimit **19.05.2025**
E vlefshme deri në datën **08.11.2027**

“ECM STUDIO” shpk
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

15	Ujë shkarkimi, ujë i pijshëm, ujë nëntokësor, ujë sipërfaqësor, Ujë i pishinave.	Përcaktimi i Përmbajtjes së klorureve Cl ⁻	2-400mg/l	Titrimetri (Argjendometri)	APHA/AWWA 4500-B Cl ⁻ :2023	/	/	0
16	Ujë shkarkimi, ujë i pijshëm, ujë nëntokësor, Ujë sipërfaqësor, Ujë i pishinave	Përcaktimi i Përmbajtjes së oksigjenit të tretur DO	0.5-18mg/l	Titrimetri (Iodometri)	APHA/AWWA: 4500-OC:2023	/	/	2
17	Ujëshkarkimi, ujë i pijshëm, ujë nëntokësor, ujë sipërfaqësor,	Përcaktimi i Nevojës Biokimike për Oksigjen NBO	0.5-6 mg/l	Inkubim Titrimetri	EN 1899-2:2000	/	/	2

Adresa: Rr: E Durrësit, Nr.27, kati I III-te, Tiranë.
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 095
Dt- 09.11.2023

Rishikimi 1 Data e lëshimit **19.05.2025**
E vlefshme deri në datën **08.11.2027**

“ECM STUDIO” shpk
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

	Ujë i pishinave								
18	Ujë shkarkimi,ujë i pijshëm,ujë nëntokësor, ujë sipërfaqësor ,ujë i pishinave	Përcaktimi i Përcjellshmërisë elektrike	1-40000 μS/cm	Konduktometri	EN 27888:1998	/	/	/	2
19	Ujë shkarkimi,ujë i pijshëm,ujë nëntokësor, Ujë sipërfaqësor, Ujë i pishinave	Përcaktimi i Turbullirës	0.02-40 NTU/FNU	Turbidimetri	ISO7027-1:2016	/	/	/	2

Adresa: Rr: E Durrësit, Nr.27, kati I III-te, Tiranë.
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 095
Dt- 09.11.2023

Rishikimi 1 Data e lëshimit **19.05.2025**
E vlefshme deri në datën **08.11.2027**

“ECM STUDIO” shpk
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

20	Ujë shkarkimi, ujë i pijshëm, ujë nëntokësor, ujë sipërfaqësor, Ujë i pishinave	Përcaktimi i përmbajtjes së N-NO_3^-	0.23-13.5 mg/l N-NO_3^- 1-60 mg/l NO_3^-	FOTOMETRI	LCK 339 (ISO 7890-1:1986)	/	/	/	0
21	Ujë shkarkimi, ujë i pijshëm, ujë nëntokësor, ujë sipërfaqësor Ujë i pishinave	Përcaktimi i lëndëve të ngurta në suspension TSS	$\geq 2\text{mg/l}$	Gravimetri	EN 872:2005	/	/	/	0
22	Ujë shkarkimi, ujë i pijshëm, ujë nëntokësor, ujë sipërfaqësor Ujë i pishinave,	Përcaktimi i përmbajtjes së N-NH_4^+ dhe	0.015–2.0 mg/L N-NH_4^+ , 0.02–2.5 mg/L NH_4^+	FOTOMETRI	LCK 304 (ISO 7150-1:1984)	/	/	/	0

Adresa: Rr: E Durrësit, Nr.27, kati I III-te, Tiranë.
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 095
Dt- 09.11.2023

Rishikimi 1 Data e lëshimit **19.05.2025**
E vlefshme deri në datën **08.11.2027**

“ECM STUDIO” shpk
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

		NH ₄ ⁺							
23	Ujë shkarkim i,ujë i pijshëm, ujë nëntokë sor, ujë sipërfaqësor Ujë i pishinave	Përcaktimi i përmbajtjes së N-NO ₂ ⁻	0.015–0.6 mg/L NO ₂ ⁻ -N ose 0.05–2.0 mg/L NO ₂ ⁻	FOTOMETRI	LCK 341	/	/	0	
24	Ujë shkarkim i,ujë i pijshëm, ujë nëntokë sor, ujë	Përcaktimi i përmbajtjes së fosfateve	0.5–5 mg/L PO ₄ ³⁻	FOTOMETRI	LCK 348 (ISO 6878:2004)	/	/	0	

Adresa: Rr: E Durrësit, Nr.27, kati I III-te, Tiranë.

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 095
Dt- 09.11.2023

Rishikimi 1 Data e lëshimit **19.05.2025**
E vlefshme deri në datën **08.11.2027**

“ECM STUDIO” shpk
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

	sipërfaq ësor Ujë i pishinav e,.		P						
25	Ujë shkarkim i,ujë i pijshëm, ujë nëntokë sor, ujë sipërfaq ësor Ujë i pishinav e,.	Percakti mi i përmbajtj es së P-total	0.5– 5 m g/ L PO ₄ ³⁻ P	FOTOMETR I	LCK 348(ISO 6878:2004)	/	/	0	

Adresa: Rr: E Durrësit, Nr.27, kati I III-te, Tiranë.
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 095
Dt- 09.11.2023

Rishikimi 1 Data e lëshimit **19.05.2025**
E vlefshme deri në datën **08.11.2027**

“ECM STUDIO” shpk
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

26	Ujë shkarkim i,ujë i pijshëm, ujë nëntokë sor, ujë sipërfaqësor Ujë i pishinave	Percaktimi i përmbajtjes së SO_4^{2-}	2-70 mg/l	Turbidimetri	HACH 8051	/	/	/	0
27	Ujë shkarkim i,ujë i pijshëm, ujë nëntokë sor, ujë sipërfaqësor Ujë i	Përcaktimi i Alkalinitetit	1-1000 mg/l CaCO_3	Titrimetri	APHA/AW WA- 2320 B: 2023	/	/	/	0

Adresa: Rr: E Durrësit, Nr.27, kati I III-te, Tiranë.
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 095
Dt- 09.11.2023

Rishikimi 1 Data e lëshimit **19.05.2025**
E vlefshme deri në datën **08.11.2027**

“ECM STUDIO” shpk
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

	pishinav e								
--	---------------	---	--	--	--	--	--	--	--



Adresa: Rr: E Durrësit, Nr.27, kati I III-te, Tiranë.
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 095
Dt- 09.11.2023

Rishikimi 1 Data e lëshimit **19.05.2025**
E vlefshme deri në datën **08.11.2027**

“ECM STUDIO” shpk
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

28	Ujë shkarkimi, ujë i pijshëm, ujë nëntokësor, ujë sipërfaqësor or Ujë i pishinave	Përcaktimi i KO	3 -150 mg/IO ₂	FOTOMETRI	ISO 15705:2002	/	/	/	0
29	Ujë shkarkimi, ujë i pijshëm, ujë nëntokësor, ujë sipërfaqësor	Përcaktimi i Koliformeve totale dhe E. coli	>1CFU/100ml	MEMBRANE FILTRIMI	SM 9222 B:2015 (m-Endo) dhe SM 9222G	/	/	/	0

Adresa: Rr: E Durrësit, Nr.27, kati I III-te, Tiranë.

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 095
Dt- 09.11.2023

Rishikimi 1 Data e lëshimit **19.05.2025**
E vlefshme deri në datën **08.11.2027**

“ECM STUDIO” shpk
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

	or Ujë i pishinave								
30	Ujë shkarkimi, ujë i pijshtëm,uj ë nëntokësor, ujë sipërfaqës or Ujë i pishinave	Përcaktimi i Kolonive totale ne 36 °C dhe 22 °C	>1CFU/1ml	INOKULIM	UNI EN ISO 6222: 2001	/	/	/	0

Adresa: Rr: E Durrësit, Nr.27, kati I III-te, Tiranë.
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 095
Dt- 09.11.2023

Rishikimi 1 Data e lëshimit **19.05.2025**
E vlefshme deri në datën **08.11.2027**

“ECM STUDIO” shpk
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

31	Mish, produkte, mish Qumë sht, produkte qumë shti	Escherichia coli β glucuronidase pozitiv e	>1CFU/1g	INOKULIM	FNES3[F8]: 2014 dhe ISO 16649-2:2001	/	/	/	0
----	---	---	----------	----------	--	---	---	---	---

Adresa: Rr: E Durrësit, Nr.27, kati I III-te, Tiranë.
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 095
Dt- 09.11.2023

Rishikimi 1 Data e lëshimit **19.05.2025**
E vlefshme deri në datën **08.11.2027**

“ECM STUDIO” shpk
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

32	Mish,pr odukte, mishi Qumës ht,prod ukte qumeshti	Ngarkesa Mikrobike Totale ne 30°C	>10CFU/1g ose ml	INOKULIM	ISO 4833:1:2013	/	/	/	0
33	Kozmetike	Dedektimi i Escherichia coli	Prania/Munge sa	INOKULIM	BS EN ISO 21150:2015	/	/	/	0
34	Kozmetike	Numërimi i baktereve mesofilike areobike	>1CFU/1go seml	INOKULIM	ISO 21149: 2017	/	/	/	0
35	Sapune	Përcaktimi i Lageshtisë	>0.3%	Gravimetri	ISO 672: 1978	/	/	/	0

Adresa: Rr: E Durrësit, Nr.27, kati I III-te, Tiranë.
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 095
Dt- 09.11.2023

Rishikimi 1 Data e lëshimit **19.05.2025**
E vlefshme deri në datën **08.11.2027**

“ECM STUDIO” shpk
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

36	Sapunet dhe detergjentet	Përcaktimi i pH	4-10	Potenciometri	ASTMD 1172 :2015	/	/	/	0
37	Kozmetike	Numërimi i Majave dhe myqeve	>1CFU/1ml	INOKULIM	ISO 16212: 2017	/	/	/	0

DREJTOR I PËRGJITHSHËM
Pranvera FAGU

Rishikimi 1: 19.05.2025. Mirëmbajtje rishikim i listës nr. 13/14/15/16/27.
Rishikimi 0: 09.11.2023. Riakreditim

Adresa: Rr: E Durrësit, Nr.27, kati I III-te, Tiranë.
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325