REPUBLIKA E SHQIPERISË

MINISTRIA E EKONOMISË DHE INOVACIONIT

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E AKREDITIMIT

ÇERTIFIKATË AKREDITIMI

"HTT-High Tech Test" sh.p.k

Rruga: "Andrea Kushi", Nr. 27, Kati (-2), Njësia Administrative Nr. 7, Kodi Postar 1023/Tiranë

Numri i Akreditimit

LT 068

Laborator Testues

Është akredituar për të kryer analiza laboratorike në përputhje me S SH ISO/IEC 17025:2017 "Kërkesa të Përgjithshme për Kompetencën e Laboratorëve Testues dhe Kalibrues"

Data e akreditimit fillestar: 26.01.2021
Data e akreditimit të fundit: 19.03.2025
Certifikata është e vlefshme deri më datë: 18.03.2029

Drejtor i Përgjithshëm

Pranvera FAGU

Lëshuar më : 17.11.2025

Rishikimi: 1

Organizmi i vlerësimit të konformitetit është subjekt i vizitave mbikëqyrëse vjetore dhe rivlerësohet çdo katër vjet. Për të vërtetuar vlefshmërinë e certifikatës shkoni në faqen e Internetit www. dpa.gov.al ose kontaktoni me DPA tel: 0422269097. Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit është anëtare, nënshkruese EA MLA dhe ILAC MRA për testimin. Certifikata duhet të jetë e shoqëruar me fushën e akreditimit.

REPUBLIKA E SHQIPERISË

MINISTRIA E EKONOMISË DHE INOVACIONIT

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E AKREDITIMIT

ÇERTIFIKATË AKREDITIMI

Organizmi i vlerësimit të konformitetit është subjekt i vizitave mbikëqyrëse vjetore dhe rivlerësohet çdo katër vjet. Për të vërtetuar vlefshmërinë e certifikatës shkoni në faqen e Internetit www. dpa.gov.al ose kontaktoni me DPA tel: 0422269097. Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit është anëtare, nënshkruese EA MLA dhe ILAC MRA për testimin. Certifikata duhet të jetë e shoqëruar me fushën e akreditimit.

LT 068
Dt- 19.03.2025

Rishikimi 1. Data e leshimit **17.11.2025**
E vlefshme deri në datën **18.03.2029**

"HTT - High Tech Tests" sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

Nr.	Produkti i Testuar	Emërtimi i Provës	Fusha e Matjes	Teknika e Provës	Standardi i provës
1	Matësa Elektromekanik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasa: 0.5, 1, 2]	Testi i Ndjeshmërisë	Lidhje Direkte: (0.004 - 0.005) Ib Lidhje me TRR: (0.002 - 0.003) In cosf=1	PR-301-Verifikimi i Matësave Elektrik të Energjisë Aktive – Klasa: 0.5, 1, 2	IEC 62053-11:2003 (8.3)
2	Matësa Elektromekanik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasa: 0.5, 1, 2]	Testi pa Ngarkesë	(0.8 - 1.1) Un I = 0A	PR-301-Verifikimi i Matësave Elektrik të Energjisë Aktive – Klasa: 0.5, 1, 2	IEC 62053-11:2003 (8.3)
3	Matësa Elektromekanik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasa: 0.5, 1, 2]	Testi me Ngarkesë	Gabimi (%) Lidhje Direkte: 0.05Ib - Imax Lidhje me TRR: 0.05In – Imax cosf: 0.5;1	PR-301-Verifikimi i Matësave Elektrik të Energjisë Aktive – Klasa: 0.5, 1, 2	IEC 62053-11:2003 (8.1)
4	Matësa Elektromekanik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasa: 0.5, 1, 2]	Testi i Konstantes	Lidhje Direkte: 0.05Ib - Imax Lidhje me TRR: 0.05In – Imax	PR-301-Verifikimi i Matësave Elektrik të Energjisë Aktive – Klasa: 0.5, 1, 2	IEC 62053-11:2003 (8.4)
5	Matësa Statik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasa: 0.5, 1, 2]	Testi i Ndjeshmërisë	Lidhje Direkte: (0.004 - 0.005) In Lidhje me TRR: (0.002 - 0.003) In cosf=1	PR-301-Verifikimi i Matësave Elektrik të Energjisë Aktive – Klasa: 0.5, 1, 2	IEC 62053-21:2020 (7.7)
6	Matësa Statik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasa: 0.5, 1, 2]	Testi pa Ngarkesë	(1.1) Un I = 0A	PR-301-Verifikimi i Matësave Elektrik të Energjisë Aktive – Klasa: 0.5, 1, 2	IEC 62053-21:2020 (7.6)

Adresa: Rr: E Durresit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325

"HTT - High Tech Tests" sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

7	Matësa Statik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasa: 0.5, 1, 2]	Testi me Ngarkesë	Gabimi (%) Lidhje Direkte: 0.05In - Imax Lidhje me TRR: 0.05In – Imax cosf: 0.5;1	PR-301-Verifikimi i Matësave Elektrik të Energjisë Aktive – Klasa: 0.5, 1, 2	IEC 62053-21:2020 (7.9)
8	Matësa Statik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasa: 0.5, 1, 2]	Testi i Konstantes	Lidhje Direkte: 0.05In - Imax Lidhje me TRR: 0.05In – Imax	PR-301-Verifikimi i Matësave Elektrik të Energjisë Aktive – Klasa: 0.5, 1, 2	IEC 62053-21:2020 (7.4)
9	Matësa Statik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasa: 0.5S]	Testi i Ndjeshmërisë	Lidhje me TRR: 0.001 In cosf=1	PR-303-Verifikimi i Matësave Elektrik të Energjisë Aktive – Klasa: 0.5S	IEC 62053-22:2020 (7.7)
10	Matësa Statik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasa: 0.5S]	Testi pa Ngarkesë	(1.1) Un I = 0A	PR-303-Verifikimi i Matësave Elektrik të Energjisë Aktive – Klasa: 0.5S	IEC 62053-22:2020 (7.6)
11	Matësa Statik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasa: 0.5S]	Testi me Ngarkesë	Gabimi (%) Lidhje me TRR: 0.05In – Imax cosf: 0.5;1	PR-303-Verifikimi i Matësave Elektrik të Energjisë Aktive – Klasa: 0.5S	IEC 62053-22:2020 (7.9)
12	Matësa Statik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasa: 0.5S]	Testi i Konstantes	Lidhje me TRR: 0.05In – Imax	PR-303-Verifikimi i Matësave Elektrik të Energjisë Aktive – Klasa: 0.5S	IEC 62053-22:2020 (7.4)
13	Matësa Elektromekanik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasa: A, B]	Testi i Ndjeshmërisë	Lidhje Direkte: (0.04 - 0.05) Itr Lidhje me TRR: (0.04 - 0.06) Itr cosf=1	PR-302-Verifikimi i Matësave Elektrik të Energjisë Aktive – Klasa: A, B, C	EN 50470-2:2006 (8.7)
14	Matësa Elektromekanik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasa: A, B]	Testi pa Ngarkesë	(0.8 - 1.1) Un I = 0A	PR-302-Verifikimi i Matësave Elektrik të Energjisë Aktive – Klasa: A, B, C	EN 50470-2:2006 (8.7)

Adresa: Rr: E Durresit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325

"HTT - High Tech Tests" sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

15	Matësa Elektromekanik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasa: A, B]	Testi me Ngarkesë	Gabimi (%) (Imin - Imax) cosf: 0.5;1	PR-302-Verifikimi i Matësave Elektrik të Energjisë Aktive – Klasa: A, B, C	EN 50470-2:2006 (8.1)
16	Matësa Elektromekanik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasa: A, B]	Testi i Konstantes	(Itr - Imax)	PR-302-Verifikimi i Matësave Elektrik të Energjisë Aktive – Klasa: A, B, C	EN 50470-2:2006 (8.7)
17	Matësa Statik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasa: A, B, C]	Testi i Ndjeshmërisë	Lidhje Direkte: (0.04 - 0.05) Itr Lidhje me TRR: (0.02 - 0.06) Itr Cosf=1	PR-302-Verifikimi i Matësave Elektrik të Energjisë Aktive – Klasa: A, B, C	EN 50470-3:2022 (7.7)
18	Matësa Statik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasa: A, B, C]	Testi pa Ngarkesë	(0.8 dhe 1.1) Un I = 0A	PR-302-Verifikimi i Matësave Elektrik të Energjisë Aktive – Klasa: A, B, C	EN 50470-3:2022 (7.6)
19	Matësa Statik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasa: A, B, C]	Testi me Ngarkesë	Gabimi (%) (Itr - Imax) cosf: 0.5;1	PR-302-Verifikimi i Matësave Elektrik të Energjisë Aktive – Klasa: A, B, C	EN 50470-3:2022 (7.9)
20	Matësa Statik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasa: A, B, C]	Testi i Konstantes	(Itr - Imax)	PR-302-Verifikimi i Matësave Elektrik të Energjisë Aktive – Klasa: A, B, C	EN 50470-3:2022 (7.4)
21	Matësa Statik të Energjisë Elektrike Reaktive [Klasa: 2, 3]	Testi i Ndjeshmërisë	Lidhje Direkte: (0.005 - 0.01) In Lidhje me TRR: (0.003 - 0.005) In sinf=1	PR-304-Verifikimi i Matësave Elektrik të Energjisë Reaktive – Klasa: 2, 3	IEC 62053-23:2020 (7.7)
22	Matësa Statik të Energjisë Elektrike Reaktive [Klasa: 2, 3]	Testi pa Ngarkesë	(1.1) Un I = 0A	PR-304-Verifikimi i Matësave Elektrik të Energjisë Reaktive – Klasa: 2, 3	IEC 62053-23:2020 (7.6)

Adresa: Rr: E Durresit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325

"HTT - High Tech Tests" sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

23	Matësa Statik të Energjisë Elektrike Reaktive [Klasa: 2, 3]	Testi me Ngarkesë	Gabimi (%) Lidhje Direkte: 0.05In - Imax Lidhje me TRR: 0.05In – Imax sinf: 0.5;1	PR-304-Verifikimi i Matësave Elektrik të Energjisë Reaktive – Klasa: 2, 3	IEC 62053-23:2020 (7.9)
24	Matësa Statik të Energjisë Elektrike Reaktive [Klasa: 2, 3]	Testi i Konstantes	Lidhje Direkte: 0.05In - Imax Lidhje me TRR: 0.05In – Imax	PR-304-Verifikimi i Matësave Elektrik të Energjisë Reaktive – Klasa: 2, 3	IEC 62053-23:2020 (7.4)

Administratori: **Z.Genci Gjergjani**
Menaxhere Cilësie: **Zj. Dea Gjergjani**
Menaxher Teknik: **Z.Genci Gjergjani**
Tel/Fax: **+355 689088467**
Email: **info@htt-al.com**
Adresa e Laboratorit: **Rruga: "Andrea Kushi", Nr. 27, Kati (-2), Njësia Administrative Nr. 7, Kodi Postar 1023/Tiranë (R1)**

Drejtor i Përgjithshëm
Pranvera FAGU

Rishikimi 1: 17.11.2025. Mirëmbajtje dhe ndryshim adrese.

Rishikimi 0: 19.03.2025. Riakreditim