



REPUBLIKA E SHQIPERISË

MINISTRIA E EKONOMISË, KULTURËS
DHE INOVACIONIT



DREJTORIA E PËRGJITHSHME E
AKREDITIMIT

ÇERTIFIKATË AKREDITIMI

“HTT-High Tech Test” sh.p.k

Rruga: “Andrea Kushi”, Nr.27,Apt.5,Njësia Administrative Nr.7,Kodi Postar 1023/Tiranë.

Numri i Regjistrimit

LT 068

Laborator Testues

Është akredituar për të kryer analiza laboratorike në përputhje me S SH ISO/IEC
17025:2017 "Kërkesa të Përgjithshme për Kompetencën e Laboratorëve Testues dhe
Kalibrues"

Data e akordimit të akreditimit: 19.03.2025

Certifikata është e vlefshme deri më datë: 18.03.2029

Drejtor i Përgjithshëm

Pranvera FAGU



LT 068 19.03.25

Lëshuar me datë: 19.03.2025

Organizmi i vlerësimit të konformitetit është subjekt i vizitave mbikëqyrëse vjetore dhe rivlerësohet çdo katër vjet. Për të vërtetuar vlefshmërinë e certifikatës shkoni në faqen e Internetit www.dpa.gov.al ose kontaktoni me DPA tel: 0422269097. Drejtorja e Përgjithshme e Akreditimit është anëtare, nënshkruese EA MLA dhe ILAC MRA për testimin. Certifikata duhet të jetë e shoqëruar me fushën e akreditimit.



REPUBLIKA E SHQIPERISË

MINISTRIA E EKONOMISË, KULTURËS
DHE INOVACIONIT



DREJTORIA E PËRGJITHSHME E
AKREDITIMIT

ÇERTIFIKATË AKREDITIMI

Organizmi i vlerësimit të konformitetit është subjekt i vizitave mbikëqyrëse vjetore dhe rivlerësohet çdo katër vjet. Për të vërtetuar vlefshmërinë e certifikatës shkoni në faqen e Internetit www.dpa.gov.al ose kontaktoni me DPA tel: 0422269097. Drejtorja e Përgjithshme e Akreditimit është anëtare, nënshkruese EA MLA dhe ILAC MRA për testimin. Certifikata duhet të jetë e shoqëruar me fushën e akreditimit.



LT 068
Dt- 19.03.2025

Rishikimi 0. Data e leshimit 19.03.2025
E vlefshme deri në datën 18.03.2029

“HTT - High Tech Tests” sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

No.	Produkti i testuar	Emërtimi provës	Fusha e matjes	Teknika e provës	Standarti i provës	Opinione, Interpretime	Standarti marjes së mostrës	Kodi vëndndodhje
1	Matësa Elektromekanik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasa: 0.5, 1, 2]	Testi i Ndjeshmërisë	Lidhje Direkte: (0.004 - 0.005) Ib Lidhje me TRR: (0.002 - 0.003) In cosf=1	PR-301-Verifikimi i Matësave Elektrik të Energjisë Aktive – Klasa: 0.5, 1, 2	IEC 62053-11: 2003 (8.3)	JO	-	0
2	Matësa Elektromekanik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasa: 0.5, 1, 2]	Testi pa Ngarkesë	(0.8 - 1.1) Un I = 0A	PR-301-Verifikimi i Matësave Elektrik të Energjisë Aktive – Klasa: 0.5, 1, 2	IEC 62053-11: 2003 (8.3)	JO	-	0
3	Matësa Elektromekanik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasa: 0.5, 1, 2]	Testi me Ngarkesë	Gabimi (%) Lidhje Direkte: 0.05Ib – I _{max} Lidhje me TRR: 0.05In – I _{max} cosf: 0.5;1	PR-301-Verifikimi i Matësave Elektrik të Energjisë Aktive – Klasa: 0.5, 1, 2	IEC 62053-11: 2003 (8.1)	JO	-	0



LT 068
Dt- 19.03.2025

Rishikimi 0. Data e lëshimit **19.03.2025**
E vlefshme deri në datën **18.03.2029**

“HTT - High Tech Tests” sh.p.k
Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

4	Matësa Elektromekanik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasa: 0.5, 1, 2]	Testi i Konstantes	Lidhje Direkte: 0.05I _b - I _{max} Lidhje me TRR: 0.05I _n - I _{max}	PR-301-Verifikimi i Matësave Elektrik të Energjisë Aktive – Klasa: 0.5, 1, 2	IEC 62053-11: 2003 (8.4)	JO	-	0
5	Matësa Statik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasa: 0.5, 1, 2]	Testi i Ndjeshmërisë	Lidhje Direkte: (0.004 - 0.005) I _n Lidhje me TRR: (0.002 - 0.003) I _n cosφ=1	PR-301-Verifikimi i Matësave Elektrik të Energjisë Aktive – Klasa: 0.5, 1, 2	IEC 62053-21: 2020 (7.7)	JO	-	0
6	Matësa Statik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasa: 0.5, 1, 2]	Testi pa Ngarkesë	(1.1) U _n I = 0A	PR-301-Verifikimi i Matësave Elektrik të Energjisë Aktive – Klasa: 0.5, 1, 2	IEC 62053-21: 2020 (7.6)	JO	-	0
7	Matësa Statik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasa: 0.5, 1, 2]	Testi me Ngarkesë	Gabimi (%) Lidhje Direkte: 0.05I _n - I _{max} Lidhje me TRR: 0.05I _n - I _{max} cosφ: 0.5;1	PR-301-Verifikimi i Matësave Elektrik të Energjisë Aktive – Klasa: 0.5, 1, 2	IEC 62053-21: 2020 (7.9)	JO	-	0

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr:27, Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 068
Dt- 19.03.2025

Rishikimi 0. Data e lëshimit 19.03.2025
E vlefshme deri në datën 18.03.2029

“HTT - High Tech Tests” sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

8	Matësa Statik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasa: 0.5, 1, 2]	Testi i Konstantes	Lidhje Direkte: 0.05In - I _{max} Lidhje me TRR: 0.05In - I _{max}	PR-301-Verifikimi i Matësave Elektrik të Energjisë Aktive – Klasa: 0.5, 1, 2	IEC 62053-21: 2020 (7.4)	JO	-	0
9	Matësa Statik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasa: 0.5S]	Testi i Ndjeshmërisë	Lidhje me TRR: 0.001 In cosφ=1	PR-303-Verifikimi i Matësave Elektrik të Energjisë Aktive – Klasa: 0.5S	IEC 62053-22: 2020 (7.7)	JO	-	0
10	Matësa Statik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasa: 0.5S]	Testi pa Ngarkesë	(1.1) Un I = 0A	PR-303-Verifikimi i Matësave Elektrik të Energjisë Aktive – Klasa: 0.5S	IEC 62053-22: 2020 (7.6)	JO	-	0
11	Matësa Statik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasa: 0.5S]	Testi me Ngarkesë	Gabimi (%) Lidhje me TRR: 0.05In - I _{max} cosφ: 0.5;1	PR-303-Verifikimi i Matësave Elektrik të Energjisë Aktive – Klasa: 0.5S	IEC 62053-22: 2020 (7.9)	JO	-	0





Adresa: Rruga e Durrësit, Nr:27, Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 068
Dt- 19.03.2025

Rishikimi 0. Data e lëshimit **19.03.2025**
E vlefshme deri në datën **18.03.2029**

“HTT - High Tech Tests” sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

12	Matësa Statik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasa: 0.5S]	 Testi i Konstantes	Lidhje me TRR: 0.05In – I _{max}	PR-303-Verifikimi i Matësave Elektrik të Energjisë Aktive – Klasa: 0.5S	IEC 62053-22: 2020 (7.4)	 JO -	0
13	Matësa Elektromekanik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasa: A, B]	Testi i Ndjeshmërisë	Lidhje Direkte: (0.04 - 0.05) I _{tr} Lidhje me TRR: (0.04 - 0.06) I _{tr} cosφ=1	PR-302-Verifikimi i Matësave Elektrik të Energjisë Aktive – Klasa: A, B, C	EN 50470-2: 2006 (8.7)	JO -	0
14	Matësa Elektromekanik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasa: A, B]	Testi pa Ngarkesë	(0.8 - 1.1) Un I = 0A	PR-302-Verifikimi i Matësave Elektrik të Energjisë Aktive – Klasa: A, B, C	EN 50470-2: 2006 (8.7)	 JO -	0
15	Matësa Elektromekanik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasa: A, B]	Testi me Ngarkesë	Gabimi (%) (I _{min} - I _{max}) cosφ: 0.5;1	PR-302-Verifikimi i Matësave Elektrik të Energjisë Aktive – Klasa: A, B, C	EN 50470-2: 2006 (8.1)	 JO -	0

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr:27, Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 068
Dt- 19.03.2025

Rishikimi 0. Data e lëshimit 19.03.2025
E vlefshme deri në datën 18.03.2029

“HTT - High Tech Tests” sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

16	Matësa Elektromekanik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasa: A, B]	Testi i Konstantes	(Itr - I _{max})	PR-302-Verifikimi i Matësave Elektrik të Energjisë Aktive – Klasa: A, B, C	EN 50470-2: 2006 (8.7)	JO	-	0
17	Matësa Statik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasa: A, B, C]	Testi i Ndjeshmërisë	Lidhje Direkte: (0.04 - 0.05) Itr Lidhje me TRR: (0.02 - 0.06) Itr cosφ=1	PR-302-Verifikimi i Matësave Elektrik të Energjisë Aktive – Klasa: A, B, C	EN 50470-3: 2022 (7.7)	JO	-	0
18	Matësa Statik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasa: A, B, C]	Testi pa Ngarkesë	(0.8 dhe 1.1) Un I = 0A	PR-302-Verifikimi i Matësave Elektrik të Energjisë Aktive – Klasa: A, B, C	EN 50470-3: 2022 (7.6)	JO	-	0
19	Matësa Statik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasa: A, B, C]	Testi me Ngarkesë	Gabimi (%) (Itr – I _{max}) cosφ: 0.5;1	PR-302-Verifikimi i Matësave Elektrik të Energjisë Aktive – Klasa: A, B, C	EN 50470-3: 2022 (7.9)	JO	-	0

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr:27, Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 068
Dt- 19.03.2025

Rishikimi 0. Data e lëshimit 19.03.2025
E vlefshme deri në datën 18.03.2029

“HTT - High Tech Tests” sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

20	Matësa Statik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasa: A, B, C]	Testi i Konstantes	(Itr - I _{max})	PR-302-Verifikimi i Matësave Elektrik të Energjisë Aktive – Klasa: A, B, C	EN 50470-3: 2022 (7.4)	JO	-	0
21	Matësa Statik të Energjisë Elektrike Reaktive [Klasa: 2, 3]	Testi i Ndjeshmërisë	Lidhje Direkte: (0.005 - 0.01) In Lidhje me TRR: (0.003 - 0.005) In sinf=1	PR-304-Verifikimi i Matësave Elektrik të Energjisë Reaktive – Klasa: 2, 3	IEC 62053-23: 2020 (7.7)	JO	-	0
22	Matësa Statik të Energjisë Elektrike Reaktive [Klasa: 2, 3]	Testi pa Ngarkesë	(1.1) Un I = 0A	PR-304-Verifikimi i Matësave Elektrik të Energjisë Reaktive – Klasa: 2, 3	IEC 62053-23: 2020 (7.6)	JO	-	0
23	Matësa Statik të Energjisë Elektrike Reaktive [Klasa: 2, 3]	Testi me Ngarkesë	Gabimi (%) Lidhje Direkte: 0.05In - I _{max} Lidhje me TRR: 0.05In – I _{max} sinf: 0.5;1	PR-304-Verifikimi i Matësave Elektrik të Energjisë Reaktive – Klasa: 2, 3	IEC 62053-23: 2020 (7.9)	JO	-	0

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr:27, Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325





LT 068
Dt- 19.03.2025

Rishikimi 0. Data eleshimit **19.03.2025**
E vlefshme deri në datën **18.03.2029**

“HTT - High Tech Tests” sh.p.k
Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

24	Matësa Statik të Energjisë Elektrike Reaktive [Klasa: 2, 3]	 Testi i Konstantes	Lidhje Direkte: 0.05In - I _{max} Lidhje me TRR: 0.05In – I _{max}	PR-304- Verifikimi i Matësave Elektrik të Energjisë Reaktive – Klasa: 2, 3	IEC 62053-23: 2020 (7.4)	 JO	-	0
----	-------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	--------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	---	---

Administratori:
Menaxhere Cilësie:
Menaxher Teknik:
Tel/Fax:
Email:
Adresa e Laboratorit:



Z.Genci GJERGJANI
Znj.Dea GJERGJANI
Z.Genci GJERGJANI
+355 689088467
info@htt-al.com
Rruga: “Andrea Kushi”, Nr.27,Apt.5,Njësia Administrative Nr.7,Kodi Postar 1023/Tiranë.



Drejtor i Përgjithshëm
Pranvera FAGU

Rishikimi 0: 19.03.2025. Riakreditim



Adresa: Rruga e Durrësit,Nr:27,Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325