REPUBLIKA E SHQIPERISË

MINISTRIA E EKONOMISË, KULTURËS DHE INOVACIONIT

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E AKREDITIMIT

ÇERTIFIKATË AKREDITIMI

"Ibra Labs" sh.p.k

Njësia Bashkiake Nr:5,Rr:"Irfan Tomini",Nr:5,Kati:1,ZK 8260,Nr,Pasurie1/215-N3,Tiranë.

Numri i Regjistrimit

LT 142

Laborator Testues

Është akredituar për kryerjen e testeve në përputhje me S SH ISO/IEC 17025:2017 "Kërkesa të Përgjithëshme për Kompetencën e Laboratorëve Testues dhe Kalibrues".

Data e akordimit të akreditimit: 03.10.2025

Çertifikata është e vlefshme deri më datë: 02.10.2029

DREJTOR I PËRGJITHSHËM

Pranvera FAGU

LT 142 03.10.25 **Lëshuar më 03.10.2025**

Organizmi i vlerësimit të konformitetit është subjekt i vizitave mbikëqyrëse vjetore dhe rivlerësohet çdo katër vjet. Për të vërtetuar vlefshmërinë e certifikatës shkoni në faqen e Internetit www. dpa.gov.al ose kontaktoni me DPA tel: 0422269097. Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit është nënshkruese e EA MLA dhe ILAC MRA për testimin. Certifikata duhet të jetë e shoqëruar me fushën e akreditimit.

REPUBLIKA E SHQIPERISË

MINISTRIA E EKONOMISË, KULTURËS DHE INOVACIONIT

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E AKREDITIMIT

ÇERTIFIKATË AKREDITIMI

Organizmi i vlerësimit të konformitetit është subjekt i vizitave mbikëqyrëse vjetore dhe rivlerësohet çdo katër vjet. Për të vërtetuar vlefshmërinë e certifikatës shkoni në faqen e Internetit www. dpa.gov.al ose kontaktoni me DPA tel: 0422269097. Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit është nënshkruese e EA MLA dhe ILAC MRA për testimin. Certifikata duhet të jetë e shoqëruar me fushën e akreditimit.

"IbraLabs" sh.p.k.
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat propozohet akreditimi

N°	Materiali/ Produkti/ Matrica, të testuar	Emërtimi i provës/ vetia e matur	Fusha e matjes dhe/ose e provës (1)	Teknika e provës (2)	Standardi / Metoda e proves(3)	Shënime, ndryshime, rishikime	Opinione dhe interpretime (4)	Standardi / Metoda për marrjen e mostrës (5)	Vendndodhja ku kryhet testi (6)
1	Uje i pijshem, ujë shkarkimi, ujëra sipërfaqësore dhe nëntokësore	Përcaktimi i lëndës së tretur totale TDS	>0.1 mg/L	Gravimetrike	APHA/AWWA 2540C/2022	/	PO	ISO 5667-4: 2016 ISO 5667-6: 2014 ISO 5667-11: 2009 ISO 5667-14: 2014 ISO 5667-21: 2010	2
2	Uje i pijshem, ujë shkarkimi, ujëra sipërfaqësore dhe nëntokësore	Përcaktimi i nivelit të kripshmerisë (Salinity)	2-42 ppt	Metode konduktometrike	APHA/AWWA 2520B/2022	/	PO	ISO 5667-4: 2016 ISO 5667-6: 2014 ISO 5667-11: 2009 ISO 5667-14: 2014 ISO 5667-21: 2010	2
3	Uje i pijshem, ujë shkarkimi, ujëra sipërfaqësore dhe nëntokësore	Përcaktimi i pH	2-12	Metoda me sensor potenciometrik	S SH ISO 10523:2012	/	PO	ISO 5667-4: 2016 ISO 5667-6: 2014 ISO 5667-11: 2009 ISO 5667-14: 2014 ISO 5667-21: 2010	2
4	Uje i pijshem, ujë shkarkimi, ujëra sipërfaqës	Përcaktimi i Turbullires	0.1-800 NTU	Nefelometri	ISO 7027-1:2016	/	PO	ISO 5667-4: 2016 ISO 5667-6: 2014 ISO 5667-11: 2009	2

Adresa: Rruga e Durresit,Nr:27,Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325

"IbraLabs" sh.p.k.
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat propozohet akreditimi

	ore dhe nëntokësore							ISO 5667-14: 2014 ISO 5667-21: 2010	
5	Uje i pijshem, ujë shkarkimi, ujëra sipërfaqësore dhe nëntokësore	Përcaktimi i Klorureve (Cl^-)	5 – 400 mg/l	Metoda titrimetrike/ Mohr	ISO 9297:1989	/	PO	ISO 5667-4: 2016 ISO 5667-6: 2014 ISO 5667-11: 2009 ISO 5667-14: 2014 ISO 5667-21: 2010	0
6	Uje i pijshem, ujë shkarkimi, ujëra sipërfaqësore dhe nëntokësore	Përcaktimi Përqëndrimit të Cl_2	0.010-6.00 mg/l	METODE SF UV-VIS	APHA /AWWA 4500-Cl G/2022	/	PO	ISO 5667-4: 2016 ISO 5667-6: 2014 ISO 5667-11: 2009 ISO 5667-14: 2014 ISO 5667-21: 2010	2
7	Uje i pijshem, ujë shkarkimi, ujëra sipërfaqësore dhe nëntokësore	Përcaktimi i Konduktivitetit (χ)	0.1 µS/cm – 100 mS/cm	Konduktometri	APHA/AWWA 2510B/2022 S SH EN 27888:1993	/	PO	ISO 5667-4: 2016 ISO 5667-6: 2014 ISO 5667-11: 2009 ISO 5667-14: 2014 ISO 5667-21: 2010	2
8	Uje i pijshem, ujë shkarkimi, ujera sipërfaqësore dhe nëntokësore	Përcaktimi i oksigjenit te tretur DO	0.20-20 mg/l	Metoda me sensor potenciometrik	S SH ISO 17289:2014	/	PO	ISO 5667-4: 2016 ISO 5667-6: 2014 ISO 5667-11: 2009 ISO 5667-14: 2014 ISO 5667-21: 2010	2

"IbraLabs" sh.p.k.
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat propozohet akreditimi

9	Uje i pijshem, ujë shkarkimi, ujera sipërfaqës ore dhe nëntokësor e	Përcaktimi i Nevojes kimike per oksigjen COD	4-40 mg/l 10-150 mg/l 25-1500 mg/l	METODA SF UV-VIS	APHA/AWWA 5220D/2022 ISO 15705:2002	/	PO	ISO 5667-4: 2016 ISO 5667-6: 2014 ISO 5667-11: 2009 ISO 5667-14: 2014 ISO 5667-21: 2010	0
10	Uje i pijshem, ujë shkarkimi, ujera sipërfaqës ore dhe nëntokësor e	Përcaktimi i Karbonit organik total TOC	0.3-1000 mg/l	METODA SF UV-VIS Disgregim me Persulfat	APHA/AWWA 5310C/2022 ISO 8245: 1999	/	PO	ISO 5667-4: 2016 ISO 5667-6: 2014 ISO 5667-11: 2009 ISO 5667-14: 2014 ISO 5667-21: 2010	0
11	Uje i pijshem, ujë shkarkimi, ujera sipërfaqës ore dhe nëntokësor e	Përcaktimi i Nevojes biologjike per oksigjen BODn	2– 4000 mg/l	Respirometri Sistem OxiTop	APHA/AWWA 5210D/2022	/	PO	ISO 5667-4: 2016 ISO 5667-6: 2014 ISO 5667-11: 2009 ISO 5667-14: 2014 ISO 5667-21: 2010	0
12	Uje i pijshem, ujë shkarkimi, ujera sipërfaqës ore dhe nëntokësor e	Përcaktimi i Br^-	> 0.1 mg/l mg/l	Spektrofotometri	APHA/AWWA 4500-Br B/2022	/	PO	ISO 5667-4: 2016 ISO 5667-6: 2014 ISO 5667-11: 2009 ISO 5667-14: 2014 ISO 5667-21: 2010	0
13	Uje i pijshem, ujë shkarkimi, ujera sipërfaqës ore dhe nëntokësor	Përcaktimi i Cu	0.2-10 mg/l	AAS	APHA/AWWA 3111B/2022	/	PO	ISO 5667-4: 2016 ISO 5667-6: 2014 ISO 5667-11: 2009 ISO 5667-14: 2014	0

"IbraLabs" sh.p.k.
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat propozohet akreditimi

	e							ISO 5667-21: 2010	
14	Uje i pijshem, ujë shkarkimi, ujera sipërfaqës ore dhe nëntokësor e	Përcaktimi i Pb	1-20 mg/l	AAS	APHA/AWWA 3111B/2022	/	PO	ISO 5667-4: 2016 ISO 5667-6: 2014 ISO 5667-11: 2009 ISO 5667-14: 2014 ISO 5667-21: 2010	0
15	Uje i pijshem, ujë shkarkimi, ujera sipërfaqës ore dhe nëntokësor e	Përcaktimi i Al	0.020-1.20 mg/l	METODA SF UV-VIS AAS	APHA/AWWA 3500-Al B/2022 APHA/AWWA 3111 D/2022	/	PO	ISO 5667-4: 2016 ISO 5667-6: 2014 ISO 5667-11: 2009 ISO 5667-14: 2014 ISO 5667-21: 2010	0
16	Uje i pijshem, ujë shkarkimi, ujera sipërfaqës ore dhe nëntokësor e	Përcaktimi i SO_4^{2-}	>1 mg/l	METODA SF UV-VIS	APHA/AWWA 4500-$SO4^{2-}$ E /2022	/	PO	ISO 5667-4: 2016 ISO 5667-6: 2014 ISO 5667-11: 2009 ISO 5667-14: 2014 ISO 5667-21: 2010	0
17	Uje i pijshem, ujë shkarkimi, ujera sipërfaqës ore dhe nëntokësor e	Percaktimi i Cr (VI)	0.05 – 3 mg/l	Metode spektrofotometrike me difenilkarbazid 1,5	S SH ISO 11083:2000	/	PO	ISO 5667-4: 2016 ISO 5667-6: 2014 ISO 5667-11: 2009 ISO 5667-14: 2014 ISO 5667-21: 2010	0

Adresa: Rruga e Durresit,Nr:27,Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325

"IbraLabs" sh.p.k.
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat propozohet akreditimi

18	Uje i pijshem, ujë shkarkimi, ujera sipërfaqës ore dhe nëntokësor e	Percaktimi i C_6H_5OH	0.002-5.00 mg/l	METODA SF UV-VIS	APHA/AWWA 5530D/2022	/	PO	ISO 5667-4: 2016 ISO 5667-6: 2014 ISO 5667-11: 2009 ISO 5667-14: 2014 ISO 5667-21: 2010	0
19	Uje i pijshem, ujë shkarkimi, ujera sipërfaqës ore dhe nëntokësor e	Percaktimi i Zn	0.05-2 mg/l	AAS	APHA/AWWA 3111B/2022	/	PO	ISO 5667-4: 2016 ISO 5667-6: 2014 ISO 5667-11: 2009 ISO 5667-14: 2014 ISO 5667-21: 2010	0
20	Uje i pijshem, ujë shkarkimi, ujera sipërfaqës ore dhe nëntokësor e	Percaktimi i Fe	0.3-10 mg/l	AAS	APHA/AWWA 3111B/2022	/	PO	ISO 5667-4: 2016 ISO 5667-6: 2014 ISO 5667-11: 2009 ISO 5667-14: 2014 ISO 5667-21: 2010	0
21	Uje i pijshem, ujë shkarkimi, ujera sipërfaqës ore dhe nëntokësor e	Percaktimi i TSS	≥2 mg/l	Metode gravimetrike	S SH EN 872:2005	/	PO	ISO 5667-4: 2016 ISO 5667-6: 2014 ISO 5667-11: 2009 ISO 5667-14: 2014 ISO 5667-21: 2010	0

Adresa: Rruga e Durresit,Nr:27,Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325

"IbraLabs" sh.p.k.
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat propozohet akreditimi

22	Uje i pijshem, ujë shkarkimi, ujera sipërfaqës ore dhe nëntokësor e	Percaktimi i Ca^{2+}	2 – 200 mg/l 1.0-160	Metoda titrimetrike/ me EDTA	APHA/AWWA 3500-Ca B/2022 S SH ISO 6059:1997	/	PO	ISO 5667-4: 2016 ISO 5667-6: 2014 ISO 5667-11: 2009 ISO 5667-14: 2014 ISO 5667-21: 2010	0
23	Uje i pijshem, ujë shkarkimi, ujera sipërfaqës ore dhe nëntokësor e	Percaktimi i Mg^{2+}	≥1 mg/l	METODA SF UV-VIS	APHA/AWWA 3500-Mg B/2022 S SH ISO 6059:1997	/	PO	ISO 5667-4: 2016 ISO 5667-6: 2014 ISO 5667-11: 2009 ISO 5667-14: 2014 ISO 5667-21: 2010	0
24	Uje i pijshem, ujë shkarkimi, ujera sipërfaqës ore dhe nëntokësor e	Percaktimi i Nitrateve	0.4-110.7 mg/l NO_3^- 0.10-25.0 mg/l N-NO_3^-	METODE SF UV-VIS	APHA/AWWA 4500-NO3-B/2022	/	PO	ISO 5667-4: 2016 ISO 5667-6: 2014 ISO 5667-11: 2009 ISO 5667-14: 2014 ISO 5667-21: 2010	0
25	Uje i pijshem, ujë shkarkimi, ujera sipërfaqës ore dhe nëntokësor e	Percaktimi i Nitriteve	0.007-3.28 mg/l NO_2^- 0.002-1.00 N-NO_2^-	METODE SF UV-VIS	APHA/AWWA 4500-NO2-B/2022	/	PO	ISO 5667-4: 2016 ISO 5667-6: 2014 ISO 5667-11: 2009 ISO 5667-14: 2014 ISO 5667-21: 2010	0
26	Uje i pijshem, ujë shkarkimi, ujera sipërfaqës ore dhe	Percaktimi i $P\text{-}PO_4^{3-}$	0.0025-5.00 mg/l $P\text{-}PO4^{3-}$ 0.0077-15.3 $PO4^{3-}$ 0.0057-	METODE SF UV-VIS	APHA/AWWA 4500-P E/2022	/	PO	ISO 5667-4: 2016 ISO 5667-6: 2014 ISO 5667-11: 2009 ISO 5667-14:	0

"IbraLabs" sh.p.k.
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat propozohet akreditimi

	nëntokësore		11.46 P_2O_5					2014 ISO 5667-21: 2010	
27	Uje i pijshem, ujë shkarkimi, ujera sipërfaqësore dhe nëntokësore	Alkaliniteti	20-1000 mg/L	Metode vellimetrike	ISO 9963-1:1994	/	PO	ISO 5667-4: 2016 ISO 5667-6: 2014 ISO 5667-11: 2009 ISO 5667-14: 2014 ISO 5667-21: 2010	0
28	Uje i pijshem, ujë shkarkimi, ujera sipërfaqësore dhe nëntokësore	Percaktimi i $N\text{-}NH_4^+$	0.013-3.86 mg/l NH_4^+ 0.016-3.65 NH_3 0.010-3.00 $N\text{-}NH_4^+$	METODE SF UV-VIS	APHA/AWWA 4500-NH3 F/2022	/	PO	ISO 5667-4: 2016 ISO 5667-6: 2014 ISO 5667-11: 2009 ISO 5667-14: 2014 ISO 5667-21: 2010	0
29	Uje i pijshem, ujë shkarkimi, ujera sipërfaqësore dhe nëntokësore	Percaktimi i Azotit Total	0.5-15.0 mg/l	METODE SF UV-VIS	APHA/AWWA 4500-N C/2022	/	PO	ISO 5667-4: 2016 ISO 5667-6: 2014 ISO 5667-11: 2009 ISO 5667-14: 2014 ISO 5667-21: 2010	0
30	Uje i pijshem, ujë shkarkimi, ujera sipërfaqësore dhe nëntokësore	Percaktimi i Fosforit Total	0.05-5.00 mg/l	METODE SF UV-VIS	APHA/AWWA 4500-P E/2022	/	PO	ISO 5667-4: 2016 ISO 5667-6: 2014 ISO 5667-11: 2009 ISO 5667-14: 2014 ISO 5667-21: 2010	0

Adresa: Rruga e Durresit,Nr:27,Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325

"IbraLabs" sh.p.k.
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat propozohet akreditimi

31	Ujëra natyrore/ Ujë i pijshëm/ Shkarkime të lëngëta/ Ujë deti	Përcaktimi i përmbajtjes së P - Organik	≥0.01 mg/l	METODA SF UV-VIS	APHA/AWWA 4500-P E/2022	/	PO	ISO 5667-4: 2016 ISO 5667-6: 2014 ISO 5667-11: 2009 ISO 5667-14: 2014 ISO 5667-21: 2010	0
32	Ujëra natyrore/ Ujë i pijshëm/ Shkarkime të lëngëta/ Ujë deti	Përcaktimi i S_2^-	0.020-1.50 mg/l S^{2-} 0.021-1.55 HS	METODA SF UV-VIS	APHA/AWWA 4500-S^{2-} D/2022	/	PO	ISO 5667-4: 2016 ISO 5667-6: 2014 ISO 5667-11: 2009 ISO 5667-14: 2014 ISO 5667-21: 2010	0
33	Ujëra natyrore/ Ujë i pijshëm/ Shkarkime të lëngëta/ Ujë deti	Përcaktimi i Fortesise totale	> 5 mg/l	Metoda vellimetrike Metoda titrimetrike /kompeksonometrike me EDTA	ISO 6059:1984 AWWA/APHA 2340 C/2022	/	PO	ISO 5667-4: 2016 ISO 5667-6: 2014 ISO 5667-11: 2009 ISO 5667-14: 2014 ISO 5667-21: 2010	0
34	Ujëra natyrore/ Ujë i pijshëm/ Shkarkime të lëngëta/ Ujë deti	Përcaktimi i mbetjes se thate	2.5-200 mg/L	Gravimetrike	APHA/AWWA 2540 B/2022	/	PO	ISO 5667-4: 2016 ISO 5667-6: 2014 ISO 5667-11: 2009 ISO 5667-14: 2014 ISO 5667-21: 2010	0
35	Ujëra natyrore/ Ujë i pijshëm/ Shkarkime të lëngëta/ Ujë deti	Përcaktimi i Hidrokarbureve totale	5.0 – 1000 mg/l	Metode gravimetrike	EPA Method 1664:2010	/	PO	ISO 5667-4: 2016 ISO 5667-6: 2014 ISO 5667-11: 2009 ISO 5667-14: 2014	0

Adresa: Rruga e Durresit,Nr:27,Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097 +355 4 22 69325

"IbraLabs" sh.p.k.

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat propozohet akreditimi

								ISO 5667-21: 2010	
36	Ujëra natyrore/ Ujë i pijshëm/ Shkarkime të lëngëta/ Ujë deti	Përcaktimi i Na	0.03-1 mg/l	AAS	APHA/AWWA 3111B/2017	/	PO	ISO 5667-4: 2016 ISO 5667-6: 2014 ISO 5667-11: 2009 ISO 5667-14: 2014 ISO 5667-21: 2010	0
37	Ujëra natyrore/ Ujë i pijshëm/ Shkarkime të lëngëta/ Ujë deti	Përcaktimi i K	0.1-2 mg/l	AAS	APHA/AWWA 3111B/2022	/	PO	ISO 5667-4: 2016 ISO 5667-6: 2014 ISO 5667-11: 2009 ISO 5667-14: 2014 ISO 5667-21: 2010	0
38	Ujëra natyrore/ Ujë i pijshëm/ Shkarkime të lëngëta/ Ujë deti	Përcaktimi i Co	0.5-10 mg/l	AAS	APHA/AWWA 3111B/2022	/	PO	ISO 5667-4: 2016 ISO 5667-6: 2014 ISO 5667-11: 2009 ISO 5667-14: 2014 ISO 5667-21: 2010	0
39	Ujëra natyrore/ Ujë i pijshëm/ Shkarkime të lëngëta/ Ujë deti	Përcaktimi i Cd	0.05-2 mg/l	AAS	APHA/AWWA 3111B/2022	/	PO	ISO 5667-4: 2016 ISO 5667-6: 2014 ISO 5667-11: 2009 ISO 5667-14: 2014 ISO 5667-21: 2010	0
40	Ujëra natyrore/ Ujë i pijshëm/ Shkarkime	Përcaktimi i Cr	0.2-10 mg/l	AAS	APHA/AWWA 3111B/2022	/	PO	ISO 5667-4: 2016 ISO 5667-6: 2014 ISO 5667-11:	0

Adresa: Rruga e Durresit,Nr:27,Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325

"IbraLabs" sh.p.k.
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat propozohet akreditimi

	të lëngëta/ Ujë deti							2009 ISO 5667-14: 2014 ISO 5667-21: 2010	
41	Ujëra natyrore/ Ujë i pijshëm/ Shkarkime të lëngëta/ Ujë deti	Përcaktimi i Mn	0.1-10 mg/l	AAS	APHA/AWWA 3111B/2022	/	PO	ISO 5667-4: 2016 ISO 5667-6: 2014 ISO 5667-11: 2009 ISO 5667-14: 2014 ISO 5667-21: 2010	0
42	Ujëra natyrore/ Ujë i pijshëm/ Shkarkime të lëngëta/ Ujë deti	Përcaktimi i Ni	0.3-10 mg/l	AAS	APHA/AWWA 3111B/2022	/	PO	ISO 5667-4: 2016 ISO 5667-6: 2014 ISO 5667-11: 2009 ISO 5667-14: 2014 ISO 5667-21: 2010	0
43	Ujëra natyrore/ Ujë i pijshëm/ Shkarkime të lëngëta/ Ujë deti	Përcaktimi i F^-	0.10-1.80 mg/l	METODA SF UV-VIS	APHA/AWWA 4500 F^- E/2022 EPA METHOD 340.3/1971	/	PO	ISO 5667-4: 2016 ISO 5667-6: 2014 ISO 5667-11: 2009 ISO 5667-14: 2014 ISO 5667-21: 2010	0
44	Ujëra natyrore/ Ujë i pijshëm/ Shkarkime të lëngëta/ Ujë deti	Përcaktimi i Cianurit te lire	0.002-0.500 mg/l	METODA SF UV-VIS	SSH ISO 6703-2:2000	/	PO	ISO 5667-4: 2016 ISO 5667-6: 2014 ISO 5667-11: 2009 ISO 5667-14: 2014 ISO 5667-21: 2010	0
45	Mostra toke/sedimente/shkar	Përcaktimi i TOG Oil and grease	≥ 10 mg/kg	Ekstraktim ne Hekzan + silicagel /	EPA Method 9071B	/	PO	ISO 18400-100:2017 ISO 18400-	0

"IbraLabs" sh.p.k.
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat propozohet akreditimi

	kime të ngurta			Gravimetri				104:2018 ISO 18400-301:2023	
46	Mostra toke/sedimente/shkarkime të ngurta	Përcaktimi i pH	2-12	Ekstraktim / Potenciometri / Elektrode qelqi	S SH ISO 10390:2021	/	PO	ISO 18400-100:2017 ISO 18400-104:2018 ISO 18400-301:2023	2
47	Mostra toke/sedimente/shkarkime të ngurta	Përcaktimi i i përcjellshmërisë elektrike χ	≥0.2 µS/cm	Metodë potenciometrike	ISO 11265:1994	/	PO	ISO 18400-100:2017 ISO 18400-104:2018 ISO 18400-301:2023	2
48	Mostra toke/sedimene/shkarkime të ngurta	Përcaktimi i i përmbajtjes së Cd	> 2 mg/kg (DW)	AAS	S SH ISO 11047:1998 EPA Method 3050 B		PO	ISO 18400-100:2017 ISO 18400-104:2018 ISO 18400-301:2023	0
		Përcaktimi i i përmbajtjes së Cr	> 12 mg/kg (DW)						
		Përcaktimi i i përmbajtjes së Co	> 12 mg/kg (DW)						
		Përcaktimi i i përmbajtjes së Cu	> 5 mg/kg (DW)						
		Përcaktimi i i përmbajtjes së Pb	> 15 mg/kg (DW)						
		Përcaktimi i i përmbajtjes së Mn	> 2 mg/kg (DW)						
		Përcaktimi i i përmbajtjes së Ni	> 12 mg/kg (DW)						
		Përcaktimi i i përmbajtjes së Zn	> 2 mg/kg (DW)						
		Përcaktimi i i përmbajtjes së Al	> 2 mg/kg (DW)						
		Përcaktimi i i përmbajtjes së Fe	> 5 mg/kg (DW)						

Adresa: Rruga e D[illegible] ..., Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325

"IbraLabs" sh.p.k.
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat propozohet akreditimi

49	Mostra toke/sedimente/shkarkime të ngurta	Përcaktimi i i përmbajtjes së lëndës së thatë dhe lagështisë	0 – 90 %	Gravimetri	ISO 11465:1993	/	PO	ISO 18400-100:2017 ISO 18400-104:2018 ISO 18400-301:2023	0
50	Shkarkime nga burimet pikësore	Përcaktimi i përqëndrimit të Hg	0.001-0.5 mg/m^3	Metoda Wet chemicals / Absorbim ne $KMnO_4+H_2SO_4$	BS EN 13211:2001	/	PO	/	2
51	Shkarkime nga burimet pikësore	Përcaktimi i përqëndrimit të C_xH_y	2 - 500 mg/m^3	Sensor elektrokimik	EPA Method 25B	/	PO	/	2
52	Shkarkime nga burimet pikësore	Përcaktimi i përqëndrimit të SO_2	0.5 - 2000 mg/m^3	Metoda Wet chemicals / Metoda Spektrofotometrike Thorin	ISO 7934:1989 /Amd 1:1998	/	PO	/	2
53	Shkarkime nga burimet pikësore	Përcaktimi i përqëndrimit të CO	2 - 2500 mg/m^3	Sensor elektrokimik	ISO 12039:20019	/	PO	/	2
54	Shkarkime nga burimet pikësore	Përcaktimi i përqëndrimit të CO_2	2 - 2500 mg/m^3	Sensor elektrokimik	ISO 12039:2019	/	PO	/	2
55	Shkarkime nga burimet pikësore	Përcaktimi i përqëndrimit të O_2	5 – 26 %	Sensor elektrokimik / Metoda paramagnetike	ISO 12039:2019; DIN EN 14789:2006	/	PO	/	2
56	Shkarkime nga burimet pikësore	Përcaktimi i përqëndrimit të NO_x (si NO_2)	13 – 1782 mg/m^3	Metoda Wet chemicals / Metoda kolorimetrike Alkalin - permanganate	EPA METHOD 7C : 2020	/	PO	/	2
57	Shkarkime nga burimet pikësore	Përcaktimi i përqëndrimit të SO_2	3.4 – 50 mg/m^3	Metoda Wet chemicals / Metoda kolorimetrike me perklorat bariumi	EPA METHOD 6	/	PO	/	2

"IbraLabs" sh.p.k.
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat propozohet akreditimi

58	Shkarkime nga burimet pikësore	Përcaktimi i përqëndrimit të H_2S	8 - 740 mg/m^3	Metoda Wet chemicals / Metoda kolorimetrike me Sulfat Kadmiumi	EPA METHOD 15	/	PO	/	2
59	Shkarkime nga burimet pikësore	Përcaktimi i përqëndrimit të HF	0.1 - 200 mg/m^3	Metoda duke përdorur një tren kampionimi të përbërë nga një sondë, me kapëse qelqi që përmban tretësirë absorbuese	ISO 15713:2006	/	PO	/	2
60	Shkarkime nga burimet pikësore	Përcaktimi i përqëndrimit të HCl	0.01 - 50 mg/m^3	Metoda duke përdorur një tren kampionimi të përbërë nga një sondë, me kapëse qelqi që përmban tretësirë absorbuese	EN 1911:2010	/	PO	/	2
61	Shkarkime nga burimet pikësore	Përcaktimi i përqëndrimit të NH_3	0.003 - 60 mg/m^3	Metoda duke përdorur një tren kampionimi të përbërë nga një sondë, me kapëse qelqi që përmban tretësirë absorbuese	EPA Method 207.1	/	PO	/	2
62	Shkarkime nga burimet pikësore	Përcaktimi i përqëndrimit të HCN	0.003 - 60 mg/m^3	Metoda Wet chemicals/ Kolorimetrike	EPA Method 426	/	PO	/	2
63	Shkarkime nga burimet pikësore	Përcaktimi i avujve te ujit ne oxhak	4 – 40 %	Metoda standarde e referencës (SRM) me teknikë kondensimi/ adsorbimi	BS EN 14790:2017	/	PO	/	2

Adresa: Rruga e Durresit,Nr:27,Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325

"IbraLabs" sh.p.k.
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat propozohet akreditimi

64	Shkarkime nga burimet pikësore	Përcaktimi i përqëndrimit të As Përcaktimi i përqëndrimit të Cd Përcaktimi i përqëndrimit të Cr Përcaktimi i përqëndrimit të Co Përcaktimi i përqëndrimit të Cu Përcaktimi i përqëndrimit të Mn Përcaktimi i përqëndrimit të Ni Përcaktimi i përqëndrimit të Pb Përcaktimi i përqëndrimit të Sb Përcaktimi i përqëndrimit të Ti Përcaktimi i përqëndrimit të V	0.005 – 0.5 mg/m^3	Mostrim isokinetik ne filter / AAS	BS EN 14385:2004	/	PO	/	2
65	Shkarkime nga burimet pikësore	Përcaktimi përqendrimit në masë të grimcave	20 – 1000 mg/m3	Metoda standarde e referencës (SRM) - Metoda gravimetrike manuale	ISO 9096:2017	/	PO	/	2
66	Shkarkime nga burimet pikësore	Përcaktimi i përqendrimit në masë të ulët të pluhurit	< 50 mg/m3	Metoda standarde e referencës (SRM) për matjen e përqendrimit të ulët të pluhurit -	BS EN 13284-1:2017	/	PO	/	2

"IbraLabs" sh.p.k.

Laborator Testues

...sta e analizave për të cilat propozohet akreditimi

				Metoda gravimetrike manuale					
67	Ajër në mjedise të hapura dhe të mbyllura	Përcaktimi i përqëndrimit të NH3	0.003-60 mg/m3	Metoda Wet chemicals	Method 207.1	/	PO	/	2
68	Ajër në mjedise të hapura dhe të mbyllura	Përcaktimi i përqëndrimit të O2	0-24 %	Metode sensoriale	S SH ISO 16000-1:2004	/	PO	/	2
69	Ajër në mjedise të hapura dhe të mbyllura	Përcaktimi i përqëndrimit të Lageshtires	0-100 %	Metode sensoriale	ISO 7726:1998	/	PO	/	2
70	Ajër në mjedise të hapura dhe të mbyllura	Përcaktimi i përqëndrimit të CO2	0-1000 ppm	Metode sensoriale	ISO 16000-26:2012	/	PO	/	2
71	Ajër në mjedise të hapura dhe të mbyllura	Përcaktimi i përqëndrimit të NOx	0-120 mg/m3	DOAS	ISO 16000-15:2008	/	PO	/	2
72	Ajër në mjedise të hapura dhe të mbyllura	Përcaktimi i përqëndrimit të Hidrokarbure ve Totale (VOC)	> 0.0002 mg/m3	Metoda me mostër të mbledhur në bombola të përgatitura posaçërisht dhe të analizuara nga kromatografia e gazit – spektrometria e masës (GC-MS)	EPA/625/ R-96/010b Compendium Method TO-15	/	PO	/	2
73	Ajër në mjedise të hapura dhe të mbyllura	Përcaktimi i përqëndrimit të CH4	0-20 mg/m3	Matjet atmosferike pranë tokës me spektroskopi diferenciale optike të përthithjes	EN 16253:2013	/	PO	/	2

"IbraLabs" sh.p.k.
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat propozohet akreditimi

				aktive (DOAS)					
74	Zhurma ne mjedis	Zhurma	20 – 140 dB(A)	Fonometri	S SH ISO 1996-2:2017	/	PO	/	1
75	Zhurma ne vendin e punes	Zhurma	20 – 140 dB(A)	Përcaktimi i ekspozimit të zhurmës në punë - Metoda inxhinierike Fonometri	ISO 9612:2009	/	PO	/	1
76	Ajer	Percaktimi i TSP, PM10	7 µg/m^3 - 400 mg/m^3	Metode Gravimetrike	EN 12341:2023	/	PO	/	2
77	Ajer	Percaktimi i TSP, PM10, PM7, PM4, PM2.5, PM1	1 – 750 µg/m^3	Metoda me analizator IR	EN 16450:2017	/	PO	/	2
78	Vibrime	Përcaktimi, Matja dhe vlerësimi i nivelit të vibrimeve dhe valës goditëse gjatë shpërthimeve në mjedis	PPV 0.13-254 mm/s	Metodat e matjes që ndikohen nga burimi i ngacmimit, d.m.th frekuenca, kohëzgjatja dhe amplituda e shkaktuar nga çdo burim	ISO 4866:2010	/	PO	/	1
79	Vibrime dhe lekundje	Matja e vibrimeve në mjedis,struktuar ate ndërtuara mbi ose nën tokë, në rrugë dhe ndikimi ndaj njeriu	Shpejtesi 0 – 100 mm/s Frekuenc 0 – 315 Hz	Metodë për matje dhe vlerësim, që përfshin përcaktimin e drejtimit të matjes dhe vendndodhjes së matjes Gjeofon dhe mikrofon	ISO 2631-2:2003	/	PO	/	1

Adresa: Rruga e Durresit,Nr:27,Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325

"IbraLabs" sh.p.k.

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat propozohet akreditimi

Shënim

(1) fusha e aplikimit të provave (p.sh. 0 ÷ 350 KN; 0,5 ÷ 12%; 1 ÷ 300 mg/Kg) ose kufirin e përcaktimit (p.sh. >0,1 mg/Kg; >10 UFC/g).
(2) vetëm për testime kimike , teknika e testimit të përdorur. (p.sh. gazkromatografi, titullim, , etj.)
(3) standardi, metoda, metoda e laboratorit, dhe viti kur eshte futur ne laborator
(4) nëse akreditohet për dhënien e opinioneve dhe interpretimeve për testimin përkatës
(5) standardi/metoda e marrjes së mostrës vetëm për ato teste që laboratori kryen vetë marrjen e mostrës
(6) Vendndodhja e kryerjes së testimit- vendos numrin 0 nëse testi për të cilin aplikoni të akreditoheni kryhet brenda ambjenteve te laboratorit, vendos numrin 1 nesë testi kryhet jashtë ambjenteve të laboratorit dhe vendos numrin 2 nëse testi kryhet brenda dhe jashtë laboratorit

S SH – Standard Shqiptar;
EN – Europian Norm;
ISO – International Standard Organization;

Administrator: **Aferdita PEPA**
Drejtuesi Laboratorit: **Emerilda SHENAJ**
Menaxheri Cilësisë: **Emerilda SHENAJ.**
Web:
Email: **ibralabs18@gmail.com**
CEL: **+355698560866**
Adresa: **Njesia Bashkiake Nr.5, Rr " Irfan Tomini", Nr. 5, Kati 1, ZK 8260, Nr. Pasurie 1/215-N3**

Drejtor i Pergjithshem
Pranvera FAGU

Rishikimi 0. 03.10.2025. Akreditim fillestar