



REPUBLIKA E SHQIPERISË

MINISTRIA E EKONOMISË,

KULTURËS DHE

INOVACIONIT



DREJTORIA E PËRGJITHSHME E
AKREDITIMIT

ÇERTIFIKATË AKREDITIMI

Inspektorati Shtetëror Teknik Industrial

Rruga Muhamet Gjollësja, Nr.54 Tiranë

Numri i Regjistrimit

LT 055

Laborator Testues

Është akredituar për të kryer analiza laboratorike në përputhje me S SH ISO/IEC 17025:2017
"Kërkesa të Përgjithshme për Kompetencën e Laboratorëve Testues dhe Kalibrues"

Data e akordimit të akreditimit: 26.07.2025

Çertifikata është e vlefshme deri më datë :25.07.2029

Drejtor i Përgjithshëm

Pranvera FAGU



LT 055 26.07.25

Lëshuar me datë: 26.07.2025

Organizmi i vlerësimit të konformitetit është subjekt i vizitave mbikëqyrëse vjetore dhe rivlerësohet çdo katër vjet. Për të vërtetuar vlefshmërinë e certifikatës shkoni në faqen e Internetit www.dpa.gov.al ose kontaktoni me DPA tel: 0422269097.

Drejtorja e Përgjithshme e Akreditimit nënshkruese e EA MLA dhe ILAC MRA për testimin.

Certifikata duhet të jetë e shoqëruar me fushën e akreditimit.



LT 055

Dt- 26.07.2025

Data e lëshimit 26.07.2025

E vlefshme deri në datën 25.07.2029

Inspektorati Shtetëror Teknik Industrial

Laboratori i Naftës, Gazit dhe Nënprodukteve Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

Nr	Materiali/ Produkti/ Matrica, të testuar	Emërtim i provës/ vetia e matur	Fusha e matjes dhe/ose e provës (1)	Teknika e provës (2)	Standardi / Metoda e provës (3)	Shëni me, ndryshime, rishikime	Opinion e dhe interpretime (4)	Stand ardi / Metoda për marrjen e mostrës (5)	Vendn dodhja ku kryhet testi (6)
1	Karburant e për avjona me turbine Jet A 1	Densiteti	600-1100 kg/m ³	Lëkundje në tub në formë U- je	S SH EN ISO 12185:202 4 ASTM D 4052-22				0
2	White spirit	Densiteti	600-1100 kg/m ³	Lëkundje në tub në formë U- je	S SH EN ISO 12185:202 4 ASTM D 4052-22				0
3	Vajgur për perdorim termik	Densiteti	600-1100 kg/m ³	Lëkundje në tub në formë U- je	S SH EN ISO 12185:202 4 ASTM D 4052-22				0
4	Hollues	Densiteti		Lëkundje në tub në	S SH EN ISO 12185:202 4				

Adresa: Rr: E Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 055

Dt- 26.07.2025

Data e lëshimit **26.07.2025**

E vlefshme deri në datën **25.07.2029**

Inspektorati Shtetëror Teknik Industrial

Laboratori i Naftës, Gazit dhe Nënprodukteve Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

			600-1100 kg/m ³	formë U- je	ASTM D 4052-22				0
5	Gazoil	Densiteti	600-1100 kg/m ³	Lëkundje në tub në formë U- je	S SH EN ISO 12185:202 4 ASTM D 4052-22				0
6	Benzinë	Densiteti	600-1100 kg/m ³	Lëkundje në tub në formë U- je	S SH EN ISO 12185:202 4 ASTM D 4052-22				0
7	Vaj lubrifikant	Densiteti	600-1100 kg/m ³	Lëkundje në tub në formë U- je	S SH EN ISO 12185:202 4 ASTM D 4052-22				0
8	Lëndë djegëse	Densiteti	600-1100 kg/m ³	Lëkundje në tub në formë U- je	S SH EN ISO 12185:202 4 ASTM D 4052-22				0
9	Naftë bruto	Densiteti		Lëkundje në tub në	S SH EN ISO 12185:202 4				

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325

**LT 055****Dt- 26.07.2025**Data e lëshimit **26.07.2025**E vlefshme deri në datën **25.07.2029**

Inspektorati Shtetëror Teknik Industrial

Laboratori i Naftës, Gazit dhe Nënprodukteve Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

			600-1100 kg/m ³	formë U- je	ASTM D 4052-22			0
10	Biodiezel	Densiteti	600-1100 kg/m ³	Lëkundje në tub në formë U- je	S SH EN ISO 12185:202 4 ASTM D 4052-22			0
11	Tretësa	Densiteti	600-1100 kg/m ³	Lëkundje në tub në formë U- je	S SH EN ISO 12185:202 4 ASTM D 4052-22			0
12	Bioetanol	Densiteti	600-1100 kg/m ³	Lëkundje në tub në formë U- je	S SH EN ISO 12185:202 4 ASTM D 4052-22			0
13	Karburant e për aviona me turbinë Jet A1	Densiteti	600-1100 kg/m ³	Me hidromet ër	S SH EN ISO 3675:1998			0
14	White spirit	Densiteti	600-1100 kg/m ³	Me hidromet ër	S SH EN ISO 3675:1998			0

Adresa: Rr: E Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri**E-mail:** info@dpa.gov.al**Tel:** +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 055

Dt- 26.07.2025

Data e lëshimit **26.07.2025**

E vlefshme deri në datën **25.07.2029**

Inspektorati Shtetëror Teknik Industrial

Laboratori i Naftës, Gazit dhe Nënprodukteve Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

15	Vajgur për përdorim termik	Densiteti	600-1100 kg/m ³	Me hidrometër	S SH EN ISO 3675:1998				0
16	Hollues	Densiteti	600-1100 kg/m ³	Me hidrometër	S SH EN ISO 3675:1998				0
17	Gazoil	Densiteti	600-1100 kg/m ³	Me hidrometër	S SH EN ISO 3675:1998				0
18	Benzinë	Densiteti	600-1100 kg/m ³	Me hidrometër	S SH EN ISO 3675:1998				0
19	Vaj lubrifikant	Densiteti	600-1100 kg/m ³	Me hidrometër	S SH EN ISO 3675:1998				0
20	Lëndë djegëse	Densiteti	600-1100 kg/m ³	Me hidrometër	S SH EN ISO 3675:1998				0

Adresa: Rr: E Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 055

Dt- 26.07.2025

Data e lëshimit **26.07.2025**

E vlefshme deri në datën **25.07.2029**

Inspektorati Shtetëror Teknik Industrial

Laboratori i Naftës, Gazit dhe Nënprodukteve Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

21	Naftë bruto	Densiteti	600-1100 kg/m ³	Me hidrometër	S SH EN ISO 3675:1998				0
22	Biodiesel	Densiteti	600-1100 kg/m ³	Me hidrometër	S SH EN ISO 3675:1998				0
23	Tretesa	Densiteti	600-1100 kg/m ³	Me hidrometër	S SH EN ISO 3675:1998				0
24	Bioetanol	Densiteti	600-1100 kg/m ³	Me hidrometër	S SH EN ISO 3675:1998				0
25	Karburant e për aviona me turbinë Jet A	Përcaktimi i karakteristیکave të distilimit	Temp. 0 - 400 °C	Distilim në presion atmosferik	S SH EN ISO 3405:2019				0
26	White spirit	Përcaktimi i karakteristیکave të distilimit	Temp. 0 - 400 °C	Distilim në presion atmosferik	S SH EN ISO 3405:2019				0

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 055

Dt- 26.07.2025

Data e lëshimit **26.07.2025**

E vlefshme deri në datën **25.07.2029**

Inspektorati Shtetëror Teknik Industrial

Laboratori i Naftës, Gazit dhe Nënprodukteve Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

27	Vajgur për perdorim termik	Percakti mi I karakteris tikave te distilimit	Temp. 0 - 400 °C	Distilim ne presion atmosferi k	S SH EN ISO 3405:2019				0
28	Hollues	Percakti mi I karakteris tikave te distilimit	Temp. 0 - 400 °C	Distilim ne presion atmosferi k	S SH EN ISO 3405:2019				0
29	Gazoil	Percakti mi I karakteris tikave te distilimit	Temp. 0 - 400 °C	Distilim ne presion atmosferi k	S SH EN ISO 3405:2019				0
30	Benzinë	Percakti mi I karakteris tikave te distilimit	Temp. 0 - 400 °C	Distilim ne presion atmosferi k	S SH EN ISO 3405:2019				0
31	Tretësia	Percakti mi i karakteris tikave të distilimit	Temp. 0 - 400 °C	Distilim ne presion atmosferi k	S SH EN ISO 3405:2019				0

Adresa: Rr: E Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 055

Dt- 26.07.2025

Data e lëshimit **26.07.2025**

E vlefshme deri në datën **25.07.2029**

Inspektorati Shtetëror Teknik Industrial

Laboratori i Naftës, Gazit dhe Nënprodukteve Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

32	Karburant e për aviona me turbine Jet A1	Pika e flakërimit	10-370 °C	Metoda Pennsky Martens	S SH EN ISO 2719:2016				0
33	White spirit	Pika e flakerimit	10-370 °C	Metoda Pennsky Martens	S SH EN ISO 2719:2016				0
34	Vajgur për përdorim termik	Pika e flakërimit	10-370 °C	Metoda Pennsky Martens	S SH EN ISO 2719:2016				0
35	Gazoil	Pika e flakërimit	10-370 °C	Metoda Pennsky Martens	S SH EN ISO 2719:2016				0
36	Hollues	Pika e flakërimit	10-370 °C	Metoda Pennsky Martens	S SH EN ISO 2719:2016				0
37	Biodiesel	Pika e flakërimit	10-370 °C		S SH EN ISO 2719:2016				

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 055

Dt- 26.07.2025

Data e lëshimit **26.07.2025**

E vlefshme deri në datën **25.07.2029**

Inspektorati Shtetëror Teknik Industrial

Laboratori i Naftës, Gazit dhe Nënprodukteve Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

				Metoda Pennsky Martens					0
38	Vaj lubrifikant	Pika e flakërimit	70-400 °C	Metoda Cleveland	S SH EN ISO 2592:2017				0
39	Lëndë djegëse	Pika e flakërimit	70-400 °C	Metoda Cleveland	S SH EN ISO 2592:2017				0
40	Bitum	Pika e flakërimit	70-400 °C	Metoda Cleveland	S SH EN ISO 2592:2017				0
41	Lëndë djegëse	Viskozitet në 100°C	mm ² /s °Engler	Viskozimetër	S SH EN ISO 3104:2023 ASTM D 1665-20				0
42	Karburant e per aviona me turbine Jet A 1	Përmbajtja e sqfurit	17-1000 mg/kg 0.0150- 5.0% (m/m)	Fluoreshenca me reze X	S SH EN ISO 20884:2019 S SH EN ISO 20847:2005				0

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 055

Dt- 26.07.2025

Data e lëshimit **26.07.2025**

E vlefshme deri në datën **25.07.2029**

Inspektorati Shtetëror Teknik Industrial

Laboratori i Naftës, Gazit dhe Nënprodukteve Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

43	White spirit	Përmbajtja e squfurit	17-1000 mg/kg 0.0150-5.0% (m/m)	Fluoreshence me rreze X	S SH EN ISO 20884:2019 S SH EN ISO 20847:2005			0
44	Vajgur për përdorim termik	Përmbajtja e squfurit	17-1000 mg/kg 0.0150-5.0% (m/m)	Fluoreshence me rreze X	S SH EN ISO 20884:2019 S SH EN ISO 20847:2005			0
45	Hollues	Përmbajtja e squfurit	17-1000 mg/kg 0.0150-5.0% (m/m)	Fluoreshence me rreze X	S SH EN ISO 20884:2019 S SH EN ISO 20847:2005			0
46	Lende djegëse	Përmbajtja e squfurit	17-1000 mg/kg 0.0150-5.0% (m/m)	Fluoreshence me rreze X	S SH EN ISO 20884:2019 S SH EN ISO			0

Adresa: Rr: E Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 055

Dt- 26.07.2025

Data e lëshimit **26.07.2025**

E vlefshme deri në datën **25.07.2029**

Inspektorati Shtetëror Teknik Industrial

Laboratori i Naftës, Gazit dhe Nënprodukteve Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

					20847:2005				
47	Naftë bruto	Përmbajtja e squfurit	17-1000 mg/kg 0.0150-5.0% (m/m)	Fluoreshence me rreze X	S SH EN ISO 20884:2019 S SH EN ISO 20847:2005				0
48	Gazoil	Përmbajtja e squfurit	3-150mg/kg	Fluoreshence me rreze UV	S SH EN ISO 20846:2019				0
49	Benzinë	Përmbajtja e squfurit	3-150mg/kg	Fluoreshence me rreze UV	S SH EN ISO 20846:2019				0
50	Biodiesel	Përmbajtja e squfurit	3-150mg/kg	Fluoreshence me rreze UV	S SH EN ISO 20846:2019				0
51	Bioetanol	Përmbajtja e squfurit	3-150mg/kg	Fluoreshence me rreze UV	S SH EN ISO 20846:2019				0

Adresa: Rr: E Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 055

Dt- 26.07.2025

Data e lëshimit **26.07.2025**

E vlefshme deri në datën **25.07.2029**

Inspektorati Shtetëror Teknik Industrial

Laboratori i Naftës, Gazit dhe Nënprodukteve Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

52	Tretësa	Përmbajtja e squfurit	3-150mg/kg	Fluoreshenca me rreze UV	S SH EN ISO 20846:2019				0
53	Vaj lubrifikant	Përmbajtja e ujit	0.003-0.100%(m/m)	Titrim – Karl Fisher	S SH EN ISO 12937:2003(2000)				0
54	Gazoil	Përmbajtja e ujit	0.003-0.100%(m/m)	Titrim – Karl Fisher	S SH EN ISO 12937:2003(2000)				0
55	Tretësa	Përmbajtja e ujit	0.003-0.100%(m/m)	Titrim – Karl Fisher	S SH EN ISO 12937:2003(2000)				0
56	Biodiesel	Përmbajtja e ujit	0.003-0.100%(m/m)	Titrim – Karl Fisher	S SH EN ISO 12937:2003(2000)				0
57	Bioetanol	Përmbajtja e ujit	0.003-0.100%(m/m)	Titrim – Karl Fisher	S SH EN ISO 12937:2003(2000)				0

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 055

Dt- 26.07.2025

Data e lëshimit **26.07.2025**

E vlefshme deri në datën **25.07.2029**

Inspektorati Shtetëror Teknik Industrial

Laboratori i Naftës, Gazit dhe Nënprodukteve Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

58	Lëndë djegëse	Përmbajtja e ujit	0-100%	Distilim (Dean Stark)	S SH ISO 3733:2002 (1999) S SH ISO 9029:2001				0
59	Naftë bruto	Përmbajtja e ujit	0-100%	Distilim (Dean Stark)	S SH ISO 3733:2002 (1999) S SH ISO 9029:2001				0
60	Hollues	Përmbajtja e ujit	0-100%	Distilim (Dean Stark)	S SH ISO 3733:2002 (1999) S SH ISO 9029:2001				0
61	Naftë bruto	Mbeturinat mekanike	0.01-5%	Centrifugim	S SH ISO 9030:2001				0
62	Benzinë	Numri I Oktanit kërkimor	86-104	Spektrometri me rreze infra të kuqe	Correlation ASTM D 2699-23				0

Adresa: Rr: E Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 055

Dt- 26.07.2025

Data e lëshimit **26.07.2025**

E vlefshme deri në datën **25.07.2029**

Inspektorati Shtetëror Teknik Industrial

Laboratori i Naftës, Gazit dhe Nënprodukteve Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

63	Benzinë	Numri I Oktanit motorrik	77-96	Spektrometri me rreze infra të kuqe	Correlation ASTM D 2700-23				0
64	Gazoili	Indeksi I Cetanit	30.5-58.5	Me llogaritje	S SH EN ISO 4264:2018				0
65	Lëndë djegëse	Indeksi I Cetanit	30.5-58.5	Me llogaritje	S SH EN ISO 4264:2018				0
66	Gazoil	Numri I cetanit	0-100	Spektrometri me rreze infra te kuqe	Correlation ASTM D 613-25				0
67	Gazoil	Viskoziteti kinematik	0.2-300000 mm ² /s	Matje me anë të kapilarëve viskozimetrik	S SH EN ISO 3104:2023				0
68	Karburant për avionat me turbinë JetA	Viskoziteti kinematik	0.2-300000 mm ² /s	Matje me anë të kapilarëve	S SH EN ISO 3104:2023				0

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 055

Dt- 26.07.2025

Data e lëshimit **26.07.2025**

E vlefshme deri në datën **25.07.2029**

Inspektorati Shtetëror Teknik Industrial

Laboratori i Naftës, Gazit dhe Nënprodukteve Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

				viskozim etrik				
69	Vajgur për përdorim termik	Viskozite ti kinemati k	0.2- 300000 mm ² /s	Matje me anë të kapilarëv e viskozim etrik	S SH EN ISO 3104:2023			0
70	Biodiesel	Viskozite ti kinemati k	0.2- 300000 mm ² /s	Matje me anë të kapilarëv e viskozim etrik	S SH EN ISO 3104:2023			0
71	Vaj lubrifikant	Viskozite ti kinemati k	0.2- 300000 mm ² /s	Matje me anë të kapilarëv e viskozim etrik	S SH EN ISO 3104:2023			0
72	Lëndë djegëse	Viskozite ti kinemati k	0.2- 300000 mm ² /s	Matje me anë të kapilarëv e viskozim etrik	S SH EN ISO 3104:2023			0
73	Karburant e për aviona me turbinë JetA	Korrozio ni në shufër bakri	Shkalla 1- 4	Vizuale	S SH EN ISO 2160:1999			0

Adresa: Rr: E Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 055

Dt- 26.07.2025

Data e lëshimit **26.07.2025**

E vlefshme deri në datën **25.07.2029**

Inspektorati Shtetëror Teknik Industrial

Laboratori i Naftës, Gazit dhe Nënprodukteve Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

74	Vajgur për përdorim termik	Korrozio ni në shufër bakri	Shkalla 1-4	Vizuale	S SH EN ISO 2160:1999				0
75	Benzinë	Korrozio ni në shufër bakri	Shkalla 1-4	Vizuale	S SH EN ISO 2160:1999				0
76	Gazoil	Korrozio ni në shufër bakri	Shkalla 1-4	Vizuale	S SH EN ISO 2160:1999				0
77	Benzinë	Përmbajtja e hidrokarbureve	%(v/v) Olefina 0-80% Aromatike 0-60% Benzen 0-10%	Spektrometri me rreze infra të kuqe	S SH EN 238:1996/A1:2003				0
78	Benzinë	Përmbajtja e hidrokarbureve	%(m/m) Oksigjeni 0-12	Spektrometri me rreze infra të kuqe	S SH EN 238:1996/A1:2003				0
79	Benzinë	Përmbajtja e komponentëve	%(v/v) Metanol 0-15%	Spektrometri me rreze					

Adresa: Rr: E Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 055

Dt- 26.07.2025

Data e lëshimit **26.07.2025**

E vlefshme deri në datën **25.07.2029**

Inspektorati Shtetëror Teknik Industrial

Laboratori i Naftës, Gazit dhe Nënprodukteve Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

		meve të oksigjenuara	Etanol 0-25% MTBE 0-15% DIPE 0-20% ETBE 0-25% TAME 0-25% TBA 0-20%	infra të kuqe	ASTM D 5845-21				0
80	Gazoil	Përmbajtja e FAME	0-65% (v/v)	Spektrometri me rreze infra të kuqe	S SH EN 14078:2014				0
81	Biodiesel	Përmbajtja e FAME	0-65% (v/v)	Spektrometri me rreze infra të kuqe	S SH EN 14078:2014				0
82	Gazoil	Përmbajtja e hidrokarbureve policiklike PNA	0-50%	Spektrometri me rreze infra të kuqe	SSH EN 12916:2024 ASTM E 1655-17				0
83					ASTM D 3230-19				

Adresa: Rr: E Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 055

Dt- 26.07.2025

Data e lëshimit **26.07.2025**

E vlefshme deri në datën **25.07.2029**

Inspektorati Shtetëror Teknik Industrial

Laboratori i Naftës, Gazit dhe Nënprodukteve Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

	Naftë bruto	Përcaktimi i kripërave	0-500 mg/kg	Elektrometri					0
84	Gazoil	Lubriciteti	0-1000µm	Lëvizje vajtje- ardhje me frekuencë të lartë	S SH EN ISO 12156- 1:2018				0
85	Gazoil	Pika e bllokimit të filtrit	+15 deri -40°C	Me ftohje	S SH EN 116:2015				0
86	Biodiesel	Pika e bllokimit të filtrit	+15 deri -40°C	Me ftohje	S SH EN 116:2015				0
87	Vaj lubrifikant	Pika e rrjedhjes	+15 deri -40°C	Me ftohje	S SH EN ISO 3016:2019				0
88	Gazoil	Pika e turbullimit	+15 deri -40°C	Me ftohje	S SH EN ISO 3015:2019				0
89	Biodiesel	Pika e turbullimit	+15 deri -40°C	Me ftohje	S SH EN ISO 3015:2019				0

Adresa: Rr: E Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 055

Dt- 26.07.2025

Data e lëshimit **26.07.2025**

E vlefshme deri në datën **25.07.2029**

Inspektorati Shtetëror Teknik Industrial

Laboratori i Naftës, Gazit dhe Nënprodukteve Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

								0
90	Gazoil	Përmbajtja e hirit	0.001-0.180% (m/m)	Djegje dhe gravimetri	S SH EN ISO 6245:2002			0
91	Lëndë djegëse	Përmbajtja e hirit	0.001-0.180% (m/m)	Djegje dhe gravimetri	S SH EN ISO 6245:2002			0
92	Vaj lubrifikant	Përmbajtja e hirit	0.001-0.180% (m/m)	Djegje dhe gravimetri	S SH EN ISO 6245:2002			0
93	Lëndë djegëse	Fuqia kalorifike	Deri në 45 MJ/kg	Kalorimetri	S SH 3745:1986 S SH EN ISO 18125:2017 S SH ISO 1928:2020			0
94	Karburant e për aviona me turbine Jet A1	Fuqia kalorifike	Deri në 45 MJ/kg	Kalorimetri	S SH 3745:1986 S SH EN ISO 18125:2017			0

Auresa: Rr. E Durrësit, Nr.27, Kallimëte, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 055

Dt- 26.07.2025

Data e lëshimit **26.07.2025**

E vlefshme deri në datën **25.07.2029**

Inspektorati Shtetëror Teknik Industrial

Laboratori i Naftës, Gazit dhe Nënprodukteve Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

					S SH ISO 1928:2020				
95	Bitum	Penetraci oni	0.1- 330x0.1 mm	Penetrim gjilpëre	S SH EN 1426:2015				0
96	Graso	Penetraci oni	0.1- 330x0.1 mm	Penetrim gjilpëre	S SH EN 1426:2015				0
97	Graso	Pika e pikimit	0-288°C	Vizuale	S SH ISO 2176:1995 /Cor 1:2001				0
98	GLN	Presioni I avujve të ngopur në 40°C	7-1550kPa	Gazkrom atografi dhe llogaritje	SSH EN ISO 8973:1999 /A1:2020				0
99	GLN	Densiteti	<600kg/m ³	Gazkrom atografi dhe llogaritje	SSH EN ISO 8973:1999 /A1:2020				0
100	GLN	Përcakti mi i tipeve të	0-100% masë molare	Gazkrom atografi	SSH EN 27941:199 8(1993)				0

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 055

Dt- 26.07.2025

Data e lëshimit **26.07.2025**

E vlefshme deri në datën **25.07.2029**

Inspektorati Shtetëror Teknik Industrial

Laboratori i Naftës, Gazit dhe Nënprodukteve Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

		hidrokarb ureve		dhe llogaritje					0
101	GLN	Përmbajtja e sqfurit	0- 150mg/kg	Fluoreshe ncë me rreze UV	ASTM D 6667-21				0
102	Benzinë	Graviteti API	5.0-35.0 °API	Me llogaritje	ASTM D 4052-22				0
103	Gazoil	Graviteti API	5.0-35.0 °API	Me llogaritje	ASTM D 4052-22				0
104	Naftë bruto	Graviteti API	5.0-35.0 °API	Me llogaritje	ASTM D 4052-22				0
105	Vaj lubrifikant	TBN	Mg KOH/gr	Titrim	S SH ISO 3771:2011				0

Shënim

- (1) fusha e aplikimit të provave (p.sh. 0 ÷ 350 KN; 0,5 ÷ 12%; 1 ÷ 300 mg/Kg) ose kufirin e përcaktimit (p.sh. >0,1 mg/Kg; >10 UFC/g).

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 055

Dt- 26.07.2025

Data e lëshimit **26.07.2025**

E vlefshme deri në datën **25.07.2029**

Inspektorati Shtetëror Teknik Industrial

Laboratori i Naftës, Gazit dhe Nënprodukteve Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

- (2) vetëm për testime kimike , teknika e testimit të përdorur. (p.sh. gazkromatografi, titullim, , etj.)
- (3) standardi, metoda, metoda e laboratorit, dhe viti kur është futur në laborator
- (4) nëse akreditohet për dhënien e opinionëve dhe interpretimeve për testimin përkatës
- (5) standardi/metoda e marrjes së mostrës vetëm për ato teste që laboratorit kryen vetë marrjen e mostrës
- (6) Vendndodhja e kryerjes së testimit- vendos numrin 0 nëse testi për të cilin aplikoni të akreditoheni kryhet brenda ambjenteve të laboratorit, vendos numrin 1 nëse testi kryhet jashtë ambjenteve të laboratorit dhe vendos numrin 2 nëse testi kryhet brenda dhe jashtë laboratorit

S SH -Standard Shqiptar

EN-Standard European

ISO-Standard Ndërkombëtar

ASTM – American Society for Testing and Materials

Drejtuesi Laboratorit:

Menaxheri Cilësisë:

WEB

Email:

CEL:

Adresa:

Sokol ZAIMI

Fiqirete VERSULA

www.ishti.gov.al

info@ishti.gov.al

+383 44 156 786

Rruga Muhamet Gjollësia Nr.56 Tiranë.

Drejtör i Përgjithshëm

Pranvera FAGU

Rishikimi 0: 26.07.2025. Riakreditim.

Adresa: Rr: E Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325