REPUBLIKA E SHQIPERISË

MINISTRIA E EKONOMISË DHE INOVACIONIT

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E AKREDITIMIT

ÇERTIFIKATË AKREDITIMI

"NOA CONTROL" sh.p.k

Adresa: 1 Laborator Testues për verifikimin e kontatorëve të ujit, Njesia Bashkiake Nr.8, Pasuria e paluajtshme e regjistruar me numer 847/1, TIRANE, Autolaborator: TIPI BENZ; Targë AA667PY; Leje Qarkullimi, Nr. TRDA1145817, me Nr. serial: 1058690.

Numri i Akreditimit

LT 066

Laborator Testues

Është akredituar për kryerjen e testeve në përputhje me S SH ISO/IEC 17025:2017

"Kërkesa të Përgjithëshme për Kompetencën e Laboratorëve Testues dhe Kalibrues".

Data e akreditimit fillestar: 23.12.2020
Data e akreditimit të fundit: 22.12.2024
Çertifikata është e vlefshme deri më datë: 21.12.2028

DREJTOR I PËRGJITHSHËM

Pranvera FAGU

Lëshuar më

Rishkimi 1: 17.11.2025

Rishikimi: 2. 10.02.2026

Organizmi i vlerësimit të konformitetit është subjekt i vizitave mbikëqyrëse vjetore dhe rivlerësohet çdo katër vjet. Për të vërtetuar vlefshmërinë e certifikatës shkoni në faqen e Internetit www. dpa.gov.al ose kontaktoni me DPA tel: 0422269097. Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit është nënshkruese e EA MLA dhe ILAC MRA për testimin. Certifikata duhet të jetë e shoqëruar me fushën e akreditimit.

NOA CONTROL SH.P.K

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

Nr	Materiali/ Produkti / Matrica, të testuar		Emërtimi i provës/ vetia e matur	Fusha e matjes dhe/ose e provës (1)	Teknika e provës (2)	Standardi / Metoda e proves(3)	Shënime, ndryshime, rishikime	Opinione dhe interpretime (4)	Standardi / Metoda përmarrjen e mostrës (5)	Vendndodhja ku kryhet testi (6)
1	Matesa uji per uje te ftohte te pijshem		Testimi Matjes te rrjedhjes se ujit	DN 15-25 mm Tipi: Horizontal Klasa: A,B,C, dhe 1,2 Raporti R:40,50, 63,80,100, 125,150, 200, 250 Prurja: deri 6 m³/ore	- Metoda Gravimetrike dhe volumetrike: -Procedura teknike: NC-PT-IU-001"Procedure per testimin/inspektimin per verifikimin e matesave te ujit"	Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 770, datë: 02.11.2016, - S SH EN ISO 4064-1: 2024 "Kërkesat teknike dhe metrologjike" - S SH EN ISO 4064-2:2024	-	-	-	**2**

Adresa: Rruga e Durresit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325

NOA CONTROL SH.P.K

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

						" Metodat e testimit" , - OIML R 49-1:2024 "Kërkesat metrologjike dhe teknike" - OIML R 49-2:2024 "Metodat e testimit"				

SSH -Standard Shqiptar
EN-Standard Europian
ISO-Standard Ndërkombëtar
IEC – International Electrotechnical Commission
OILM – International Organisation of Legal Metrology

Drejtuesi Laboratorit: **Agron Laci**
Menaxheri Cilësisë: **Sofia CEKREZI**
WEB **www.noacontrol.al**
Email: **info@noadekra.com**
CEL: **+355698116596**

Adresa: 1 Laborator Testues për verifikimin e kontatorëve të ujit,
Njesia Bashkiake Nr.8, Pasuria e paluajtshme e regjistruar me numer 847/1, TIRANE,
Autolaborator: TIPI BENZ; Targë AA667PY; Leje Qarkullimi, Nr. TRDA1145817, me Nr. serial: 1058690.

Drejtor i Përgjithshëm
Pranvera FAGU

Rishikimi 1: Mirëmbajte dhe reduktim fushe. 10.02.2026
Rishikimi 0: Riakreditim.22.12.2024