REPUBLIKA E SHQIPERISË

MINISTRIA E FINANCAVE

DHE EKONOMISE

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E AKREDITIMIT

ÇERTIFIKATË AKREDITIMI

“S.W.O.T” sh.p.k

Rr:”Xhanfie Keko”, Pallati Andi Konstruksion, Njësia Bashkiake Nr.4, Tiranë.

Numri i Regjistrimit

LT 130

Laborator Testues

Është akredituar për kryerjen e testeve në përputhje me S SH ISO/IEC 17025:2017 "Kërkesa të Përgjithëshme për Kompetencën e Laboratorëve Testues dhe Kalibrues".

Data e akordimit të akreditimit: 30.04.2024

Çertifikata është e vlefshme deri më datë: 29.04.2028

DREJTOR I PËRGJITHSHËM

Pranvera FAGU

LT 130 30.04.24 **Lëshuar me datë: 30.04.2024**

Organizmi i vlerësimit të konformitetit është subjekt i vizitave mbikëqyrëse vjetore dhe rivlerësohet çdo katër vjet. Për të vërtetuar vlefshmërinë e certifikatës shkoni në faqen e Internetit www. dpa.gov.al ose kontaktoni me DPA tel: 0422269097. Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit është nënshkruese e EA MLA dhe ILAC MRA për testimin. Certifikata duhet të jetë e shoqëruar me fushën e akreditimit.

"S.W.O.T"sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

Nr	Materiali/ Produkti/ Matrica, të testuar	Emërtimi i provës/ vetia e matur	Fusha e matjes dhe/ose e provës	Teknika e provës	Standardi / Metoda e proves	Shënime, ndryshime	Opinione dhe interpretime	Standardi / Metoda për marrjen e mostrës	Vendndodhja ku kryhet testi (V)
1	Ajer në mjedis	Përcaktimi, matja dhe vlerësimi i nivelit të Zhurmës në	20– 140 dB (A)	Matjen e ndryshimeve të presionit të valëve të zhurmës.	ISO 1996-2:2017	/	JO		1
2	Ajer në vendin e punës	Përcaktimi dhe vlerësimi i ekspozimit ndaj zhurmës në mjediset e	20 – 140 dB (A)	Matjen e ndryshimeve të presionit të valëve të zhurmës.	S SH EN ISO 9612:2009	/	JO		1
3	Ajer në mjedis	Percaktimi dhe matja e nivelit te vibrimeve ne	0.5-22.4 Khz	Shnderrimit i vibrimit	ISO 4866:2010	/	JO		1
4	Ajri i Mjedisit dhe vendit të punës	Përcaktimi i PM 2.5; PM 10	0.001- 1.000 mg/m³	LPC	ISO 21501-4:2018	/	JO		1
5	Ajri i Mjedisit dhe vendit të punë	Përcaktimi i përqendrimit në masë të dioksidit të squfurit në ajer (SO_2)	0-100 ppm	Metoda sensoriale elektrokimike me dedektim te drejtperdrejt	EN 45544- 1:2015	/	JO		1
6	Ajri i Mjedisit dhe vendit të punës	Përcaktimi i përqendrimit në masë të dioksidit të azotit në ajer (NO_2).	0-1 ppm	Metoda sensoriale elektrokimike me dedektim te drejtperdrejt	EN 45544- 1:2015	/	JO		1
7	Ajri i Mjedisit dhe vendit të punës	Përcaktimi i përqendrimit në masë të ozonit ne ajer (O_3).	0-0.5 ppm	Metoda sensoriale elektrokimike me dedektim te drejtperdrejt	EN 45544- 1:2015	/	JO		1
~~8~~	~~Ajri i Mjedisit dhe vendit të punës~~	~~Përcaktimi i përqendrimit në masë të amoniakut në ajer (NH_3).~~	~~0-100 ppm~~	~~Metoda sensoriale elektrokimike me dedektim te drejtperdrejt~~	~~EN 45544- 1:2015~~	~~/~~	~~JO~~		~~1~~

Adresa: Rr: E Durresit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325

"S.W.O.T"sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

9	Ajri i Mjedisit dhe vendit të punës	Përcaktimi i përqendrimit në masë të oksidit te karbonit në ajer (CO)	0-100 ppm	Metoda sensoriale elektrokimike me dedektim te drejtperdrejt	EN 45544- 1:2015	/	JO		1
10	Ajri i Mjedisit dhe vendit të punës	Përcaktimi i përqendrimit në masë të dioksidit te karbonit në	0-2000 ppm	NDIR sensor	EN 45544- 1:2015	/	JO		1
11	Ajri i Mjedisit dhe vendit të punës	Përcaktimi i përqendrimit në masë të hidrogjenit në ajer (H2).	0-5000 ppm	Metoda sensoriale elektrokimike me dedektim te drejtperdrejt	EN 45544- 1:2015	/	JO		1
~~12~~	~~Ajri i Mjedisit dhe vendit të punës~~	~~Përcaktimi i përqendrimit në masë të metanit në ajër (CH4).~~	~~0-10000 ppm~~	~~Metoda sensoriale elektrokimike me dedektim te drejtperdrejt~~	~~EN 45544- 1:2015~~	~~/~~	~~JO~~		~~1~~
13	Ajri i Mjedisit dhe vendit të punës	Përcaktimi i përqendrimit në masë të hidrogjenit në ajer (H2S).	0-100 ppm	Metoda sensoriale elektrokimike me dedektim te drejtperdrejt	EN 45544- 1:2015	/	JO		1
14	Ajri i Mjedisit dhe vendit të punës	Përcaktimi i përqendrimit në masë të komponimeve organike volatile në ajer (VOC).	0-25ppm	Metoda sensoriale elektrokimike me dedektim te drejtperdrejt	EN 45544- 1:2015	/	JO		1
15	Ajri i Mjedisit dhe vendit të punës	Përcaktimi i përqendrimit në masë të komponimeve organike volatile në ajer (VOC).	0-500 ppm	Metoda sensoriale elektrokimike me dedektim te drejtperdrejt	EN 45544- 1:2015	/	JO		1
16	Shkarkime nga burimet pikësore	Përcaktimi i përqëndrimit të SO_2	0.-5000 ppm	Elektokimike	ISO 7934:1989 / AMD 1:1998	/	JO		1
17	Shkarkime nga burimet pikësore	Përcaktimi i përqëndrimit të CO me kompensim	0-8000 ppm	Elektokimike	ISO 12039:2019	/	JO		1

Adresa: Rr: E Durresit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325

"S.W.O.T"sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

18	Shkarkime nga burimet pikësore	Përcaktimi i përqëndrimit të NO	0 - 5000 ppm	Elektokimike	SSH EN 14792: 2017	/	JO		1
19	Shkarkime nga burimet pikësore	Përcaktimi i përqëndrimit të O_2	0-25 %	Elektokimike	ISO 12039:2019	/	JO		1
20	Shkarkime nga burimet pikësore	Përcaktimi i përqëndrimit të NOx (si	0-1000 ppm	Elektokimike	EN 14792:2017	/	JO		1
21	Shkarkime nga burimet pikësore	Përcaktimi i përqëndrimit të H_2S	0-500 ppm	Elektokimike	EPA Method 15	/	JO		1
22	Shkarkime nga burimet pikësore	Përcaktimi i përqëndrimit të CO_2	0-50 %	Elektokimike	ISO 12039:2019	/	JO		1
23	Ajër në mjedise të hapura dhe të mbyllura	Matja e ndricimit	(0-2000, 0-20000, 0-50000Lux)	Metoda sensoriale	ISO 8995-1:2002	/	JO		1
24	Ujëra natyrore/ Ujë i pijshëm/ Shkarkime ujore/Ujera	Përcaktimi i pH	4-10	Sensor Potenciometrik.	S SH EN ISO 10523:2012	/	JO		2
25	Ujëra natyrore/ Ujë i pijshëm/ Shkarkime ujore/Ujera	Përcaktimi i përcjellshmëri së elektrike χ	1µS/cm-200 mS/cm	Sensor Potenciometrik.	S SH EN 27888:1993	/	JO		2
~~26~~	~~Ujëra natyrore/ Shkarkime ujore/ Ujë deti~~	~~Përcaktimi i përmbajtjes së COD~~	~~15-150 mg/L, 100-2000 mg/l O2~~	~~Metoda spektrofotometr~~	~~S.W.O.T DR 6000 PT_SOP 035~~	~~/~~	~~JO~~		~~0~~

Adresa: Rr: E Durresit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325

"S.W.O.T"sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

Menaxher teknik: **Aisena Canko**

Menaxheri i cilesise: **Laert Shehu**

Tel&Fax : **0698390970**

Email: **swotshpk@gmail.com**

Adresa: **Njesia Bashkiake nr.4, Rruga : "Xhanfize Keko", Pallatet: "Andi Konstruksion", Tiranë.**

Drejtor i Përgjithshëm
PRANVERA FAGU

Rishikimi 1: 01.10.2026. Mirëmbajtje dhe reduktim parametrave CH4(metan); NH3 (amoniak) dhe COD, konkretisht testet nr. 8; 12 dhe 26.

Rishikimi 0: 30.04.2024. Riakreditim.