REPUBLIKA E SHQIPERISË
MINISTRIA E EKONOMISË, KULTURËS
DHE INOVACIONIT

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E AKREDITIMIT

ÇERTIFIKATË AKREDITIMI

"WATER BOUTIQUE" sh.p.k

Adresa: Vangjel Noti, Blloku Gintash, Tiranë, & Rruga Jusuf Vrioni, Njesia Bashkiake nr.5, Pallati 1, Hyrja 2, Tirane.

LT 139

Laborator Testues

Është akredituar për të kryer analiza laboratorike në përputhje me S SH ISO/IEC 17025:2017 "Kërkesa të Përgjithshme për Kompetencën e Laboratorëve Testues dhe Kalibrues"

Data e akordimit të akreditimit: 16.06.2025

Çertifikata është e vlefshme deri më datë: 15.06.2029

DREJTOR I PËRGJITHSHËM

Pranvera FAGU

LT 139 16.06.25

Lëshuar me datë: 16.06.2025

Organizmi i vlerësimit të konformitetit është subjekt i vizitave mbikëqyrëse vjetore dhe rivlerësohet çdo katër vjet. Për të vërtetuar vlefshmërinë e certifikatës shkoni në faqen e Internetit www. dpa.gov.al ose kontaktoni me DPA tel: 0422269097. Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit është nënshkruese e EA MLA dhe ILAC MRA për testimin. Certifikata duhet të jetë e shoqëruar me fushën e akreditimit.

"WATER BOUTIQUE" sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat propozohet akreditimi

Nr	Materiali/ Produkti/ Matrica, të testuar	Emërtimi i provës/ vetia e matur	Metoda /Standardi	Range & Nj/ Mat	Vendndodhja ku kryhet testi
1	Ujëra natyrore/ Ujë i pijshëm/ Shkarkime të lëngëta	Percaktimi i permbajtjes se azotit kjedhal	Metoda Kjeldahl/ S SH 5663:2000	1-1000 mg/l	0
2	Ujëra natyrore/ Ujë i pijshëm/ Shkarkime të lëngëta/ Ujë deti	Percaktimi i N-NH4	Metoda Kjeldahl Metode/ spektrofotometrike/S SH ISO 5664-1984 / ISO 7150/1: 1984	0,003-1000 mg/l	0
3	Ujëra natyrore/ Ujë i pijshëm/ Shkarkime të lëngëta	Përcaktimi I përmbajtjes së Kalciumit Ca^{2+}	Metoda Titrimetrike Kompleksome tri me EDTA/ UNI ISO 6058:2009	2-100 mg/l	0
4	Ujëra natyrore/ Ujë i pijshëm/ Shkarkime të lëngëta	Përcaktimi I përmbajtjes së Magnezit Mg^{2+}	Metoda Titrimetrike Kompleksometri me EDTA/ UNI ISO 6059:2009	0.5- 50 mg/l	0
5	Ujëra natyrore/ Ujë i pijshëm/ Shkarkime të lëngëta/ Ujë deti	Përcaktimi I pH	Sensor Potenciometri/ UNI EN ISO 10523:2012	4 - 10	0
6	Ujëra natyrore/ Ujë i pijshëm/ Shkarkime të lëngëta	Përcaktimi i nevojës kimike për oksigjen NKO	Fotometri Titrimetri /ISO 15705:2002	2-1500 mg/l	0
7	Ujëra natyrore/ Ujë i pijshëm/ Shkarkime të lëngëta/ Ujë deti	Përcaktimi i Përcjellshmërisë elektrike x	Metodë Konduktometrike/ UNI EN 27888:1995	1 – 40000 µS/cm	0
8	Ujëra natyrore/ Ujë i pijshëm/ Shkarkime të lëngëta	Përcaktimi i lëndeve të ngurta ne pezulli TSS	Metodë Gravimetrie/ UNI EN 872:2005	≥ 2 mg/l	0

Adresa: Rruda e Durresit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325

"WATER BOUTIQUE" sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat propozohet akreditimi

9	Ujëra natyrore/ Ujë i pijshëm/ Shkarkime të lëngëta	Përcaktimi i përmbajtjes së nitrateve NO_3^-	Metodë Spektrometrike/ APHA 2017, 4500- NO3-; B.	0.02-0.25 mg/l	0
10	Ujëra natyrore/ Ujë i pijshëm/ Shkarkime të lëngëta	Përcaktimi i përmbajtjes së NO_2^-	Metodë Spektrometrike/ UNI EN 26777:1993	0.001-0.25 mg/l	0
11	Ujëra natyrore/ Ujë i pijshëm/ Shkarkime të lëngëta/ Ujë deti	Përcaktimi I përmbajtjes së P - Total	Metodë Spektrometrike/ UNI ISO 6878:2004	0.005-0.8 mg/l	0
12	Ujëra natyrore/ Ujë i pijshëm/ Shkarkime të lëngëta	Përcaktimi I kërkesës biokimike për oksigjen BOD5	Metoda respirometrike me sistem oxi-top/ APHA: 20175210- D	1-4000 mg/l	0
13	Ujërat natyrore (nëntokësore, ujra të destinuara per konsum njerezor, ujëra sipërfaqësore) ujërat e trajtura te shkarkimeve	Numerimi i Eschericia coli	Metode me Filtrim/ UNI EN ISO 9308-01:2014/APAT CNR IRSA 7030 D Man 29 2003	>1 cfu/100 ml	0
14	Ujërat natyrore (nëntokësore, ujra të destinuara per konsum njerezor, ujëra sipërfaqësore) ujërat e trajtura te shkarkimeve	Numerimi i Enterococcus	Metode me Filtrim/APAT CNR IRSA 7040 C Man 29 2003	>1 cfu/100 ml	0
15	Ujërat natyrore (nëntokësore, ujra të destinuara per konsum njerezor,	Numerimi Coliform fekale	Metode me Filtrim/APAT CNR IRSA 7010C Man 29 2003	>1 cfu/100 ml	0

Adresa: Rruda e Durresit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325

"WATER BOUTIQUE" sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat propozohet akreditimi

	ujëra sipërfaqësore) ujërat e trajtura te shkarkimeve				

Administratore : **XHENI VATA**

Pergjegjese e laboratorit : **KLARA META**

Meaxheri i cilesise : **ALKEND CUKO**

Zyrat : **"WATER BOUTIQUE SHPK"**

Adresa : **Vangjel Noti, Blloku Gintash, Tiranë, &**
Rruga Jusuf Vrioni, Njesia Bashkiake nr.5, Pallati 1, Hyrja 2, Tirane, Shqipëri

Email: **sales@waterboutiques.com**

Tel: **+355698002228**

LABORATORI - "WATER BOUTIQUE SHPK"

Rruga Jusuf Vrioni nr.6 Tiranë, Shqipër

Drejtor i Përgjithshëm
Pranvera FAGU

Rishikimi 0: 16.06.2025. Akreditim fillestar.