



REPUBLIKA E SHQIPËRIE  
MINISTRIA E ZHVILLIMIT EKONOMIK,  
TURIZMIT TREGTISË DHE SIPËRMARRJES



DREJTORIA E PËRGJITHSHME E AKREDITIMIT

# ÇERTIFIKATË AKREDITIMI

**Saybolt Pan Adriatik Albania , shpk**

Rr. "Njësia Bashkiake nr.5, Rruga Sulejman Delvina,  
Pallati nr.10, Apartamenti 6 , Tiranë

Numri i Regjistrimit

**LT 064**

**Laborator Testues**

Është akredituar për të kryer analiza laboratorike në përputhje me S SH  
ISO/IEC 17025:2006 "Kërkesa të Përgjithshme për Kompetencën e  
Laboratorëve Testues dhe Kalibrues"

**Data e akordimit të akreditimit : 30.12.2016**

**Çertifikata është e vlefshme deri më datë : 29.12.2020**

**Drejtori i Përgjithshëm**

**Armond HALEBI**



**LT 064 30. 12. 2016**

**Rishikimi: 0**

**Lëshuar me datë: 30.12.2016**

Organizmi i vlerësimit të konformitetit është subjekt i vizitave mbikëqyrëse vjetore dhe rivlerësohet çdo katër vjet. Për të vërtetuar vlefshmërinë e certifikatës shkoni në faqen e Internetit [www.dpa.gov.al](http://www.dpa.gov.al) ose kontaktoni me DPA tel: 0422269097. Drejtorja e Përgjithshme e Akreditimit është anëtare me të drejta të plota në EA-Forum Evropian, nënshkruese EA MLA dhe ILAC MRA për testimin dhe anëtarë e IAF -Forum Ndërkombëtar i Akreditimit  
Certifikata duhet të jetë e shoqëruar me fushën e akreditimit.



LT 064  
Dt- 30.12.2016

Rishikimi 0 Data e lëshimit 30.12.2016  
E vlefshme deri në datën 29.12.2020

## Saybolt Pan Adriatik Albania shpk

### Laborator Testues

#### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

Nr	Materi ali/Pro dukti Matric a,të testuar	Emërtimi i Provës/vet ia e matur	Fusha e matjes dhe/ose e proves (1)	Teknika e proves (2)	Standardi/ Metoda e Proves (3)	Shën ime, Ndry shim , rishi kime	Opin ione Dhe Inter preti me (4)	Standa rdi/ Metod a për marrje n e mostrës (5)	Ko di i ve nd od hje s (6)
1	Gazoil	Percaktimi i densitetit	0-3g/cm <sup>3</sup> 0-3000 kg/m <sup>3</sup>		ASTM D 7777-13	-	-	-	0
2	Benzin e					-	-	-	0
3	Benzin e	Distilimi manual ne presion atmosferik	<b>Fillimi i vlimit 0C</b> Deri ne 250 °C- max 65% vol Deri ne 350 °C- max 85% vol 50% e vol distilon ne 0C 50% e vol distilon ne 0C 50% e vol distilon ne 0C			-	-	-	0
4	Gazoil		<b>Fillimi i vlimit 0C</b> Deri ne 70°C 20-48%( v/v) Deri ne 100°C 46-71%( v/v) Deri ne 150°C min 75%( v/v) Pka e vlimit –max 210°C Mbetjet e distilimit max 2%(v/v)			Aparat distilimi manual	ASTM D 86-15 EN ISO 3405:2011	-	-
5	Gazoil	Percaktimi i pikes se flakerimit manual ne kroxhol te mbullur.	25 °C-370 °C	Aparati manual i pikes se flakerimit PENSKEY MARTENS	ASTM D 93-1a EN ISO 2719:2002	-	-	-	0
6	Vaj lubrifik ant	Percaktimi i viskozitetit kinematik ne	0.2- 300.000 sst	Viskozimetri kinematik	ASTM D 445-15 EN ISO 3104:1994	-	-	-	0

Adresa: Rr " Sami Frashri", Nr.33, kati i I-re, Tiranë, Shqipëri  
E-mail: info@dpa.gov.al  
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



**LT 064**  
**Dt- 30.12.2016**

**Rishikimi 0** Data e lëshimit **30.12.2016**  
E vlefshme deri në datën **29.12.2020**

**Saybolt Pan Adriatik Albania shpk**  
**Laborator Testues**

**Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi**

7	Gazoil	temperatur e te ndryshme				-	-	-	0
8	Gazoil	Percaktimi i permbajtjes se				-	-	-	0
9	Benzine	sqfurit ne vlera te ulta	5-500mg/kg	Spektrometri dispresivme fluoreshence me rreze "X"	ASTM D 2622-10 EN ISO 20884:2011	-	-	-	0
10	Gazoil	Percaktimi i indeksit te certanit	30.5-58.5	Analitike (ekuacion me 4 variabla)	ASTM D 4737-10 EN ISO 4264:2007	-	-	-	0
11	Benzine	Percaktimi i numrit te oktanit	RON 86-104 MON 77-96 R+M/2 84-98	Spektrometri gixhitale me rreze infra te kuqe	ASTM D 2699-15° ASTM D 2700-14	-	-	-	0
12	Benzine	Përmbajtja e tipi te hidrokarbureve	Ofelina %( v/v ) 0-80% vol Aromatike %( v/v ) 0-60% vol Bezen %( v/v ) 0-10% vol Oksigjeni%( v/v ) 0-12% m	Spektrometri gixhitale me rreze infra te kuqe	ASTM D 6277-07 ( 2012)	-	-	-	0
13	Benzine	Përmbajtja e tipit te komponimeve te oksigjenura	Mentol %( v/v ) 0-15% Etanol %( v/v ) 0-25% Metil tert butil eter ( MTBE)- 0-15% Iso propil eter (DIPE )- 0-20% Etitert butil eter ( ETBE )- 0-25%	Spektrometri gixhitale me rreze infra te kuqe	ASTM D 5845-01 ( 2011)	-	-	-	0

Adresa: Rr " Sami Frashri", Nr.33, kati i I-re, Tiranë, Shqipëri  
E-mail: info@dpa.gov.al  
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



**LT 064**  
**Dt- 30.12.2016**

**Rishikimi 0** Data e lëshimit **30.12.2016**  
E vlefshme deri në datën **29.12.2020**

**Saybolt Pan Adriatik Albania shpk**  
**Laborator Testues**

**Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi**

14	Gazoil		Tert amil metil eter ( TAME )- 0-25% Tert butil alkool ( TBA )- 0-20%						0
15	Gazoil	Përcaktimi i temperaturës së bllokimit të filtrit në te ftohte.		Banje në te ftohte hap pas hapi	EN 116:2015				0
16	Gazoil	Vlerësimi i lubricitetit	100 nm	Përmes pajisjes me lëvizje vajtje –ardhje me frekuencë të lartë.	ASTM D 6079-11 EN ISO 12156-1 ( 2006)				0

S SH – Standard Shqiptar  
EN- European Norm  
ISO – International Organisation for Standardisation

**Administratori:** Mladen Zlamalik  
**Menaxheri Cilësisë:** Arlinda Nallbani  
**Tel&Faks:** 069 70 00 4305  
**Email:** [darioabrahamsberg@yahoo.com](mailto:darioabrahamsberg@yahoo.com)  
**Adresa:** Lagjja 14, Autostrada Durrës - Tirane, km 2, Spitalle, Durrës.

**Drejtor i Përgjithshëm**  
**Armond HALEBI**

**Adresa:** Rr " Sami Frashri", Nr.33, kati i I-re, Tiranë, Shqipëri  
**E-mail:** info@dpa.gov.al  
**Tel:** +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325