



REPUBLIKA E SHQIPERISË
MINISTRIA E FINANCAVE
DHE EKONOMISE



DREJTORIA E PËRGJITHSHME E
AKREDITIMIT

ÇERTIFIKATË AKREDITIMI

VME Verifikim I Matesave Elektrik sh.p.k

Rr "Perlat Rexhepi", Kallfa kati 10/c, Njesia bashkiake 5, Tirane.

Numri i Rregjistrimit

LT 074

Laborator Testues

**Është akredituar për kryerjen e testeve në përputhje me S SH ISO/IEC 17025:2006
"Kërkesa të Përgjithëshme për Kompetencën e Laboratorëve Testues dhe Kalibrues".**

Data e akordimit të akreditimit: 09.01.2018

Çertifikata është e vlefshme deri më datë: 08.01.2022

DREJTORI I PËRGJITHSHËM

Armond HALEBI



LT 074 09.01.18

Lëshuar me datë: 09.01.2018

Organizmi i vlerësimit të konformitetit është subjekt i vizitave mbikëqyrëse vjetore dhe rivlerësohet çdo katër vjet. Për të vërtetuar vlefshmërinë e certifikatës shkoni në faqen e Internetit www.dpa.gov.al ose kontaktoni me DPA tel: 0422269097. Drejtorja e Përgjithshme e Akreditimit është anëtare me të drejta të plota në EA-Forumi Evropian, nënshkruese EA MLA dhe ILAC MRA për testimin dhe anëtarë e IAF-Forumi Ndërkombëtar i Akreditimit. Certifikata duhet të jetë e shoqëruar me fushën e akreditimit.



LT 074
Dt- 09.01.2018

Rishikimi 0. Data e leshimit **09.01.2018**
E vlefshme deri në datën **08.01.2022**

VME Verifikim I Matesave Elektrik sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

No.	Produkti i testuar	Emërtimi provës	Fusha e matjes	Teknika e provës	Standarti i provës	Opinione, Interpretime	Standarti marjes së mostrës	Kodi vëndndodhje (V)
1	Testimi i Matësave elektromekanik të energjisë elektrike aktive [klasat 0.5,1,2]	Prova e ndjeshmërisë	Ndjeshmëria (0-0.5)%In cosf=1		IEC 62053-11: 2003 (8.3)	PO	-	2
2	Testimi i Matësave elektromekanik të energjisë elektrike aktive [klasat 0.5,1,2]	Prova pa ngarkesë	0.8-1.1 Un In=0		IEC 62053-11: 2003 (8.3)	PO	-	2
3	Testimi i Matësave elektromekanik të energjisë elektrike aktive [klasat 0.5,1,2]	Prova me ngarkesë	Gabimi % (0.5%In-Imax) cosf: 0.5;1		IEC 62053-11: 2003 (8.1)	PO	-	2
4	Testimi i Matësave elektromekanik të energjisë elektrike aktive [klasat 0.5,1,2]	Prova e izolimit me tension alternativ	(0 - 2 kV)		IEC 62053-11: 2003 (7.4)	PO	-	2
5	Testimi i Matësave elektromekanik të energjisë elektrike aktive [klasat 0.5,1,2]	Prova e konstantes	I = Imax		IEC 62053-11: 2003 (8.4)	PO	-	2



LT 074
Dt- 09.01.2018

Rishikimi 0. Data e leshimit **09.01.2018**
E vlefshme deri në datën **08.01.2022**

VME Verifikim I Matesave Elektrik sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

6	Testimi i Matësavestatik të energjisë elektrike aktive [klasat 1,2]	Provae ndjeshmërisë	Ndjeshmëria (0-0.5)%In cosf=1	IEC 62053-21: 2003 (8.3)	PO	-	2
7	Testimi i Matësavestatik të energjisë elektrike aktive [klasat 1,2]	Prova pa ngarkesë	1.15 Un In=0	IEC 62053-21: 2003 (8.3)	PO	-	2
8	Testimi i Matësavestatik të energjisë elektrike aktive [klasat 1,2]	Prova me ngarkesë	Gabimi % (0.5%In-Imax) cosf: 0.5;1	IEC 62053-21: 2003 (8.1)	PO	-	2
9	Testimi i Matësavestatik të energjisë elektrike aktive [klasat 1,2]	Prova e izolimit me tension alternativ	(0 - 2 kV)	IEC 62053-21: 2003 (7.4)	PO	-	2
10	Testimi i Matësave statik të energjisë elektrike aktive [klasat 1,2]]	Prova e konstantes	I = Imax	IEC 62053-21: 2003 (8.4)	PO	-	2
11	Testimi i Matësave statik të energjisë elektrike aktive [klasa 0.5S]	Prova e ndjeshmërisë	Ndjeshmëria (0-0.5)%In cosf=1	IEC 62053-22: 2003 (8.3)	PO	-	2
12	Testimi i Matësave statik të energjisë elektrike aktive [klasa 0.5S]	Prova pa ngarkesë	1.15 Un In=0	IEC 62053-22: 2003 (8.3)	PO	-	2
13	Testimi i Matësave statik të energjisë elektrike aktive [klasa 0.5S]	Prova me ngarkesë	Gabimi % (0.5%In-Imax) cosf: 0.5;1	IEC 62053-22: 2003 (8.4)	PO	-	2

Adresa: Rr " Sami Frashri", Nr.33, kati i I-re, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 074
Dt- 09.01.2018

Rishikimi 0. Data e leshimit **09.01.2018**
E vlefshme deri në datën **08.01.2022**

VME Verifikim I Matesave Elektrik sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

14	Testimi i Matësave statik të energjisë elektrike aktive [klasa 0.5S]	Prova e izolimit me tension alternativ	(0 - 2 kV)		IEC 62053-22:2003 (7.4)	PO	-	2
15	Testimi i Matësave statik të energjisë elektrike aktive [klasa 0.5S]	Prova e konstantes	$I = I_{max}$		IEC 62053-22:2003 (8.4)	PO	-	2
16	Testimi i Matësave elektrik të energjisë elektrike aktive [klasat A,B,C]	Prova e ndjeshmërisë	Ndjeshmëria (0-0.5)% I_n cos ϕ =1		EN 50470-3:2006 (8.7.9.4)	PO	-	2
17	Testimi i Matësave elektrik të energjisë elektrike aktive [klasat A,B,C]	Prova pa ngarkesë	$1.15 U_n$ $I_n=0$		EN 50470-3:2006 (8.7.9.3)	PO	-	2
18	Testimi i Matësave elektrik të energjisë elektrike aktive [klasat A,B,C]	Prova me ngarkesë	Gabimi % (0.5% I_n - I_{max}) cos ϕ : 0.5;1		EN 50470-3:2006 (8)	PO	-	2
19	Testimi i Matësave elektrik të energjisë elektrike aktive [klasat A,B,C]	Prova e izolimit me tension alternativ	(0 - 2 kV)		EN 50470-3:2006 (7.2)	PO	-	2
20	Matësia elektrik të energjisë elektrike aktive [klasat A,B,C]	Prova e konstantes	$I = I_{max}$		EN 50470-3:2006 (8.7.10)	PO	-	2
21	Testimi i Matësave elektrik të energjisë elektrike reaktive [klasat 2,3]	Prova e ndjeshmërisë	Ndjeshmëria (0-0.5)% I_n cos ϕ =1		IEC 62053-23:2003 (8.3)	PO	-	2

Adresa: Rr " Sami Frashri", Nr.33, kati i I-re, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 074
Dt- 09.01.2018

Rishikimi 0. Data e leshimit **09.01.2018**
E vlefshme deri në datën **08.01.2022**

VME Verifikim I Matesave Elektrik sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

22	Testimi i Matësave elektrik të energjisë elektrike reaktive [klasat 2,3]	Prova pa ngarkesë	1.15 Un In=0	IEC 62053-23:2003 (8.3)	PO	-	2
23	Testimi i Matësave elektrik të energjisë elektrike reaktive [klasat 2,3]	Prova me ngarkesë	Gabimi % (0.5%In-Imax) cosf: 0.5;1	IEC 62053-23:2003 (8.1)	PO	-	2
24	Testimi i Matësave elektrik të energjisë elektrike reaktive [klasat 2,3]	Prova e izolimit me tension alternativ	(0 - 2 kV)	IEC 62053-23:2003 (7.4)	PO	-	2
25	Testimi i Matësave elektrik të energjisë elektrike reaktive [klasat 2,3]	Prova e konstantes	I = Imax	IEC 62053-23:2003 (8.4)	PO	-	2

EN – European Norm;

V - Tregon :

numri 0 nëse testi kryhet brenda ambienteve të laboratorit,

numri 1 nëse testi kryhet jashtë ambienteve të laboratorit

numri 2 nëse testi kryhet brenda dhe jashtë laboratorit

Drejtuesi Laboratorit:

Menaxheri Cilësisë:

Tel&Faks:

Email:

Adresa:

Enis Haveriku

Engjell Guri

0692941559

info@vme.al

Rr. "Perlat Rexhepi", kati 1 Njësia Bashkiake Nr.5, Tiranë.

Drejtor i Përgjithshëm

Armond HALEBI

Rishikimi 0. 09.01.2018 Akreditim Fillestar

Adresa: Rr " Sami Frashri", Nr.33, kati i I-re, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325