



MINISTRIA E ZHVILLIMIT EKONOMIK,
TURIZMIT TREGTISË DHE SIPËRMARRJES



DREJTORIA E PËRGJITHSHME E AKREDITIMIT

ÇERTIFIKATË AKREDITIMI

HTT-High Tech Test SHPK

Njesia Bashkiake nr 5, Rruga ``Perlat Rexhepi``, Pallati nr 6, kati 11 Tiranë.

Numri i Regjistrimit

LT 068

Laborator Testues

Është akredituar për të kryer analiza laboratorike në përputhje me S SH
ISO/IEC 17025:2006 "Kërkesa të Përgjithshme për Kompetencën e
Laboratorëve Testues dhe Kalibrues"

Data e akordimit të akreditimit : 21.03.2017

Çertifikata është e vlefshme deri më datë : 20.03.2021

Drejtori i Përgjithshëm

Armond HALEBI



LT 068 21.03.17

Rishikimi: 0

Lëshuar me datë: 21.03.2017

Organizmi i vlerësimit të konformitetit është subjekt i vizitave mbikëqyrëse vjetore dhe rivlerësohet çdo katër vjet. Për të vërtetuar vlefshmërinë e çertifikatës shkoni në faqen e Internetit www.dpa.gov.al ose kontaktoni me DPA tel: 0422269097.
Drejtorja e Përgjithshme e Akreditimit është anëtare shok e EA-Forumi European për Akreditim dhe është anëtar i ILAC-Kooperimi Ndërkombëtar për Akreditimin e Laboratorëve dhe IAF-Forumi Ndërkombëtar i Akreditimit
Çertifikatë duhet të jetë e shoqëruar me fushën e akreditimit.



LT 068
Dt- 21.03.17

Rishikimi 2 29.07.2019
E vlefshme deri në datën 20.03.2021

“HTT - High Tech Tests”sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

No.	Produkti i testuar	Emërtimi provës	Fusha e matjes	Teknika e provës	Standarti i provës	Opinione, Interpretime	Standardi marjes së mostrës	Kodi vënd ndodhje (V)
1	Matësa Elektromekanik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasat 0.5, 1, 2]	Testi i Ndjeshmërisë	Lidhje Direkte: (0.004 - 0.005) Ib Lidhje me TRR: (0.002 - 0.003) In cosf=1	PR-301-Verifikimi i Matësave Elektrik të Energjisë Aktive – Klasa: 0.5, 1, 2	IEC 62053-11: 2003 (8.3)	JO	-	0
2	Matësa Elektromekanik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasat 0.5, 1, 2]	Testi pa Ngarkesë	(0.8 - 1.1) Un I = 0A	PR-301-Verifikimi i Matësave Elektrik të Energjisë Aktive – Klasa: 0.5, 1, 2	IEC 62053-11: 2003 (8.3)	JO	-	0
3	Matësa Elektromekanik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasat 0.5, 1, 2]	Testi me Ngarkesë	Gabimi (%) Lidhje Direkte: 0.05Ib - Imax Lidhje me TRR: 0.02In – Imax cosf: 0.5;1	PR-301-Verifikimi i Matësave Elektrik të Energjisë Aktive – Klasa: 0.5, 1, 2	IEC 62053-11: 2003 (8.1)	JO	-	0
4	Matësa Elektromekanik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasat 0.5, 1, 2]	Testi i Konstantes	Lidhje Direkte: 0.05Ib - Imax Lidhje me TRR: 0.02In – Imax	PR-301-Verifikimi i Matësave Elektrik të Energjisë Aktive – Klasa: 0.5, 1, 2	IEC 62053-11: 2003 (8.4)	JO	-	0

Adresa: Rr e Durrësit,NR.27,Kodi Postar1001, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 068
Dt- 21.03.17

Rishikimi 2 29.07.2019
E vlefshme deri në datën 20.03.2021

“HTT - High Tech Tests”sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

5	Matësa Statik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasat 1, 2]	Testi i Ndjeshmërisë	Lidhje Direkte: (0.004 - 0.005) Ib Lidhje me TRR: (0.002 - 0.003) In cosf=1	PR-301-Verifikimi i Matësave Elektrik të Energjisë Aktive – Klasa: 0.5, 1, 2	IEC 62053-21: 2003 (8.3)	JO	-	0
6	Matësa Statik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasat 1, 2]	Testi pa Ngarkesë	(1.15) Un I = 0A	PR-301-Verifikimi i Matësave Elektrik të Energjisë Aktive – Klasa: 0.5, 1, 2	IEC 62053-21: 2003 (8.3)	JO	-	0
7	Matësa Statik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasat 1, 2]	Testi me Ngarkesë	Gabimi (%) Lidhje Direkte: 0.05Ib - Imax Lidhje me TRR: 0.02In – Imax cosf: 0.5;1	PR-301-Verifikimi i Matësave Elektrik të Energjisë Aktive – Klasa: 0.5, 1, 2	IEC 62053-21: 2003 (8.1)	JO	-	0
8	Matësa Statik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasat 1, 2]	Testi i Konstantes	Lidhje Direkte: 0.05Ib - Imax Lidhje me TRR: 0.02In – Imax	PR-301-Verifikimi i Matësave Elektrik të Energjisë Aktive – Klasa: 0.5, 1, 2	IEC 62053-21: 2003 (8.4)	JO	-	0
9	Matësa Statik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasa 0.5S]	Testi i Ndjeshmërisë	Lidhje me TRR: 0.001 In cosf=1	PR-303-Verifikimi i Matësave Elektrik të Energjisë Aktive – Klasa: 0.5S	IEC 62053-22: 2003 (8.3)	JO	-	0

Adresa: Rr e Durrësit,NR.27,Kodi Postar1001, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 068
Dt- 21.03.17

Rishikimi 2 29.07.2019
E vlefshme deri në datën **20.03.2021**

“HTT - High Tech Tests”sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

10	Matësa Statik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasa 0.5S]	Testi pa Ngarkesë	(1.15) Un $I = 0A$	PR-303-Verifikimi i Matësave Elektrik të Energjisë Aktive – Klasa: 0.5S	IEC 62053-22: 2003 (8.3)	JO	-	0
11	Matësa Statik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasa 0.5S]	Testi me Ngarkesë	Gabimi (%) Lidhje me TRR: $0.01I_n - I_{max}$ $\cos\phi: 0.5;1$	PR-303-Verifikimi i Matësave Elektrik të Energjisë Aktive – Klasa: 0.5S	IEC 62053-22: 2003 (8.1)	JO	-	0
12	Matësa Statik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasa 0.5S]	Testi i Konstantes	Lidhje me TRR: $0.01I_n - I_{max}$	PR-303-Verifikimi i Matësave Elektrik të Energjisë Aktive – Klasa: 0.5S	IEC 62053-22: 2003 (8.4)	JO	-	0
13	Matësa Elektromekanik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasat A, B]	Testi i Ndjeshmërisë	Lidhje Direkte: (0.04 - 0.05) Itr Lidhje me TRR: (0.04 - 0.06) Itr $\cos\phi=1$	PR-302-Verifikimi i Matësave Elektrik të Energjisë Aktive – Klasa: A, B, C	EN 50470-2: 2006 (8.7)	JO	-	0
	Matësa Statik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasat A, B, C]	Testi i Ndjeshmërisë	Lidhje Direkte: (0.04 - 0.05) Itr Lidhje me TRR: (0.02 - 0.06) Itr $\cos\phi=1$	PR-302-Verifikimi i Matësave Elektrik të Energjisë Aktive – Klasa: A, B, C	EN 50470-3: 2006 (8.7)	JO	-	0

Adresa: Rr e Durrësit,NR.27,Kodi Postar1001, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 068
Dt- 21.03.17

Rishikimi 2 29.07.2019
E vlefshme deri në datën 20.03.2021

“HTT - High Tech Tests”sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

14	Matësa Elektromekanik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasat A, B]	Testi pa Ngarkesë	(0.8 - 1.1) Un I = 0A	PR-302-Verifikimi i Matësave Elektrik të Energjisë Aktive – Klasa: A, B, C	EN 50470-2: 2006 (8.7)	JO	-	0
	Matësa Statik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasat A, B, C]	Testi pa Ngarkesë	(1.15) Un I = 0A	PR-302-Verifikimi i Matësave Elektrik të Energjisë Aktive – Klasa: A, B, C	EN 50470-3: 2006 (8.7)	JO	-	0
15	Matësa Elektromekanik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasat A, B]	Testi me Ngarkesë	Gabimi (%) (I _{min} - I _{max}) cosf: 0.5;1	PR-302-Verifikimi i Matësave Elektrik të Energjisë Aktive – Klasa: A, B, C	EN 50470-2: 2006 (8.1)	JO	-	0
	Matësa Statik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasat A, B, C]	Testi me Ngarkesë	Gabimi (%) (I _{min} - I _{max}) cosf: 0.5;1	PR-302-Verifikimi i Matësave Elektrik të Energjisë Aktive – Klasa: A, B, C	EN 50470-3: 2006 (8.1)	JO	-	0
16	Matësa Elektromekanik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasat A, B]	Testi i Konstantes	(I _{tr} - I _{max})	PR-302-Verifikimi i Matësave Elektrik të Energjisë Aktive – Klasa: A, B, C	EN 50470-2: 2006 (8.7)	JO	-	0

Adresa: Rr e Durrësit, NR.27, Kodi Postar 1001, Tirë

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 068
Dt- 21.03.17

Rishikimi 2 29.07.2019
E vlefshme deri në datën 20.03.2021

“HTT - High Tech Tests”sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

	Matësa Statik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasat A, B, C]	Testi i Konstantes	(Itr - I _{max})	PR-302-Verifikimi i Matësave Elektrik të Energjisë Aktive – Klasa: A, B, C	EN 50470-3: 2006 (8.7)	JO	-	0
17	Matësa të Energjisë Elektrike Reaktive [Klasat 2, 3]	Testi i Ndjeshmërisë	Lidhje Direkte: (0.005 - 0.01) Ib Lidhje me TRR: (0.003 - 0.005) In sinf=1	PR-304-Verifikimi i Matësave Elektrik të Energjisë Reaktive – Klasa: 2, 3	IEC 62053-23: 2003 (8.3)	JO	-	0
18	Matësa të Energjisë Elektrike Reaktive [Klasat 2, 3]	Testi pa Ngarkesë	(1.15) Un I = 0A	PR-304-Verifikimi i Matësave Elektrik të Energjisë Reaktive – Klasa: 2, 3	IEC 62053-23: 2003 (8.3)	JO	-	0
19	Matësa të Energjisë Elektrike Reaktive [Klasat 2, 3]	Testi me Ngarkesë	Gabimi (%) Lidhje Direkte: 0.05Ib - I _{max} Lidhje me TRR: 0.02In – I _{max} sinf: 0.5;1	PR-304-Verifikimi i Matësave Elektrik të Energjisë Reaktive – Klasa: 2, 3	IEC 62053-23: 2003 (8.1)	JO	-	0
20	Matësa të Energjisë Elektrike Reaktive [Klasat 2, 3]	Testi i Konstantes	Lidhje Direkte: 0.05Ib - I _{max} Lidhje me TRR: 0.02In – I _{max}	PR-304-Verifikimi i Matësave Elektrik të Energjisë Reaktive – Klasa: 2, 3	IEC 62053-23: 2003 (8.4)	JO	-	0

SSH – Standard Shqiptar
ISO – International Organisation for Standardisation;
EN - European Standard
CFR – Code of Federal Regulation

Adresa: Rr e Durrësit,NR.27,Kodi Postar1001, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325





LT 068
Dt- 21.03.17

Rishikimi 2 29.07.2019
E vlefshme deri në datën 20.03.2021

“HTT - High Tech Tests”sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

FDA – Food and Drug Administration
CDRH -Center for Devices and Radiological Health
VDI – The Association of German Engineers
VDE - Verband Der Elektrotechnik elektronik informationstechnik

V -Tregon :

numri 0 nëse testi kryhet brenda ambienteve të laboratorit,
numri 1 nëse testi kryhet jashtë ambienteve të laboratorit
numri 2 nëse testi kryhet brenda dhe jashtë laboratorit

Menaxheri Cilësisë:

Tel&Faks:

Email:

Adresa:

Dea Kuqi

0696028819

info@htt-al.com

**Lagjja 15 Tetori, Rruga Mico Papuçiu, Pallati Firma Beton
EG,Fier.**



Drejtor i Përgjithshëm

Armond HALEBI

Rishikimi 0: 21.03.2017 – Akreditim Fillestar

**Rishikimi 1: 11.09.2018 – Reduktim fushe akreditimi (ish analizat me nr:10.15.17.19.21
te versionit R0 21.03.2017)**

Rishikimi 2: 29.07.2019 - Saktësim i fushës së akreditimit dhe i teknikës së provës.

Adresa: Rr e Durrësit,NR.27,Kodi Postar1001, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325