



REPUBLIKA E SHQIPERISË
MINISTRIA E FINANCAVE
DHE EKONOMISE



DREJTORIA E PËRGJITHSHME E
AKREDITIMIT

ÇERTIFIKATË AKREDITIMI

“S.W.O.T” sh.p.k

Rr:”Xhanfie Keko”, Pallati Andi Konstruksion, Njësia Bashkiake Nr.4, Tiranë.

Numri i Regjistrimit

LT 100

Laborator Testues

Është akredituar për kryerjen e testeve në përputhje me S SH ISO/IEC 17025:2017

"Kërkesa të Përgjithëshme për Kompetencën e Laboratorëve Testues dhe Kalibrues".

Data e akordimit të akreditimit: 11.03.2020

Çertifikata është e vlefshme deri më datë: 10.03.2024

DREJTORI I PËRGJITHSHËM

Armond HALEBI



LT 100 11.03.20

Lëshuar me datë: 11.03.2020

Organizmi i vlerësimit të konformitetit është subjekt i vizitave mbikëqyrëse vjetore dhe rivlerësohet çdo katër vjet. Për të vërtetuar vlefshmërinë e certifikatës shkoni në faqen e Internetit [www. dpa.gov.al](http://www.dpa.gov.al) ose kontaktoni me DPA tel: 0422269097. Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit është anëtare me të drejta të plota në EA-Forumi Evropian, nënshkruese EA MLA dhe ILAC MRA për testimin dhe anëtarë e IAF-Forumi Ndërkombëtar i Akreditimit. Certifikata duhet të jetë e shoqëruar me fushën e akreditimit.



LT 100
Dt- 11.03.2020

Rishikimi 0 Data e lëshimit **11.03.2020**
E vlefshme deri në datën **10.03.2024**

“S.W.O.T”sh.p.k Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

N°	Materiali/ Produkti/ Matrica, të	Emërtimi i provës/ vetia e matur	Fusha e matjes dhe/ose e provës	Teknika e provës	Standardi/ Metoda e proves	Shënime , ndryshi me, rishikim e	Opinione dhe interpretim e	Standardi / Metoda për marrjen e mostrës	Kodi i vendndosjes (V)
1	Ajër në mjedis	Përcaktimi, matja dhe vlerësimi i nivelit të Zhurmës në Mjedis.	20– 140 dB (A)	Matjen e ndryshimeve të presionit të valëve të zhurmës.	ISO 1996-2:2017	/	JO	/	1
2	Ajër në vendin e punës	Përcaktimi dhe vlerësimi i ekspozimit ndaj zhurmës në mjediset e punës	20 – 140 dB (A)	Matjen e ndryshimeve të presionit të valëve të zhurmës.	S SH EN ISO 9612:2009	/	JO	/	1
3	Ajër në mjedis	Përcaktimi dhe matja e nivelit të vibrimeve në mjedis	0.5-22.4 Khz	Shndërrimit i vibrimit	ISO 4866:2010	/	JO	/	1
4	Ajër i Mjedisit dhe vendit të punës	Përcaktimi i PM 2.5; PM 10 të grimcave në ajër	0.001- 1.000 mg/m ³	LPC	ISO 21501- 4:2018	/	JO	/	1
5	Ajër i Mjedisit dhe vendit të punës	Përcaktimi i përqendrimit në masë të dioksidit të sqfurit (SO ₂)	0-100 Ppm	Metoda sensoriale elektrokimike me detektim të drejteperdrejte	EN 45544- 1:2015	/	JO	/	1
6	Ajër i Mjedisit dhe vendit të punës	Përcaktimi i përqendrimit në masë të dioksidit të azotit (NO ₂).	0-1 ppm	Metoda sensoriale elektrokimike me detektim të drejteperdrejte	EN 45544- 1:2015	/	JO	/	1
7	Ajër i Mjedisit dhe vendit të punës	Përcaktimi i ozonit në ajrin e mjedisit (O ₃).	0-0.5 ppm	Metoda sensoriale elektrokimike me detektim të drejteperdrejte	EN 45544- 1:2015	/	JO	/	1
8	Ajër i Mjedisit dhe vendit të punës	Përcaktimi i amoniakut në ajrin e mjedisit (NH ₃).	0-100 ppm	Metoda sensoriale elektrokimike me detektim të drejteperdrejte	EN 45544- 1:2015	/	JO	/	1
9	Ajër i Mjedisit dhe vendit të punës	Përcaktimi i oksidit të karbonit në ajrin e	0-100 ppm	Metoda sensoriale elektrokimike me detektim të	EN 45544- 1:2015	/	JO	/	1

Adresa: Rr: E Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 100
Dt- 11.03.2020

Rishikimi 0 Data e lëshimit **11.03.2020**
E vlefshme deri në datën **10.03.2024**

“S.W.O.T”sh.p.k
Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

		mjedisit (CO).		drejteperdrejte					
10	Ajër i Mjedisit dhe vendit të punës	Përcaktimi i dioksidit të karbonit në ajrin e mjedisit (CO ₂).	0-2000 ppm	NDIR sensor	EN 45544- 1:2015	/	JO	/	1
11	Ajër i Mjedisit dhe vendit të punës	Përcaktimi i hidrogjenit në ajrin e mjedisit (H ₂).	0-5000 ppm	Metoda sensoriale elektrokimike me detektim te drejteperdrejte	EN 45544- 1:2015	/	JO	/	1
12	Ajër i Mjedisit dhe vendit të punës	Përcaktimi i metanit në ajrin e mjedisit (CH ₄).	0-10000 ppm	Metoda sensoriale elektrokimike me detektim te drejteperdrejte	EN 45544- 1:2015	/	JO	/	1
13	Ajër i Mjedisit dhe vendit të punës	Përcaktimi i sulfurit të hidrogjenit në ajrin e mjedisit (H ₂ S).	0-100 ppm	Metoda sensoriale elektrokimike me detektim te drejteperdrejte	EN 45544- 1:2015	/	JO	/	1
14	Ajër i Mjedisit dhe vendit të punës	Përcaktimi i komponimeve organike volatile në ajrin e mjedisit (VOC).	0-25ppm	Metoda sensoriale elektrokimike me detektim te drejteperdrejte	EN 45544- 1:2015	/	JO	/	1
15	Ajër i Mjedisit dhe vendit të punës	Përcaktimi i komponimeve organike volatile në ajrin e mjedisit (VOC).	0-500 ppm	Metoda sensoriale elektrokimike me detektim te drejteperdrejte	EN 45544- 1:2015	/	JO	/	1
16	Ujë natyror/ Ujë i pijshëm/ Shkarkime ujore	Përcaktimi i pH	4-10	Sensor Potenciometrik.	S SH EN ISO 10523:2012	/	JO		2
17	Ujë natyror/ Ujë i pijshëm/ Shkarkime ujore	Përcaktimi i përcjellshmëri së elektrike χ	1 μ S/cm – 200 mS/cm	Potenciometrik e.	S SH EN ISO 27888 :1993	/	JO		2
18	Ujë natyror/	Përcaktimi i përbajtjes së	15-150 mg/L,	Metoda spektrofotometr	ISO 15705:2002	/	JO	/	0

Adresa: Rr: E Durrës, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 100
Dt- 11.03.2020

Rishikimi 0 Data e lëshimit **11.03.2020**
E vlefshme deri në datën **10.03.2024**

“S.W.O.T”sh.p.k
Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

	Ujë i pijshëm/ Shkarkime të lëngëta/ Ujë deti	COD	100-2000 mg/l dhe 1000-10.000 mg/l O ₂	ike					
19	Shkarkime nga burimet pikësore	Përcaktimi i përqëndrimit të SO ₂	0.-5000 Ppm	Elektrokimike	ISO 7934:1989/AMD 1:1998	/	JO	/	1
20	Shkarkime nga burimet pikësore	Përcaktimi i përqëndrimit të CO me kompensim të H ₂	0-8000 ppm	Elektrokimike	EN 15058:2006	/	JO	/	1
21	Shkarkime nga burimet pikësore	Përcaktimi i përqëndrimit të NO	0 ... 5000 ppm	Elektrokimike	EN 14792: 2009	/	JO	/	1
22	Shkarkime nga burimet pikësore	Përcaktimi i përqëndrimit të O ₂	0-21 %	Elektrokimike	ISO 12039:2001	/	JO	/	1
23	Shkarkime nga burimet pikësore	Përcaktimi i përqëndrimit të NO _x (si NO ₂)	0...1000 ppm	Elektrokimike	ISO 14792:2009	/	JO	/	1
24	Shkarkime nga burimet pikësore	Përcaktimi i përqëndrimit të H ₂ S	0...500 ppm	Elektrokimike	EPA Method 15	/	JO	/	1
25	Shkarkime nga burimet pikësore dhe të mbyllura	Përcaktimi i përqëndrimit të CO ₂	0...50 %	Metode sensoriale	ISO 12039:2001	/	JO	/	1
26	Ajër në mjedis të mbyllura pune	Matja e ndricimit	(0-2000, 0-20000, 0-50000Lux)	Metoda sensoriale	ISO 8995-1:2002	/	JO		2

Adresa: Rr: E Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 100
Dt- 11.03.2020

Rishikimi 0 Data e lëshimit **11.03.2020**
E vlefshme deri në datën **10.03.2024**

“S.W.O.T”sh.p.k
Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

S SH – Standard Shqiptar
EN- Standard Evropian
ISO – Standard Ndërkombëtar
EPA- Agjensia Amerikane e Mbrojtjes së Mjedisit

Drejtuesi teknik: **Lediana Lice**
Menaxheri i cilësive: **Laert Shehu**
Tel&Fax : **0698390970**
Email: **swotshpk@gmail.com**
Adresa: **Njesia Bashkiake nr.4, Rruga : “Xhanfize Keko”, Pallatet: “Andi Konstruksion”, Tirane**

Drejtor i Përgjithshëm
Armond HALEBI

Rishikimi 0: 11.03.2020 Akreditim fillestar.

Adresa: Rr: E Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325