



REPUBLIKA E SHQIPERISË
MINISTRIA E FINANCAVE
DHE EKONOMISE



DREJTORIA E PËRGJITHSHME E
AKREDITIMIT

ÇERTIFIKATË AKREDITIMI

SINTEA Matje Teknike sh.p.k

Njesia Bashkiake Nr:11, Rruga:“Koli Bano”,Godina nr.2,Tirane.

Numri i Regjistrimit

LK 004

Laborator Kalibrues

Është akredituar për të kryer analiza laboratorike në përputhje me S SH ISO/IEC 17025:2017
"Kërkesa të Përgjithshme për Kompetencën e Laboratorëve Testues dhe Kalibrues" sipas listës
bashkëlidhur.

Data e akordimit të akreditimit : 30.09.2020

Çertifikata është e vlefshme deri më datë : 29.09.2024

Drejtori i Përgjithshëm

Armond HALEBI



LK 004 30.09.20

Lëshuar me datë: 30.09.2020

Organizmi i vlerësimit të konformitetit është subjekt i vizitave mbikëqyrëse vjetore dhe rivlerësohet çdo katër vjet. Për të vërtetuar vlefshmërinë e certifikatës shkoni në faqen e Internetit [www. dpa.gov.al](http://www.dpa.gov.al) ose kontaktoni me DPA tel: 0422269097. Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit është anëtare me të drejta të plota në EA-Forumi Evropian, nënshkruese EA MLA dhe ILAC MRA për testimin dhe anëtarë e IAF-Forumi Ndërkombëtar i Akreditimit. Certifikata duhet të jetë e shoqëruar me fushën e akreditimit.



LK 004 30.09.20

Rishikimi 0. Data e lëshimit 30.09.2020

E vlefshme deri në datën 29.09.2024

SINTEA Matje Teknike sh.p.k**Laborator Kalibrues****Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi**

N r	Objekti i kalibruar (përfshirë materjale referuese)	Emërtimi i kalibrimit	Fusha e kalibrimit	Teknika e kalibrimit	Standarti / Metoda e kalibrimit	Kapaciteti mates kalibrues (CMC)	Shenime (Parametra te tjere, ku eshte e aplikueshme sipas pikes Pika 7.8.3 ,c	Opinion, Interpretim e	Kodi vënd ndodhjes [*]
1	Instrumente te peshimit jo automatike Klasa e III- IIII	Kalibrimi i sistemit matës te : - Peshoreve dozuese te impianteve te prodhimit te betoneve dhe asfalto betonit. -Peshoreve totalizatore jo të vazhduara (peshore me hinkë) te impianteve te prodhimit te betoneve dhe asfalto betonit	0 - 50 Kg 0 -100 kg 0 -1000 kg 0 -2000 kg 0 -3000 kg 0 – 5000 kg 0 -10000 kg 0-20000 kg 0-30000 kg	Metoda e peshimit me gramare (te varur , mbi platformën e peshoreve) dhe me meateriale zevendesuese	GM-P9 :2004 Udhëzues testimi për peshoret jo-automatike.	Seri gramare 0,01kg -10kg Klasa M2 $U \leq 1,6 \cdot 10^{-3} \text{kg}$ Gramare 20kg Klasa M ₂₋₃ $U \leq 3 \cdot 10^{-3} \text{kg}$	Dhënia e certifikates së kalibrimit në përputhje me GM-P9 :2004 dhe Procedures PT – 01 LKPI		1

Drejtuesi i Laboratorit : Ing. Albert TANE**Menaxheri i cilesise : Ing. Albert TANE****Tel: 069 82 29 044****Email: sintea15@gmail.com****Adresa: Rruga: “Koli Bano”, nr 2, Njesia Bashkiake nr 11, Tiranë.****Drejtör i Përgjithshëm
Armond HALEBI****Rishikimi 0: 30.09.2020 Riakreditim**

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325