



REPUBLIKA E SHQIPERISË
MINISTRIA E FINANCAVE
DHE EKONOMISE



DREJTORIA E PËRGJITHSHME E
AKREDITIMIT

ÇERTIFIKATË AKREDITIMI

“HTT-High Tech Test” sh.p.k

Njesia Bashkiake nr 5, Rruga ``Perlat Rexhepi``, Pallati nr 6, kati 11 Tiranë.

Numri i Regjistrimit

LT 068

Laborator Testues

Është akredituar për të kryer analiza laboratorike në përputhje me S SH ISO/IEC 17025:2017 "Kërkesa të Përgjithshme për Kompetencën e Laboratorëve Testues dhe Kalibrues"

Data e akordimit të akreditimit: 26.01.2021

Certifikata është e vlefshme deri më datë: 19.03.2025

Drejtori i Përgjithshëm

Armond HALEBI



LT 068 26.01.21

Lëshuar me datë: 26.01.2021

Organizmi i vlerësimit të konformitetit është subjekt i vizitave mbikëqyrëse vjetore dhe rivlerësohet çdo katër vjet. Për të vërtetuar vlefshmërinë e certifikatës shkoni në faqen e Internetit www.dpa.gov.al ose kontaktoni me DPA tel: 0422269097. Drejtorja e Përgjithshme e Akreditimit është anëtare, nënshkruese EA MLA dhe ILAC MRA për testimin. Certifikata duhet të jetë e shoqëruar me fushën e akreditimit.



LT 068
Dt- 26.01.2021

Rishikimi 0. Data e lëshimit **26.01.2021**
E vlefshme deri në datën **19.03.2025**

“HTT - High Tech Tests” sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi



No.	Produkti i testuar	Emërtimi provës	Fusha e matjes	Teknika e provës	Standarti i provës	Opinione, Interpretime	Standarti marjes së mostrës	Kodi vënd ndodhje
1	Matësia Elektromekanik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasat 0.5, 1, 2]	Testi i Ndjeshmërisë	Lidhje Direkte: (0.004 - 0.005) Ib Lidhje me TRR: (0.002 - 0.003) In cosf=1	PR-301-Verifikimi i Matësive Elektrik të Energjisë Aktive – Klasa: 0.5, 1, 2	IEC 62053-11: 2003 (8.3)	JO	-	0
2	Matësia Elektromekanik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasat 0.5, 1, 2]	Testi pa Ngarkesë	(0.8 - 1.1) Un I = 0A	PR-301-Verifikimi i Matësive Elektrik të Energjisë Aktive – Klasa: 0.5, 1, 2	IEC 62053-11: 2003 (8.3)	JO	-	0
3	Matësia Elektromekanik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasat 0.5, 1, 2]	Testi me Ngarkesë	Gabimi (%) Lidhje Direkte: 0.05Ib - Imax Lidhje me TRR: 0.02In – Imax cosf: 0.5;1	PR-301-Verifikimi i Matësive Elektrik të Energjisë Aktive – Klasa: 0.5, 1, 2	IEC 62053-11: 2003 (8.1)	JO	-	0

Adresa: Rruga e Durrësit,Nr:27,Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 068
Dt- 26.01.2021

Rishikimi 0. Data e lëshimit **26.01.2021**
E vlefshme deri në datën **19.03.2025**

“HTT - High Tech Tests” sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

4	Matësa Elektromekanik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasat 0.5, 1, 2]	Testi i Konstantes	Lidhje Direkte: 0.05Ib - Imax Lidhje me TRR: 0.02In - Imax	PR-301-Verifikimi i Matësave Elektrik të Energjisë Aktive – Klasa: 0.5, 1, 2	IEC 62053-11: 2003 (8.4)	JO	-	0
5	Matësa Statik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasat 1, 2]	Testi i Ndjeshmërisë	Lidhje Direkte: (0.004 - 0.005) Ib Lidhje me TRR: (0.002 - 0.003) In cosφ=1	PR-301-Verifikimi i Matësave Elektrik të Energjisë Aktive – Klasa: 0.5, 1, 2	IEC 62053-21: 2003 (8.3)	JO	-	0
6	Matësa Statik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasat 1, 2]	Testi pa Ngarkesë	(1.15) Un I = 0A	PR-301-Verifikimi i Matësave Elektrik të Energjisë Aktive – Klasa: 0.5, 1, 2	IEC 62053-21: 2003 (8.3)	JO	-	0
7	Matësa Statik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasat 1, 2]	Testi me Ngarkesë	Gabimi (%) Lidhje Direkte: 0.05Ib - Imax Lidhje me TRR: 0.02In - Imax cosφ: 0.5;1	PR-301-Verifikimi i Matësave Elektrik të Energjisë Aktive – Klasa: 0.5, 1, 2	IEC 62053-21: 2003 (8.1)	JO	-	0

Adresa: Rruga e Durrësit,Nr:27,Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 068
Dt- 26.01.2021

Rishikimi 0. Data e lëshimit **26.01.2021**
E vlefshme deri në datën **19.03.2025**

“HTT - High Tech Tests” sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

8	Matësa Statik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasat 1, 2]	Testi i Konstantes	Lidhje Direkte: 0.05I _b - I _{max} Lidhje me TRR: 0.02I _n - I _{max}	PR-301-Verifikimi i Matësave Elektrik të Energjisë Aktive – Klasa: 0.5, 1, 2	IEC 62053-21: 2003 (8.4)	JO	-	0
9	Matësa Statik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasa 0.5S]	Testi i Ndjeshmërisë	Lidhje me TRR: 0.001 I _n cosφ=1	PR-303-Verifikimi i Matësave Elektrik të Energjisë Aktive – Klasa: 0.5S	IEC 62053-22: 2003 (8.3)	JO	-	0
10	Matësa Statik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasa 0.5S]	Testi pa Ngarkesë	(1.15) Un I = 0A	PR-303-Verifikimi i Matësave Elektrik të Energjisë Aktive – Klasa: 0.5S	IEC 62053-22: 2003 (8.3)	JO	-	0
11	Matësa Statik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasa 0.5S]	Testi me Ngarkesë	Gabimi (%) Lidhje me TRR: 0.01I _n - I _{max} cosφ: 0.5;1	PR-303-Verifikimi i Matësave Elektrik të Energjisë Aktive – Klasa: 0.5S	IEC 62053-22: 2003 (8.1)	JO	-	0

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr: 27, Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 068
Dt- 26.01.2021

Rishikimi 0. Data e lëshimit **26.01.2021**
E vlefshme deri në datën **19.03.2025**

“HTT - High Tech Tests” sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

12	Matësa Statik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasa 0.5S]	Testi i Konstantes	Lidhje me TRR: $0.01I_n - I_{max}$	PR-303-Verifikimi i Matësave Elektrik të Energjisë Aktive – Klasa: 0.5S	IEC 62053-22: 2003 (8.4)	JO	-	0
13	Matësa Elektromekanik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasat A, B]	Testi i Ndjeshmërisë	Lidhje Direkte: (0.04 - 0.05) Itr Lidhje me TRR: (0.04 - 0.06) Itr $\cos\phi=1$	PR-302-Verifikimi i Matësave Elektrik të Energjisë Aktive – Klasa: A, B, C	EN 50470-2: 2006 (8.7)	JO	-	0
14	Matësa Elektromekanik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasat A, B]	Testi pa Ngarkesë	(0.8 - 1.1) U_n $I = 0A$	PR-302-Verifikimi i Matësave Elektrik të Energjisë Aktive – Klasa: A, B, C	EN 50470-2: 2006 (8.7)	JO	-	0
15	Matësa Elektromekanik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasat A, B]	Testi me Ngarkesë	Gabimi (%) ($I_{min} - I_{max}$) $\cos\phi: 0.5;1$	PR-302-Verifikimi i Matësave Elektrik të Energjisë Aktive – Klasa: A, B, C	EN 50470-2: 2006 (8.1)	JO	-	0

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr: 27, Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 068
Dt- 26.01.2021

Rishikimi 0. Data e lëshimit **26.01.2021**
E vlefshme deri në datën **19.03.2025**

“HTT - High Tech Tests” sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

16	Matësa Elektromekanik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasat A, B]	Testi i Konstantes	(Itr - I _{max})	PR-302-Verifikimi i Matësave Elektrik të Energjisë Aktive – Klasa: A, B, C	EN 50470-2: 2006 (8.7)	JO	-	0
17	Matësa Statik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasat A, B, C]	Testi i Ndjeshmërisë	Lidhje Direkte: (0.04 - 0.05) Itr Lidhje me TRR: (0.02 - 0.06) Itr cosf=1	PR-302-Verifikimi i Matësave Elektrik të Energjisë Aktive – Klasa: A, B, C	EN 50470-3: 2006 (8.7)	JO	-	0
18	Matësa Statik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasat A, B, C]	Testi pa Ngarkesë	(1.15) Un I = 0A	PR-302-Verifikimi i Matësave Elektrik të Energjisë Aktive – Klasa: A, B, C	EN 50470-3: 2006 (8.7)	JO	-	0
19	Matësa Statik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasat A, B, C]	Testi me Ngarkesë	Gabimi (%) (I _{min} - I _{max}) cosf: 0.5;1	PR-302-Verifikimi i Matësave Elektrik të Energjisë Aktive – Klasa: A, B, C	EN 50470-3: 2006 (8.1)	JO	-	0

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr: 27, Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 068
Dt- 26.01.2021

Rishikimi 0. Data e lëshimit **26.01.2021**
E vlefshme deri në datën **19.03.2025**

“HTT - High Tech Tests” sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

20	Matësa Statik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasat A, B, C]	Testi i Konstantes	(Itr - I _{max})	PR-302-Verifikimi i Matësave Elektrik të Energjisë Aktive – Klasa: A, B, C	EN 50470-3: 2006 (8.7)	JO	-	0
21	Matësa të Energjisë Elektrike Reaktive [Klasat 2, 3]	Testi i Ndjeshmërisë	Lidhje Direkte: (0.005 - 0.01) Ib Lidhje me TRR: (0.003 - 0.005) In sinf=1	PR-304-Verifikimi i Matësave Elektrik të Energjisë Reaktive – Klasa: 2, 3	IEC 62053-23: 2003 (8.3)	JO	-	0
22	Matësa të Energjisë Elektrike Reaktive [Klasat 2, 3]	Testi pa Ngarkesë	(1.15) Un I = 0A	PR-304-Verifikimi i Matësave Elektrik të Energjisë Reaktive – Klasa: 2, 3	IEC 62053-23: 2003 (8.3)	JO	-	0
23	Matësa të Energjisë Elektrike Reaktive [Klasat 2, 3]	Testi me Ngarkesë	Gabimi (%) Lidhje Direkte: 0.05Ib - I _{max} Lidhje me TRR: 0.02In – I _{max} sinf: 0.5;1	PR-304-Verifikimi i Matësave Elektrik të Energjisë Reaktive – Klasa: 2, 3	IEC 62053-23: 2003 (8.1)	JO	-	0

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr: 27, Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 068
Dt- 26.01.2021

Rishikimi 0. Data e lëshimit 26.01.2021
E vlefshme deri në datën 19.03.2025

“HTT - High Tech Tests” sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

24	Matësia të Energjisë Elektrike Reaktive [Klasat 2, 3]	Testi i Konstantes	Lidhje Direkte: 0.05Ib - I _{max} Lidhje me TRR: 0.02I _n - I _{max}	PR-304- Verifikimi i Matësive Elektrik të Energjisë Reaktive – Klasa: 2, 3	IEC 62053-23: 2003 (8.4)	0
----	---	-----------------------	---	--	-----------------------------------	---

EN - European Norm

IEC - International Electrotechnical Commission

Kodi vendndodhje V – Tregon:

numri 0 nëse testi kryhet brenda ambjenteve të laboratorit

numri 1 nëse testi kryhet jashtë ambjenteve të laboratorit

numri 2 nëse testi kryhet brenda dhe jashtë laboratorit

Administratori:

Menaxheri Teknik:

Menaxhere e cilësisë:

Tel:

email:

Genci GJERGJANI

Genci GJERGJANI

Dea KUQI

0697095152

info@htt-al.com

Adresa e laboratorit Qendror: Njësia bashkiake Nr.5, Rruga “Perlat Rexhepi”, Pallati nr.6, kati 11, Tirane.

Adresa e laboratorit sekondar: Lagjja “15 Tetori”, Rruga “Mico Papuciu”, Pallati Firma Beton EG, Fier.

Drejtor i Përgjithshëm
Armond HALEBI

Rishikimi 0: 26.01.2021 Riakreditim

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, Kati I III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325