



REPUBLIKA E SHQIPERISË
MINISTRIA E FINANCAVE
DHE EKONOMISE



DREJTORIA E PËRGJITHSHME E
AKREDITIMIT

ÇERTIFIKATË AKREDITIMI

“3 G”sh.p.k

Sheshi 2 Prilli, pas rektoratit të Universitetit, Shkodër.

Numri i Regjistrimit

LT 101

Laborator Testues

Është akredituar për kryerjen e testeve në përputhje me S SH ISO/IEC 17025:2017
"Kërkesa të Përgjithëshme për Kompetencën e Laboratorëve Testues dhe Kalibrues".

Data e akordimit të akreditimit: 29.09.2020

Çertifikata është e vlefshme deri më datë: 28.09.2024

DREJTORI I PËRGJITHSHËM

Armond HALEBI



LT 101 29.09.20

Rishikimi 0: 29.09.2020

Organizmi i vlerësimit të konformitetit është subjekt i vizitave mbikëqyrëse vjetore dhe rivlerësohet çdo katër vjet. Për të vërtetuar vlefshmërinë e certifikatës shkoni në faqen e Internetit www.dpa.gov.al ose kontaktoni me DPA tel: 0422269097. Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit është anëtare me të drejta të plota në EA-Forumi Evropian, nënshkruese EA MLA dhe ILAC MRA për testimin dhe anëtarë e IAF-Forumi Ndërkombëtar i Akreditimit. Certifikata duhet të jetë e shoqëruar me fushën e akreditimit.



LT 101
Dt- 29.09.2020

Rishikimi 0 Data e lëshimit **29.09.2020**

E vlefshme deri në datën **28.09.2024**

“3 G”sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

N r.	Produkt i testuar	Emerti mi i proves	Fusha e matjes	Teknika e proves	Standard i i proves	Opinion e, interpretime	Standar di i marrjes se mostres	Kodi Vend ndodh je (V)
1	Matësia elektromekanike të energjisë elektrike aktive (klasa 0.5,1,2)	Prova e ndjeshmërise	Lidhje Direkte: (0.004-0.005)Ib Lidhje me TRR: (0.002-0.003)In Cosφ=1	3G-PT-01 Procedura teknike për verifikimin e matësive të energjisë elektrike aktive, reaktive, elektromekanike, statike, një dhe shumë fazore të klases së saktësisë 0.5,1,2 dhe 3	IEC 62053-11:2003 (8.3)	Po		0
2	Matësia elektromekanike të energjisë elektrike aktive (klasa 0.5,1,2)	Prova pa ngarkesë	(0.8-1.1) Un I=0A	3G-PT-01 Procedura teknike për verifikimin e matësive të energjisë elektrike aktive, reaktive, elektromekanike, statike, një dhe shumë fazore të klases së saktësisë 0.5,1,2 dhe 3	IEC 62053-11:2003 (8.3)	Po		0
3	Matësia elektromekanike të energjisë elektrike aktive [	Prova me ngarkesë	Gabimi % Lidhje Direkte : (0.05Ib-I _{max})	3G-PT-01 Procedura teknike për verifikimin e matësive të energjisë elektrike aktive,	IEC 62053-11:2003 (8.1)	Po		0

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 101
Dt- 29.09.2020

Rishikimi 0 Data e lëshimit **29.09.2020**

E vlefshme deri në datën **28.09.2024**

“3 G” sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

	klasat 0.5,1,2]		Lidhje me TRR: 0.02In- Imax Cosf:0.5;1	reaktive, elektromekanike ,statike, nje dhe shume fazore te klases se saktesise 0.5,1,2 dhe 3				
4	Testimi i matësve elektromekanik te energjise elektrike aktive [klasat 0.5, 1,2]	Prova e konstantes	Lidhje Direkte: 0.05Ib- Imax Lidhje me TRR: 0.02In- Imax	3G-PT-01 Procedure teknike per verifikimin e matesave te energjise elektrike aktive, reaktive, elektromekanike ,statike, nje dhe shume fazore te klases se saktesise 0.5,1,2 dhe 3	IEC 62053-11:2003 (8.4)	Po	-	0
5	Matesa statik te energjise elektrike active [klasat 1,2]	Percaktimi i ndjeshmerise	Lidhja Direkte: (0.004-0.005)Ib Lidhja me TRR: (0.002-0.003)In Cosf=1	3G-PT-01 Procedure teknike per verifikimin e matesave te energjise elektrike aktive, reaktive, elektromekanike ,statike, nje dhe shume fazore te klases se saktesise 0.5,1,2 dhe 3	IEC 62053-21:2003 (8.3)	Po		0
6	Matesa statik te	Prova pa ngarkesë	(1.15) Un	3G-PT-01 Procedure	IEC 62053-	Po		0

Adresa: Rruga e Durrës, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 101
Dt- 29.09.2020

Rishikimi 0 Data e lëshimit **29.09.2020**

E vlefshme deri në datën **28.09.2024**

“3 G” sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

	energji elektrike active[kla sa 1,2]		$I=0A$	teknike per verifikimin e matesave te energji elektrike aktive, reaktive, elektromekanike ,statike, nje dhe shume fazore te klases se saktesise 0.5,1,2 dhe 3	21:2003 (8.3)			
7	Matesa statik te energji elektrike active[kla sat1,2]	Prova me ngarkese	Gabimi% Lidhje Direkte: (0.05Ib- Imax) Lidhje me TRR: 0.02In- Imax Cosf:0.5;1	3G-PT-01 Procedure teknike per verifikimin e matesave te energji elektrike aktive, reaktive, elektromekanike ,statike, nje dhe shume fazore te klases se saktesise 0.5,1,2 dhe 3	IEC 62053- 21:2003 (8.1)	Po		0
8	Test imi i mat esav e stati c te ener gjise elekt rike acti ve [kla sat 1,2]	Prova e konstant es	Lidhje Direkte: 0.05Ib- Imax Lidhje me TRR: 0.02In- Imax	3G-PT-01 Procedure teknike per verifikimin e matesave te energji elektrike aktive, reaktive, elektromekanike ,statike, nje dhe shume fazore te klases se saktesise 0.5,1,2 dhe 3	IEC 62053- 21:2003(8.4)	Po	-	0

Adresa: Rruga e Durrësit,Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 101
Dt- 29.09.2020

Rishikimi 0 Data e lëshimit **29.09.2020**

E vlefshme deri në datën **28.09.2024**

“3 G” sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

9	Testimi i matesave statik te energjise elektrike aktive[klasa 0.5S]	Prova e ndjeshmerise	Lidhje me TRR: (0.001In) cosφ=1	3G-PT-01 Procedure teknike per verifikimin e matesave te energjise elektrike aktive, reaktive, elektromekanike ,statike, nje dhe shume fazore te klases se saktetise 0.5,1,2 dhe 3	IEC 62053-22:2003 (8.3)	Po	-	0
10	Testimi i matesave statik te energjise elektrike aktive[klasa 0.5S]	Prova pa ngarkese	1.15 U I=0A	3G-PT-01 Procedure teknike per verifikimin e matesave te energjise elektrike aktive, reaktive, elektromekanike ,statike, nje dhe shume fazore te klases se saktetise 0.5,1,2 dhe 3	IEC 62053-22:2003 (8.3)	Po	-	00
11	Testimi i matesave statik te energjise elektrike aktive[klasa 0.5S]	Prova me ngarkese	Gabimi% Lidhje me TRR: (0.01In-Imax) cosφ:0.5;1	3G-PT-01 Procedure teknike per verifikimin e matesave te energjise elektrike aktive, reaktive, elektromekanike ,statike, nje dhe shume fazore te klases se	IEC 62053-22:2003 (8.1)	Po	-	0

Adresa: Rruga e Durrës, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 101
Dt- 29.09.2020

Rishikimi 0 Data e lëshimit **29.09.2020**
E vlefshme deri në datën **28.09.2024**

“3 G” sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

				saktesise 0.5,1,2 dhe 3				
12	Testimi i matesave static te energji elektrike active[kla sat 0.5S]	Prova e konstant es	Lidhje me TRR: 0.01 In- Imax	3G-PT-01 Procedure teknike per verifikimin e matesave te energji elektrike aktive, reaktive, elektromekanike ,statike, nje dhe shume fazore te klases se saktesise 0.5,1,2 dhe 3	IEC 62053- 22:2003 (8.4)	Po	-	0
13	Test imi i mat esav e elekt rom ekan ik te ener gjise elekt rike acti ve [kla sat A,B]	Prova e ndjeshme rise	Lidhje Direkte: (0.04- 0.05) Itr Lidhje me TRR: (0.04- 0.06)Itr cosf=1	3G-PT-02 Procedure teknike per verifikimin e matesave te energji elektrike aktive elektromekanik e, statike, nje dhe shume fazore te klases se saktesise A,B dhe C	EN 50470- 2:2006 (8.7)	Po		0



LT 101
Dt- 29.09.2020

Rishikimi 0 Data e lëshimit **29.09.2020**

E vlefshme deri në datën **28.09.2024**

“3 G” sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

14	Testimi i matësve elektricitet energji elektrike aktive [klasat A,B, C]	Prova e ndjeshmërise	Lidhje Direkte: (0.04-0.05) Itr Lidhje me TRR: (0.02-0.06) Itr cosφ=1	3G-PT-02 Procedure teknike për verifikimin e matësve të energji elektrike aktive elektromekanike, statike, një dhe shumë fazore të klases së saktësisë A,B dhe C	EN 50470-3:2006 (8.7)	Po	0
15	Testimi i matësve elektromekanik të energji elektrike aktive [klasat A,B]	Prova pa ngarkesë	(0.8-1.1 Un) I=0A	3G-PT-02 Procedure teknike për verifikimin e matësve të energji elektrike aktive elektromekanike, statike, një dhe shumë fazore të klases së saktësisë A,B dhe C	EN 50470-2:2006 (8.7)	Po	0
16	Testimi i matësve elektrik static të energji elektrike aktive [klasat	Prova pa ngarkesë	(1.15)Un I=0A	3G-PT-02 Procedure teknike për verifikimin e matësve të energji elektrike aktive elektromekanik	EN 50470-3:2006 (8.7)	Po	0

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 101
Dt- 29.09.2020

Rishikimi 0 Data e lëshimit **29.09.2020**
E vlefshme deri në datën **28.09.2024**

“3 G”sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

	A,B,C]			e, statike, nje dhe shume fazore te klases se saktetise A,B dheC				
17	Testimi i matesave elektromekanik te energjise elektrike aktive [klasat A,B]	Prova me ngarkese	Gabimi% (Imin-Imax) Cosf:0.5;1	3G-PT-02 Procedure teknike per verifikimin e matesave te energjise elektrike aktive elektromekanik e, statike, nje dhe shume fazore te klases se saktetise A,B dheC	EN 50470-2:2006 (8.1)	Po		0
18	Testimi i matesave elektrik statike te energjise elektrike aktive [klasat A,B, C]	Prova me ngarkese	Gabimi% (Imin-Imax) Cosf:0.5;1	3G-PT-02 Procedure teknike per verifikimin e matesave te energjise elektrike aktive elektromekanik e, statike, nje dhe shume fazore te klases se saktetise A,B dheC	EN 50470-3:2006 (8.1)	Po	-	
19	Testimi i matesave	Prova e konstantes	Itr-Imax	3G-PT-02 Procedure teknike per	EN 50470-2:2006	Po	-	0

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 101
Dt- 29.09.2020

Rishikimi 0 Data e lëshimit **29.09.2020**
E vlefshme deri në datën **28.09.2024**

“3 G”sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

	esav e elekt rom ekan ik te ener gjise elekt rike acti ve [kla sat A,B]			verifikimin e matesave te energji elektrike aktive elektromekanik e, statike, nje dhe shume fazore te klases se saktetise A,B dheC	(8.7)			
20	Test imi i mat esav e elekt rik stati c te ener gjise elekt rike acti ve [kla sat A,B, C]	Prova e konstant es	Itr-Imax	3G-PT-02 Procedure teknike per verifikimin e matesave te energji elektrike aktive elektromekanik e, statike, nje dhe shume fazore te klases se saktetise A,B dheC	EN 50470- 3:2006 (8.7)	Po	-	0
21	Test imi i mat esav e	Percakti mi i ndjeshme rise	Lidhje Direkte: (0.005- 0.01)Ib	3G-PT-01 Procedure teknike per verifikimin e matesave te energji	IEC 62053- 23:2003 (8.3)	Po		0

Adresa: Rruga e Durrës, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 101
Dt- 29.09.2020

Rishikimi 0 Data e lëshimit **29.09.2020**
E vlefshme deri në datën **28.09.2024**

“3 G” sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

	elekt rik te ener gjise elekt rike reac tive[klas at 2,3]		Lidhje me TRR: (0.003- 0.005)In Sinf=1	elektrike aktive, reaktive, elektromekanike ,statike, nje dhe shume fazore te klases se saktetise 0.5,1,2 dhe 3				
22	Test imi i mat esav e elekt rik te ener gjise elekt rike reac tive[klas at 2,3]	Prova pa ngarkese	(1.15)Un I=0A	3G-PT-01 Procedure teknike per verifikimin e matesave te energji elektrike aktive, reaktive, elektromekanike ,statike, nje dhe shume fazore te klases se saktetise 0.5,1,2 dhe 3	IEC6205 3- 23:2003 (8.3)			0
23	Test imi i mat esav e elekt rik te ener gjise elekt	Prova me ngarkese	Lidhje Direkte: 0.05Ib- Imax Lidhje me TRR: 0.02In- Imax Sinf:0.5;1	3G-PT-01 Procedure teknike per verifikimin e matesave te energji elektrike aktive, reaktive, elektromekanike ,statike, nje dhe shume fazore te klases se	IEC 62053- 23:2003 (8.1)			0

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 101
Dt- 29.09.2020

Rishikimi 0 Data e lëshimit **29.09.2020**
E vlefshme deri në datën **28.09.2024**

“3 G” sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

	rike reac tive[klas at 2,3]			saktesise 0.5,1,2 dhe 3				
24	Test imi i mat esav e elekt rik te ener gjise elekt rike reac tive[klas at 2,3]	Prova e konstant es	Lidhje Direkte: 0.05Ib- Imax Lidhje me TRR: 0.02In- Imax	3G-PT-01 Procedure teknike per verifikimin e matesave te energji elektrike aktive, reaktive, elektromekanike ,statike, nje dhe shume fazore te klases se saktesise 0.5,1,2 dhe 3	IEC 62053- 23:2003 (8.4)	Po	0	

Drejtuesi Laboratorit: Aureliano Shuku

Menaxheri Cilësisë: Mirjona Ademi

Tel&Faks: 0699620780

Email: laboratori3g@yahoo.com

Adresa: Sheshi 2 Prilli, pas rektoratit të Universitetit, Shkodër.

Drejtore i Përgjithshëm
Armond HALEBI

Rishikimi 0: 29.09.2020 Riakreditim.

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325