



REPUBLIKA E SHQIPERISË
MINISTRIA E FINANCAVE
DHE EKONOMISE



DREJTORIA E PËRGJITHSHME E
AKREDITIMIT

ÇERTIFIKATË AKREDITIMI

VME Verifikim I Matësive Elektrik sh.p.k

Njësia Administrative Nr.7, Rruga "Andrea Kushi", Nd.27, Kati 2, Ap 3 kod postar 1023
Tiranë.

Numri i Regjistrimit

LT 074

Laborator Testues

Është akredituar për kryerjen e testeve në përputhje me S SH ISO/IEC 17025:2017
"Kërkesa të Përgjithëshme për Kompetencën e Laboratorëve Testues dhe Kalibrues".

Data e akordimit të akreditimit: 16.09.2021

Çertifikata është e vlefshme deri me datë: 15.09.2025

DREJTORI I PËRGJITHSHËM

Pranvera FAGU



LT 074 16.09.21

Rishikimi 1: 07.12.2022

Organizmi i vlerësimit të konformitetit është subjekt i vizitave mbikëqyrëse vjetore dhe rivlerësohet çdo katër vjet. Për të vërtetuar vlefshmërinë e certifikatës shkoni në faqen e Internetit www.dpa.gov.al ose kontaktoni me DPA tel: 0422269097. Drejtoria e Përgjithëshme e Akreditimit është nënshkruese e EA MLA dhe ILAC MRA për testimin. Certifikata duhet të jetë e shoqëruar me fushën e akreditimit.



LT 074

Dt- 16.09.2021

Rishikimi 1.

20.12.2023

E vlefshme deri në datën **15.09.2025**

VME-Verifikim I Matësave Elektrik sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

No.	Produkti i testuar	Emërtimi provës	Fusha e matjes	Teknika e provës	Standardi i provës	Opinione, Interpretime	Standardi marrjes së mostrës	Kodi Vendndodhje
1	Matësa Elektromekanik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasa: 0.5, 1, 2]	Testi i Ndjeshmërisë	Lidhje Direkte: (0.004 - 0.005) Ib Lidhje me TRR: (0.002 - 0.003) In cosf=1	P.301 Procedura e Verifikimit të Matësave të Energjisë Aktive Klasa 0.5,1,2	IEC 62053-11: 2003 (8.3)	JO	-	0
2	Matësa Elektromekanik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasa: 0.5, 1, 2]	Testi pa Ngarkesë	(0.8 - 1.1) Un I = 0A	P.301 Procedura e Verifikimit të Matësave të Energjisë Aktive Klasa 0.5,1,2	IEC 62053-11: 2003 (8.3)	JO	-	0
3	Matësa Elektromekanik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasa: 0.5, 1, 2]	Testi me Ngarkesë	Gabimi (%) Lidhje Direkte: 0.05Ib - I _{max} Lidhje me TRR: 0.05In - I _{max} cosf: 0.5;1	P.301 Procedura e Verifikimit të Matësave të Energjisë Aktive Klasa 0.5,1,2	IEC 62053-11: 2003 (8.1)	JO	-	0

Adresa: Rr e Durrësit, Nr:27, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 074

Dt- 16.09.2021

Rishikimi 1.

20.12.2023

E vlefshme deri në datën 15.09.2025

VME-Verifikim I Matësave Elektrik sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

4	Matësa Elektromekanik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasa: 0.5, 1, 2]	Testi i Konstantes	Lidhje Direkte: 0.05Ib - I _{max} Lidhje me TRR: 0.05I _n – I _{max}	P.301 Procedura e Verifikimit të Matësave të Energjisë Aktive Klasa 0.5,1,2	IEC 62053-11: 2003 (8.4)	JO	-	0
5	Matësa Statik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasa: 0.5, 1, 2]	Testi i Ndjeshmërisë	Lidhje Direkte: (0.004 - 0.005) I _n Lidhje me TRR: (0.002 - 0.003) I _n cosφ=1	P.301 Procedura e Verifikimit të Matësave të Energjisë Aktive Klasa 0.5,1,2	IEC 62053-21: 2020 (7.7)	JO	-	0
6	Matësa Statik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasa: 0.5, 1, 2]	Testi pa Ngarkesë	(1.1) Un I = 0A	P.301 Procedura e Verifikimit të Matësave të Energjisë Aktive Klasa 0.5,1,2	IEC 62053-21: 2020 (7.6)	JO	-	0

Adresa: Rr e Durrësit, Nr:27, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 074

Dt- 16.09.2021

Rishikimi 1.

20.12.2023

E vlefshme deri në datën **15.09.2025**

VME-Verifikim I Matësave Elektrik sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

7	Matësa Statik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasa: 0.5, 1, 2]	Testi me Ngarkesë	Gabimi (%) Lidhje Direkte: 0.05In - I _{max} Lidhje me TRR: 0.05In – I _{max} cosφ: 0.5;1	P.301 Procedura e Verifikimit të Matësave të Energjisë Aktive Klasa 0.5,1,2	IEC 62053-21: 2020 (7.9)	JO	-	0
8	Matësa Statik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasa: 0.5, 1, 2]	Testi i Konstantes	Lidhje Direkte: 0.05In - I _{max} Lidhje me TRR: 0.05In – I _{max}	P.301 Procedura e Verifikimit të Matësave të Energjisë Aktive Klasa 0.5,1,2	IEC 62053-21: 2020 (7.4)	JO	-	0
9	Matësa Statik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasa: 0.5S]	Testi i Ndjeshmërisë	Lidhje me TRR: 0.001 In cosφ=1	P.303 Procedura e Verifikimit të Matësave të Energjisë Aktive Klasa 0.5S	IEC 62053-22: 2020 (7.7)	JO	-	0

Adresa: Rr e Durrësit, Nr:27, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 074

Dt- 16.09.2021

Rishikimi 1.

20.12.2023

E vlefshme deri në datën **15.09.2025**

VME-Verifikim I Matësave Elektrik sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

10	Matësa Statik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasa: 0.5S]	Testi pa Ngarkesë	(1.1) Un $I = 0A$	P.303 Procedura e Verifikimit të Matësave të Energjisë Aktive Klasa 0.5S	IEC 62053-22: 2020 (7.6)	JO	-	0
11	Matësa Statik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasa: 0.5S]	Testi me Ngarkesë	Gabimi (%) Lidhje me TRR: $0.05I_n - I_{max}$ cosf: 0.5;1	P.303 Procedura e Verifikimit të Matësave të Energjisë Aktive Klasa 0.5S	IEC 62053-22: 2020 (7.9)	JO	-	0
12	Matësa Statik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasa: 0.5S]	Testi i Konstantes	Lidhje me TRR: $0.05I_n - I_{max}$	P.303 Procedura e Verifikimit të Matësave të Energjisë Aktive Klasa 0.5S	IEC 62053-22: 2020 (7.4)	JO	-	0

Adresa: Rr e Durrësit, Nr:27, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 074

Dt- 16.09.2021

Rishikimi 1.

20.12.2023

E vlefshme deri në datën **15.09.2025**

VME-Verifikim I Matësave Elektrik sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

13	Matësa Elektromekanik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasa: A, B]	Testi i Ndjeshmërisë	Lidhje Direkte: (0.04 - 0.05) Itr Lidhje me TRR: (0.04 - 0.06) Itr cosf=1	P.302 Procedura e Verifikimit të Matësave të Energjisë Aktive Klasa A, B, C	EN 50470-2: 2006 (8.7)	JO	-	0
14	Matësa Elektromekanik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasa: A, B]	Testi pa Ngarkesë	(0.8 - 1.1) Un I = 0A	P.302 Procedura e Verifikimit të Matësave të Energjisë Aktive Klasa A, B, C	EN 50470-2: 2006 (8.7)	JO	-	0
15	Matësa Elektromekanik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasa: A, B]	Testi me Ngarkesë	Gabimi (%) (Imin - Imax) cosf: 0.5;1	P.302 Procedura e Verifikimit të Matësave të Energjisë Aktive Klasa A, B, C	EN 50470-2: 2006 (8.1)	JO	-	0

Adresa: Rr e Durrësit, Nr:27, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 074

Dt- 16.09.2021

Rishikimi 1.

20.12.2023

E vlefshme deri në datën **15.09.2025**

VME-Verifikim I Matësave Elektrik sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

16	Matësa Elektromekanik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasa: A, B]	 Testi i Konstantes	(Itr - I _{max})	P.302 Procedura e Verifikimit të Matësave të Energjisë Aktive Klasa A, B, C	EN 50470-2: 2006 (8.7)	JO	-	0
17	Matësa Statik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasa: A, B, C]	Testi i Ndjeshmërisë	Lidhje Direkte: (0.04 - 0.05) Itr Lidhje me TRR: (0.02 - 0.06) Itr cosφ=1	P.302 Procedura e Verifikimit të Matësave të Energjisë Aktive Klasa A, B, C	EN 50470-3: 2022 (7.7)	JO	-	0
18	Matësa Statik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasa: A, B, C]	Testi pa Ngarkesë	(0.8 - 1.1) Un I = 0A	P.302 Procedura e Verifikimit të Matësave të Energjisë Aktive Klasa A, B, C	EN 50470-3: 2022 (7.6)	JO	-	0

Adresa: Rr e Durrësit, Nr:27, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325





LT 074


Dt- 16.09.2021

Rishikimi 1.

20.12.2023

E vlefshme deri në datën **15.09.2025**

VME-Verifikim I Matësave Elektrik sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

19	Matësa Statik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasa: A, B, C]	 Testi me Ngarkesë	Gabimi (%) (Itr - I _{max}) cosφ: 0.5;1	P.302 Procedura e Verifikimit të Matësave të Energjisë Aktive Klasa A, B, C	EN 50470-3: 2022 (7.9)	 JO	-	0
20	Matësa Statik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasa: A, B, C]	 Testi i Konstantes	 (Itr - I _{max})	P.302 Procedura e Verifikimit të Matësave të Energjisë Aktive Klasa A, B, C	EN 50470-3: 2022 (7.4)	JO	-	0
21	Matësa Statik të Energjisë Elektrike Reaktive [Klasa: 2, 3]	 Testi i Ndjeshmërisë	Lidhje Direkte: (0.005 - 0.01) In Lidhje me TRR: (0.003 - 0.005) In sinf=1	P.304 Procedura e Verifikimit të Matësave të Energjisë Reaktive Klasa 2, 3	IEC 62053-23: 2020 (7.7)	 JO	-	0

Adresa: Rr e Durrësit, Nr:27, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325





LT 074

Dt- 16.09.2021

Rishikimi 1.

20.12.2023

E vlefshme deri në datën 15.09.2025

VME-Verifikim I Matësave Elektrik sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

22	Matësa Statik të Energjisë Elektrike Reaktive [Klasa: 2, 3]	Testi pa Ngarkesë	(1.1) Un $I = 0A$	P.304 Procedura e Verifikimit të Matësave të Energjisë Reaktive Klasa 2, 3	IEC 62053-23: 2020 (7.6)	JO	-	0
23	Matësa Statik të Energjisë Elektrike Reaktive [Klasa: 2, 3]	Testi me Ngarkesë	Gabimi (%) Lidhje Direkte: 0.05In - Imax Lidhje me TRR: 0.05In – Imax sinf: 0.5;1	P.304 Procedura e Verifikimit të Matësave të Energjisë Reaktive Klasa 2, 3	IEC 62053-23: 2020 (7.9)	JO	-	0
24	Matësa Statik të Energjisë Elektrike Reaktive [Klasa: 2, 3]	Testi i Konstantes	Lidhje Direkte: 0.05In - Imax Lidhje me TRR: 0.05In – Imax	P.304 Procedura e Verifikimit të Matësave të Energjisë Reaktive Klasa 2, 3	IEC 62053-23: 2020 (7.4)	JO	-	0

Adresa: Rr e Durrësit, Nr:27, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 074

Dt- 16.09.2021

Rishikimi 1.

20.12.2023

E vlefshme deri në datën **15.09.2025**

VME-Verifikim I Matësave Elektrik sh.p.k

Laborator Testues

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

Drejtuesi Laboratorit:

Menaxheri Cilësisë:

Tel&Faks

Email:

Adresa:

Marialis Çelo

Julian Ruçi

0697018103

vme@vme.al; info@vme.al;

Rruga: “Andrea Kushi”, Nd. 27, Kati 2, Apt. 3

Njësia Administrative Nr. 7, 1023,

Tiranë, ALBANIA

**Drejtor i Përgjithshëm
Pranvera FAGU**

Rishikimi 1: 20.12.2023. Mirëmbajtje dhe përditësim i standardit teknik EN 50470-3:2022 për testet nr. 17-18-19-20.

Rishikimi 0: 16.09.2021. Riakreditim

Adresa: Rr e Durrësit, Nr:27, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325