



REPUBLIKA E SHQIPERISË

MINISTRIA E EKONOMISE, KULTURES

DHE INOVACIONIT



DREJTORIA E PËRGJITHSHME E
AKREDITIMIT

ÇERTIFIKATË AKREDITIMI

“SINTEA Matje Teknike” sh.p.k

Rruga Lord Bajron, Nd.54/1, Ap.6, Njësia Bashkiake nr.11, Tiranë.

Numri i Regjistrimit

LK 004

Laborator Kalibrues

Është akredituar për të kryer analiza laboratorike në përputhje me S SH ISO/IEC 17025:2017
"Kërkesa të Përgjithshme për Kompetencën e Laboratorëve Testues dhe Kalibrues" sipas listës
bashkëlidhur.

Data e akordimit të akreditimit : 29.09.2024

Çertifikata është e vlefshme deri më datë : 28.09.2028

Drejtor i Përgjithshëm

Pranvera FAGU



LK 004 29.09.24

Lëshuar më: 29.09.2024

Organizmi i vlerësimit të konformitetit është subjekt i vizitave mbikëqyrëse vjetore dhe rivlerësohet çdo katër vjet. Për të vërtetuar vlefshmërinë e certifikatës shkoni në faqen e Internetit www.dpa.gov.al ose kontaktoni me DPA tel: 0422269097. Certifikata duhet të jetë e shoqëruar me fushën e akreditimit.



LK 004 29.09.2024

Rishikimi 0. Data e lëshimit 29.09.2024

E vlefshme deri në datën 28.09.2028

SINTEA Matje Teknike sh.p.k
Laborator Kalibrues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

N r	Objekti i kalibruar (perfishire materjale referuese)	Emërtimi i kalibrimit	Fusha e kalibrimit	Teknika e kalibrimit	Standarti / Metoda e kalibrimit	Pasiguria e matjes	Shenime (Parametra te tjere, ku eshte e aplikueshme sipas pikes Pika 7.8.3 ,c	Opini one, Interp retim e	Kodi vënd ndod hjes [*]
1	Instrumente te peshimit jo automatike Klasa e III- IIII	Kalibrimi i sistemit matës te : - Peshoreve dozuese te impianteve te prodhimit te betoneve dhe asfalto betonit. -Peshoreve totalizatore jo të vazhduara (peshore me hinkë) te impianteve te prodhimit te betoneve dhe asfalto betonit	0 - 50 Kg 0 -100 kg 0 -1000 kg 0 -2000 kg 0 -3000 kg 0 – 5000 kg 0 -10000 kg 0-20000 kg	Metoda e peshimit me gramare (te varur , mbi platformën e peshoreve) dhe me meateriale zevendesuese	GM-P9 :2004 Udhëzues testimi për peshoret jo- automatike.	Seri gramare 0,01kg -10kg Klasa M2 $U < 1,6 \cdot 10^{-3} \text{kg}$ Gramare 20kg Klasa M2 $U < 3 \cdot 10^{-3} \text{kg}$	Dhënia e certifikates së kalibrimit në përputhje me GM-P9 :2004 dhe Procedures PT – 01 LKPI		1

Drejtuesi i Laboratorit :

Ing. ALbert TANE

Menaxheri i cilesise :

Ing. ALbert TANE

Tel:

069 82 29 044

Email:

sintea15@gmail.com

Adresa:

Rruga Lord Bajron, Nd.54/1, Ap.6, Njësia Bashkiake nr.11, Tiranë.

Drejtore Përgjithshme
Pranvera FAGU

Rishikimi 0: 29.09.2024. Riakreditim

Adresa: Rruga e Duresit, Nr.27, kati i III-te, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325